

## Pytania i odpowiedzi

### Dotyczy: Dostawa implantów ortopedycznych ZP/91/2019

#### Pytanie nr 1 , dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy w pakiecie numer 2 w pozycji 1 Zamawiający dopuści wysokość głów w zakresie 18-27 mm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

#### Pytanie nr2 , dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie numer 2 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaren Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .

#### Pytanie nr 3 , dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie numer 3 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaren Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.