

Pytania i odpowiedzi

dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Numer referencyjny: ZP/107/2019

Ssak Chirurgiczny jezdny – 1 szt. Część nr: 8

Pkt I/8 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z ochroną przed wilgocią IP32 ?

Pkt II/2 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z zakresem regulacji podciśnienia do 0,8 bara ?

Pkt II/5 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z głośnością poniżej 60 dB ?

Pkt II/6- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wadze 4,3 kg ?

Pkt II/7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wymiarach 310 × 240 × 190 mm ?

Pkt II/12 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia ssaka w wyłącznik/włącznik nożny ? Ssak jest wyposażony w prosty w użyciu włącznik wciskany i zawór ssący uruchamiający ssanie za pomocą kciuka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.