

Pytania i odpowiedzi :

dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Numer referencyjny: ZP/107/2019

Respirator Transportowy - 2 szt. dla Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci- Część nr 14

I. Wymagania ogólne

Pkt 8 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator transportowy z ochroną przed wilgocią w równoważnej klasie IP 34?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

II. Parametry techniczne urządzenia

Pkt 4 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator transportowy odporny na zmiany temp. w zakresie od -18 do 50°C ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

Pkt 23 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator transportowy z szerokim, regulowanym stosunkiem wdechu do wydechu 1:99 do 30:1 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pkt 25 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator transportowy z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa zaprojektowanym do otwarcia systemu przy ciśnieniu 110 mbar ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pkt 37 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator transportowy bez obrazowania ciśnienia Plateau ale z możliwością rozbudowy o taki pomiar ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pkt 39 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator transportowy z regulacją czasu wzrosty ciśnienia wdechowego na podstawie ustawiania 5 poziomów profilu wzrostu ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pkt 47 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator transportowy bez możliwości rozbudowy o zintegrowany w respiratorze pomiar CO₂ wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pkt 56-Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator transportowy wyposażony w jednorazowe układy oddechowe dla dorosłych:10 kompletów o długości 1,8 m ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ