

Pytania i odpowiedzi:

Dostawa urządzeń medycznych

Sprawa nr: ZP/107/2019)

ZAPYTANIE

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do powyższego postępowania urządzeń o poniższych parametrach:

Załącznik nr 1

Ergometr poziomy - 1 szt. dla Dział Fizjoterapii Zespół poradni CSK

Parametry i warunki techniczne

I. Wymagania Ogólne

Pkt. 7 Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna.

Czy Zamawiający dopuści ergometr poziomy z klasyfikacją CE EEC93/42?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu że jest to wyrób medyczny.

II. Parametry techniczne urządzenia

Pkt. 11 Dźwignia zmiany biegów.

Czy Zamawiający dopuści ergometr poziomy z elektroniczną funkcją zmiany biegów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pkt. 13 DIN EN Klasa: DIN EN 60335-I, EN 957, klasa SA - DIN EN 60601-I, PL 957, wersja MED Class SA.

Czy Zamawiający dopuści ergometr poziomy z klasyfikacją CE EEC93/42?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu że jest to wyrób medyczny.

Pkt. 14 Med-klasyfikacja: 93/42/EWG, klasa IIa

Czy Zamawiający dopuści ergometr poziomy z klasyfikacją CE EEC93/42?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu że jest to wyrób medyczny.

Pkt. 16 Wymiary (Dł.xSzer.xWys.): 147x57x135 cm.

Czy Zamawiający dopuści ergometr poziomy o wymiarach 150x50x120 cm.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pkt. 17 Maksymalna waga użytkownika: 200 kg

Czy Zamawiający dopuści ergometr poziomy o maksymalnej wadze użytkownika 180 kg.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.