

Pytania i odpowiedzi

Dot. : postępowania na dostawę urządzeń medycznych nr sprawy ZP/5/2020

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparatu do ECMO z szerszą regulacją temperatury podgrzewacza niż wymagana tj. w zakresie od 15°C do 39°C z wyświetlaniem aktualnej temperatury oraz mocy chłodzącej ok 500 W max, czas chłodzenia 5-10 min, mocy grzewczej ok 750 W oraz układem zabezpieczającym przed przegrzaniem 41,1-41,5 °C ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza , z pozostawieniem pozostałych parametrów bez zmian.