



Łódź, dn. 2020-03-03

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14/02/2020 pod nr 2020/S 032-074680

Nr sprawy: **ZP/10/2020**

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Dotyczy **Pakiet nr 4**

Menu w pełnym zakresie w języku polskim.

Czy Zamawiający dopuści menu pompy w postaci czytelnych ikon opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim?

Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

2. Dotyczy **Pakiet nr 4**

Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do +40°C

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury pracy pompy : +5 - +37°C ?

Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

3. Dotyczy **Pakiet nr 4**

Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich).

Czy Zamawiający dopuści dostępność zestawów infuzyjnych w stacjonarnych sklepach medycznych w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Zabrze, Gliwicach, Lublinie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Białymstoku, Kielcach, oraz w sklepach internetowych o zasięgu ogólnopolskim (diabetyk24.pl, infusion.pl, medital.pl) oferujących realizację zamówień NFZ?

Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

4. Dotyczy **Pakiet nr 4**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w Parametrach dodatkowych nie zaszła pomyłka polegająca na dwukrotnej ocenie tego samego parametru tj.

- **ilości baz :**

Programowanie baz 2 rodzaje – 0 pkt; 3 rodzaje – 5 pkt; powyżej 3 rodzajów 10 pkt

oraz

Dodatkowe profile wlewy podstawowego (więcej niż 2) Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt.

Odp. Z uwagi na zdublowanie oceny tego samego parametru przyjmujemy do oceny wyłącznie drugie kryterium tj. „Dodatkowe profile wlewy podstawowego (więcej niż 2) Tak – 10 pkt; Nie – 0 pkt”. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

5. Dotyczy **Pakiet nr 1 i 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 i Pakiecie nr 4 dopuści pompy wyprodukowane w 2019 roku?

Odp. Z uwagi na fakt, iż nadal dysponujemy pompami zakupionymi w ramach poprzedniego przetargu w roku 2019, a obecny przetarg będzie realizowany w latach 2020-2021 oczekujemy pomp wyprodukowanych w roku 2020.

6. Dotyczy **Pakiet nr 2 i 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę i rezygnuje z zapisu w SIWZ załącznik nr 3 pakiet nr 2 i załącznik nr 3 pakiet nr 3?

" W cenie pompy dostarczenie sensorów do ciągłego monitorowania glikemii (dostarczane przy dostawie) 2 sztuki na 1 transponder i 1 transponder na 10 pomp i usunie ten zapis z załącznika"

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2018 r., poz. 281). Rozporządzenie rozszerza wykaz wyrobów medycznych między innymi o produkty diabetologiczne takie jak: sensor/elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) oraz transponder/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 3 marca 2018 r.

Odp. Realizacja refundacji może nastąpić nie wcześniej niż w dniu wypisania pacjenta ze szpitala. Elementem edukacji prowadzonej w warunkach hospitalizacji w oddziale pediatrycznym jest obsługa transpondera oraz zakładania sensorów. Wymienione w SIWZ transpondery oraz sensory mają być wykorzystane jako narzędzie służące do edukacji pacjentów przed opuszczeniem oddziału i realizacją przysługujących urządzeń w ramach refundacji NFZ.

7. Dotyczy **Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę i w formularzu dla Wykonawcy załącznik 2 pompy, zrezygnuje z punktu 2 jako elementu przedstawiającego cenę jednostkową oraz wartość netto i brutto?

„Program komputerowy zintegrowany do odczytywania pamięci pompy o parametrach technicznych i funkcjonalno-użytkowych określonych w Załączniku nr 3 Część II do SIWZ”

Informujemy, że Program komputerowy jest dostarczany w ramach bezpłatnej usługi dotyczącej Systemu CareLink™, stanowiącego element zarządzania terapią cukrzycy, umożliwiający osobie wykonującej zawód medyczny pobieranie danych z wyrobu medycznego używanego przez pacjenta.

Odp. Z uwagi na obowiązującą umowę dotyczącą w/w wymienionej usługi zgodnie z warunkami jej realizacji uznajemy to za spełnienie tego warunku. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

8. Dotyczy **Pakiet nr 2 i 3**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w SIWZ załącznik nr 3 pakiet nr 2 i załącznik nr 3 pakiet numer 3:

„Odbiornik na każdą pompę”

Czy Zamawiający rozumie, jako przedmiot zamówienia pompę insulinową, w której przekazywanie wyników, obecność wykresu i występowanie alarmów dotyczących ciągłego monitorowania glikemii odbywać się będzie bezpośrednio na ekranie pompy i nie będzie wymagało dodatkowych urządzeń (odbiorników)?

Odp. W przypadku urządzenia zintegrowanego z odbiornikiem uznajemy to za spełnienie zapisu. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

9. Dotyczy **Pakiet nr 2 i 3**

Czy zamawiający wyraża zgodę i w SIWZ załącznik nr 3 pakiet nr 2 i załącznik nr 3 pakiet nr 3 odstąpi od parametru?

„Alarm informujący o konieczności wymiany zestawu infuzyjnego”

Regularna wymiana wkłuc jest podstawowym standardem w prawidłowym użytkowaniu pompy. Pacjenci mają obowiązek regularnej wymiany wkłucia. Jest to potwierdzone przez NFZ poprzez ilość refundowanych wkłuc miesięcznie.

Odp. Wyrażamy zgodę. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

10. Dotyczy **Pakiet nr 2 i 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę i w SIWZ załącznik nr 3 pakiet nr 2 i załącznik nr 3 pakiet nr 3 na odstąpienie od parametru?

„Możliwość sterowania funkcjami pompy za pomocą pilota: bolusy, wybór dawki podstawowej, zatrzymanie pompy, przegląd danych z pamięci pompy.”

Pilot jest dodatkowym elementem wyposażenia pompy. W pompach Medtronic sterowanie wszystkimi funkcjami odbywa się z poziomu pompy. Wszystkie funkcje są zintegrowane w jednym urządzeniu. Jest to wygodniejsze dla pacjenta, gdyż nie potrzebuje on dodatkowych urządzeń, aby wyszukać wszelkich potrzebnych mu informacji. Konieczność korzystania z pilota wymaga od pacjenta noszenia dodatkowego urządzenia. W przypadku zgubienia pilota pacjent nie może korzystać z wszystkich funkcji pompy np. skorzystać z kalkulatora bolusa.

Odp: W wymienionych pakietach możemy warunkowo odstąpić od parametru. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się zmiany uwzględniające wyjaśnienia treści SIWZ, w szczególności zmiany w Załączniku nr 3 do SIWZ- Parametry techniczne oraz zmiany w Załączniku nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.
2. Zmodyfikowane dokumenty przetargowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Miazek