


PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. Dotyczy części nr 2; Pkt 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od zapisów ponieważ odnosi się on do urządzeń elektrycznych, a nie do całości wyposażenia opisanego w części 2, jednocześnie informujemy że nasze urządzenia posiadają wyższe klasy ochrony, między innymi klasę ochrony IP41?

IP 41	Klasa ochrony obudowy (Kod IP)	134 °C 3 bar 5 min XX	Liczba cykli w autoklawie		Worek do płukania
-------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------

odp.

Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ

2. Dotyczy części nr 2; Pkt 31: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby długość robocza optyki wynosiła 317,6mm?

odp.

Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ

3. Dotyczy części nr 2; Pkt 42: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby długość robocza optyki wynosiła 316,6mm?

odp.

Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ

4. Dotyczy części nr 2; Pkt 48: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby długość robocza optyki wynosiła 317mm?

odp.

Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ

5. Dotyczy części nr 2; Pkt 49: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby optyka posiadała pole widzenia wynoszące 84 stopnie?

odp.

Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ