



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790
☎ 42 675 75 00 ✉ poczta@csk.umed.pl
📠 42 678 93 68 🌐 http://www.csk.umed.pl/

Łódź, 16.04.2020 r.

ZP/15/2020

Dot.: „Dostawa Aparatu RTG ze skopią wraz z adaptacją pomieszczenia oraz aparatu RTG jezdnego przyłóżkowego w ramach projektu „Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”

Szanowni Państwo,

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

PYTANIE 1

W związku dostawą aparatu RTG ze skopią oraz aparatu RTG jezdnego przyłóżkowego prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na koszt wykonawcy

PYTANIE 2

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanych urządzeń z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji na koszt wykonawcy

PYTANIE 3

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu RTG ze skopią oraz aparatu RTG jezdnego przyłóżkowego z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odpowiedź



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu RTG ze skopią oraz aparatu RTG jezdnego przyłóżkowego z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ.

PYTANIE 4

Dotyczy: Załącznik 1 dla Aparat RTG przyłóżkowy (Pakiet nr 2) punkt I.5 w brzmieniu:

Rok produkcji 2019, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondukcjonowane	TAK
---	-----

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg oznacza, iż Zamawiający oczekuje dostawy aparatu nie starszego niż z 2019 roku spełniającego pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego?

Kompleksowa analiza wymogów Zamawiającego w zakresie Pakietu nr 2 np. zawartych w rozdziale III SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) wskazuje, że: „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego nieużywanego, nierekondycjonowanego, niedemonstracyjnego sprzętu - rok produkcji nie starszy niż 2019...”. Wydaje nam się więc, że ujednoczenie wymogów Zamawiającego, w sposób jednoznacznie umożliwiający zaoferowanie aparatu z bieżącej produkcji (2020) leży w interesie Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostawy aparatu nie starszego niż 2019 r spełniającego pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego.

PYTANIE 5

Dotyczy: Załącznik 1 dla Aparat RTG przyłóżkowy (Pakiet nr 2) punkt I.8 w brzmieniu:

Ochrona przed wilgocią lub równoważna	IP22 lub równoważna
---------------------------------------	---------------------

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zaoferowanie aparatu RTG, w którym detektor urządzenia wyposażony jest w komplet dedykowanych, foliowych osłon (200 szt.) zapewniających osłonę przed wnikaniem do jego wnętrza kurzu i płynów?

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż według naszej najlepszej wiedzy żaden z dostępnych na rynku aparatów RTG nie spełnia wymogu Zamawiającego, w jego dosłownym rozumieniu. Wynika to chociażby z dużej ilości ciepła wydzielanej na elementach aparatu RTG w czasie ekspozycji. Z naturalnych względów ciepło to nie może być kumulowane w hermetycznie zamkniętym wnętrzu urządzenia, a najlepszą drogą jego rozpraszania jest kontakt z powietrzem o niższej temperaturze, chociażby poprzez technologiczne otwory radiacyjne. Taka jest praktyka wszystkich producentów i jest ona całkowicie zgodna z obowiązującym prawem i zasadami certyfikacji aparatów RTG. Pragniemy zauważyć, że elementem aparatu RTG który rzeczywiście może być narażony na np. kontakt z płynami, jest detektor cyfrowy (podkładany zwykle pod pacjenta). Detektory takie są przez producentów zabezpieczane przed wnikaniem płynów albo poprzez uszczelnianie (niestety z biegiem czasu takie uszczelnienia ulegają naturalnemu zużyciu), albo poprzez stosowanie dodatkowych zamykanych osłon. Osłony takie posiadają dodatkową zaletę, a mianowicie pozwalają na łatwe utrzymanie w czystości powierzchni samego detektora i zapewniają brak kontaktu kolejnych pacjentów z powierzchnią detektora. Ze względu na powyższe wnosimy o uwzględnienie ww. równoważności rozwiązań.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów z SIWZ.

PYTANIE 6

Dotyczy: Załącznik 1 dla Aparat RTG przyłóżkowy (Pakiet nr 2) punkt II.56 w brzmieniu:

Integracja po stronie aparatu z siecią PACS/RIS posiadana przez Zamawiającego	Tak
---	-----

Czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy również zakup kolejnych licencji i połączeń po stronie dostawców systemów PACS/RIS?

W większości przypadków ze względów finansowych Zamawiający sami prowadzą negocjacje asortymentowe z dostawcami PACS/RIS, szczególnie w przypadku zakupu wielu aparatów RTG. Jeśli jednak oferenci powinni uwzględnić w swoich ofertach dodatkowe koszty działań po stronie dostawców systemów PACS/RIS, prosimy dodatkowo o wskazanie tych dostawców.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ, Wykonawca powinien wystąpić o cenę do dostawcy PACS.

PYTANIE 7

Dotyczy: Załącznik 1 dla Aparat RTG przyłóżkowy (Pakiet nr 2) punkt III.7 w brzmieniu:

Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy)	Tak, podać
--	------------

Czy należy rozumieć, że powyższy wymóg dotyczy trzech napraw tego samego elementu urządzenia powstałych z przyczyn objętych gwarancją?

Prosimy o zwrócenie uwagi, że wymóg Zamawiającego jest charakterystyczny dla urządzeń jednomodułowych o prostej konstrukcji. W przypadku cyfrowego aparatu RTG złożonego z wielu współpracujących podzespołów jest on nazbyt rygorystyczny, a jeśli dotyczy również pozagwarancyjnych przyczyn uszkodzenia, to jest on niezmiernie trudno akceptowalny dla Wykonawców. Dodatkowo wnosimy o zauważenie, że w przypadku aparatów RTG, z uwagi na konieczność wykonania testów i uzyskania formalnych dopuszczeń nowego aparatu RTG do eksploatacji, wymiana urządzenia jest znacznie dłuższa niż jego naprawa i zapewne dlatego Zamawiający nie stawia tożsamego wymogu dla urządzenia w Pakiecie nr 1.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

PYTANIE 8

Dotyczy: Załącznik 1 dla Aparat RTG przyłóżkowy (Pakiet nr 2) punkt III.7 w brzmieniu:

Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy)	Tak, podać
--	------------

Prosimy o potwierdzenie, że np. kalibracje, regulacje, usuwanie dysfunkcji systemów współpracujących czy usuwanie drobnych usterek niepowodujących przestoju aparatu RTG nie są traktowane jako naprawa, w kontekście wymogu wymiany po 3 naprawach.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, iż jest w trakcie udzielenia odpowiedzi na szereg innych pytań, które wpłynęły do Zamawiającego. Odpowiedzi zostaną opublikowane niezwłocznie.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

