

Uzgodniono Projekt ochrony radiologicznej
na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U.
z 1998 r., nr 90, poz. 576 z późn. zmianami)
z zastrzeżeniami zawartymi w
Opinie Sanitarnej z dnia 9.05.2008 r.
485E-NS-02.115-172/25.106 531, 824
znak

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Łódzi

dr n. med. Grzegorz Grande

skala 1:50

LEGENDA:



osłona radiologiczna na podłodze
- blacha ołowiana gr. 2,0 mm



osłona radiologiczna na ścianach
- blacha ołowiana gr. 3,0 mm

Osłony z blachy ołowianej założono zgodnie z
"Projektem ochrony radiologicznej"

istniejące ściany do adaptacji

istniejące ściany do wyburzenia

istniejące ściany do zamurowania

PROJ. SZYNY APARATU RTG

Pracownia RTG

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Łodzi
ul. Sporna 36/50

Plan ogólny

rys. 3

