

## Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych, Nr sprawy: ZP/19/2020.

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie XVIII poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia Kirschnera o długości 210mm zamiast 250mm? **TAK, DOPOUSZCZAMY ZAPROPONOWANE PARAMETRY, POZOSTAŁE WARUNKI ZGODNIE Z SIWZ.**
2. Czy Zamawiający w **Pakiecie XVIII poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania grotów Steinamann'a z końcówką okrągłą zamiast kwadratową? **TAK, DOPOUSZCZAMY ZAPROPONOWANE PARAMETRY, POZOSTAŁE WARUNKI ZGODNIE Z SIWZ.**
3. Czy Zamawiający w **Pakiecie XVIII poz. 6-8** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem do wkrętaka sześciokątnego zamiast krzyżakowego? **NIE, NIE ZGADZAMY SIĘ NA ZAPROPONOWANE PARAMETRY –**
4. Czy Zamawiający w **Pakiecie XVIII poz. 22** dopuści możliwość zaoferowania płytki o wymiarach 11,0x2,5mm zamiast 10,2x2,5mm? **TAK, DOPOUSZCZAMY ZAPROPONOWANE PARAMETRY, POZOSTAŁE WARUNKI ZGODNIE Z SIWZ.**
5. Czy Zamawiający w **Pakiecie XVIII poz. 23** dopuści możliwość zaoferowania płytki kątovej w kształcie „V” – 10mm zamiast 9mm? **TAK, DOPOUSZCZAMY ZAPROPONOWANE PARAMETRY, POZOSTAŁE WARUNKI ZGODNIE Z SIWZ.**
6. Czy Zamawiający w **Pakiecie XVIII poz. 24** dopuści możliwość zaoferowania płytki kątovej 125°-135° w kształcie „V” – 13mm zamiast 120°-130°, 9mm? **TAK, DOPOUSZCZAMY ZAPROPONOWANE PARAMETRY, POZOSTAŁE WARUNKI ZGODNIE Z SIWZ.**
7. Czy Zamawiający w **Pakiecie XVIII poz. 28** dopuści możliwość zaoferowania wiertła kaniulowanego 5,0/2,2x220mm zamiast 5,0/2,2x230mm? **TAK, DOPOUSZCZAMY ZAPROPONOWANE PARAMETRY, POZOSTAŁE WARUNKI ZGODNIE Z SIWZ.**
8. Czy Zamawiający w **Pakiecie XVIII poz. 29** dopuści możliwość zaoferowania wiertła kaniulowanego 2,7/1,2 zamiast 2,5/1,2? **TAK, DOPOUSZCZAMY ZAPROPONOWANE PARAMETRY, POZOSTAŁE WARUNKI ZGODNIE Z SIWZ.**
9. Czy Zamawiający w **Pakiecie XVIII poz. 33** dopuści możliwość zaoferowania wkrętaka ręcznego do śrub korowych o średnicach 3,5mm, 4,5mm oraz 6,5mm? **TAK, DOPOUSZCZAMY ZAPROPONOWANE PARAMETRY, POZOSTAŁE WARUNKI ZGODNIE Z SIWZ.**
10. Czy Zamawiający w **Pakiecie XVIII poz. 38-40** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości drobnych 2,7 mm zamiast 2,4 mm? **TAK, DOPOUSZCZAMY ZAPROPONOWANE PARAMETRY, POZOSTAŁE WARUNKI ZGODNIE Z SIWZ.**
11. Czy Zamawiający w **Pakiecie XXVIII poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ w rozmiarze Ø 1,5mm o długości 300mm i Ø 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0mm o długości 440mm; średnice gwoździ kodowane kolorami, system niesterylny? **NIE, NIE ZGADZAMY SIĘ NA ZAPROPONOWANE PARAMETRY.**
12. Czy Zamawiający w **Pakiecie XXXI poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 48-336mm zamiast 48-340mm? **TAK, DOPOUSZCZAMY ZAPROPONOWANE PARAMETRY, POZOSTAŁE WARUNKI ZGODNIE Z SIWZ.**
13. Z uwagi na to, że do jednego gwoźdźcia gamma używana jest jedna śruba szyjkowa, zwracamy się zapytaniem, czy w **Pakiecie XXXI poz.7** nie zaszła omyłka pisarska w ilości wymaganych przez Zamawiającego śrub szyjkowych teleskopowych Ø11mm? W pozycji 5 i 6 Zamawiający podaje łączną liczbę gwoździ gamma w ilości 30 sztuk, natomiast w pozycji 7 ilość śrub wynosi 120. **Tak to pomyłka , powinno być 30 szt.**