

Pytania i odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę implantów ortopedycznych nr sprawy: ZP/19/2020

1. Czy w Pakiecie LXVII w poz. 3 Zamawiający oczekuje **również** zaoferowania miękkiej kotwicy do naprawy stożka rotatorów, wykonanej z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku o średnicy 2,9mm z dwiema różnokolorowymi, wzmocnionymi nićmi (**1op.-10szt.**) **oprócz kotwicy opisanej w SIWZ?**

Odpowiedź: Tak

2. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w poz. 13 Pakietu LXVII doszło do pisarskiej pomyłki i Zamawiający miał na myśli „Wiertło kaniulowane 4,5mm – do pozycji 8”, a nie do pozycji”6”

Odpowiedź: Tak

3. Czy w Pakiecie XLVI Zamawiający dopuści bez zachowania pierwotnego opisu:
a/ w poz.1 kotwicę tytanową 3mm ze wzmocnioną nicią na sterylnym podajniku
b/ w poz.2 kotwice tytanowe 5mm i 6,5mm z dwiema wzmocnionymi nićmi, na sterylnym podajniku

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy w Pakiecie XI Zamawiający dopuści grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno-plateletowego z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 26 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu plateletowego). Zestaw składa się z: - 6 szt. oddzielnie pakowanych separatorów PRP 30ml. Separator posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogoplateletowego (PPP - Platelet Poor Plasma) oraz pobranie osocza bogato plateletowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami, a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo plateletowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakami-przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w której znajduje się komora na odwirowane PRP - 6szt. 30 ml ACD-A, bez zachowania dotychczasowych wymagań? **Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy w Pakiecie LVIII w poz.1 Zamawiający dopuści zaoferowanie głów o wysokości w zakresie 18-27mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

6. Czy w Pakiecie LX w poz.1 Zamawiający dopuści oferowanie głowy kości promieniowej o zakresie średnic: 20-24mm oraz zakresie wysokości:10-18 (5 rozmiarów)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

7. Czy Zamawiający, ze względu na małe ilości przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 3, dopuści dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na czas trwania zabiegu operacyjnego, po wcześniejszym ustaleniu terminu dostawy z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

8. Czy w pakiecie nr LIX nie doszło do pomyłki Zamawiający wymaga doręczenia napędu wraz z ostrzami w pakiecie w którym przedmiotem zamówienia jest cement, mieszalniki itp.?

Odpowiedź: Tak to pomyłka w zapisie

9. Czy Zamawiający w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji oraz uzyskania najlepszej oferty, wydzieli w pakiecie nr 48 pozycje nr 1 z membraną o wymiarach 2x2 i pozycję nr 2 z membraną o wymiarach 5x5?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.