

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

ZP/ 23 /2020

Łódź, dnia 03.06.2020 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1843), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 14, poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrożelowego stosowanego przy oparzeniach twarzy. Pragnę poinformować, że opatrunek w tym rozmiarze stosowany po zabiegach medycyny estetycznej nie występuje.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 15, poz. 8

Czy Zamawiający miał na myśli zestaw opatrunków, w skład którego wchodzi 2szt folii do mocowania opatrunku 26x30cm?

Odpowiedź: Tak, dwa filmy transparentne do mocowania opatrunków.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu 15, poz. 13

Czy Zamawiający miał na myśli jałowy cewnik do płukania rozm.2,8 mm x 400 mm?

Odpowiedź: Dopuszcza się cewnik o rozmiarze 2,8 mm.

Pytanie 4

Pakiet nr. 37

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pakiecie 37 w poz.1 i 2 gazy hemostatycznej wykonanej z regenerowanej, utlenionej celulozy, o czasie hemostazy 2 min, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Pakiet nr.38

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pakiecie 38 w poz.1 i 2 gąbek posiadających zdolność wchłaniania około 35 – krotnej objętości płynów w stosunku do swojej masy, reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

pakiet 7 poz. 5



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończenie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 7 pozycji 5. Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z informacją od przedstawiciela Unii Europejskiej, utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Pytanie 7

Pakiet nr 16 (opatrunki Urgo)

Pozycja nr 4

W związku z wycofaniem z produkcji opatrunków UrgoTul Absorb w rozmiarze 12x19 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w to miejsce opatrunków UrgoTul Absorb w rozmiarze 15x20 w opakowaniach a`10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 10 opakowań a`10sztuk tj. 100 sztuk opatrunków.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Prosimy o wpisanie do umowy poniższej treści:

Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

Odpowiedź: Nie – uregulowania dotyczące „siły wyższej” zostały zamieszczone w § 11 umowy.

Pytanie 9

Prosimy o wpisanie do umowy poniższej treści:

Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

Odpowiedź: Nie – uregulowania dotyczące „siły wyższej” zostały zamieszczone w § 11 umowy.

Pytanie 10

Prosimy o wpisanie do umowy poniższej treści:

W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

Odpowiedź: Nie – uregulowania dotyczące „siły wyższej” zostały zamieszczone w § 11 umowy.

Pytanie 11

Prosimy o wpisanie do umowy poniższej treści:

Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na dodanie zapisu.

Pytanie 12

Prosimy o wpisanie do umowy poniższej treści:

Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Nie – zapisy nie ulegają zmianie.

Pytanie 13

Pakiet Nr 18 - Matryce do regeneracji skóry właściwej

Czy Zamawiający dopuści produkt alternatywny składający się z dwuwarstwowej - trójwymiarowej porowatej matrycy złożonej z kolagenu pochodzenia bydłowego, Typ I. Warstwa wierzchnia złożona z folii silikonowej wzmocnionej poliestrem. Matryca nie zawierająca GAG.

Produkt dostępny w następujących rozmiarach:

5x5cm

10x15cm

10x30cm

20x30cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 14

PAKIET NR 11 Poz. nr 3- 5

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czterowarstwowego opatrunku o wysokiej chłonności, w którym warstwa chłonna nie zawiera superabsorbentu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15

PAKIET NR 12 Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej samoprzylepnej opaski podtrzymującej o wadze min. 39 g/m² w stanie rozciągnięcia i powleczenia? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

PAKIET NR 12 Poz. nr 3

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej w rozmiarze 6 cm x 2 m (w miejsce 6 cm x 3 m) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17

PAKIET NR 29 Poz. nr 1-2

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych pakowany w opakowania 25 x 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 18

Pakiet 24



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoń cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający dopuści wosk trzyskładnikowy będący mieszaniną wosku pszczelego i parafiny w 80% oraz palmitanu izopropylowego w 20%, 2,5 g, wykazujący się wysoką plastycznością?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet 24 poz. 2,3,

Czy Zamawiający dopuści opakowania a 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie a 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Pakiet 24 poz. 2,3,4

Czy Zamawiający dopuści czas hemostazy w ciągu 2 minut?

Odpowiedź: Tak, ale pozostałe parametry zgodne z wymaganiami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 21

Pakiet 24 poz. 2,

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 5x7,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Pakiet 24 poz.4

Czy Zamawiający dopuści Materiał hemostatyczny z utlenowanej, regenerowanej celulozy, w 100 % pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny. Struktura włókienkowa, nietkana, pH 2,5-3,5 i zawartości grupy karboksylowej 18-24%. Materiał złożony z 10 bardzo cienkich warstw, z możliwością separowania na 6-7 warstw. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakteriitlenowych i beztlenowych. Etykiety samoprzylepne -możliwość wklejania do kart pacjenta. Czas hemostazy w ciągu 2 min. Czas wchłaniania 7-14 dni. opakowanie =.10 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Pakiet 24 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar – 2,5 cmx5,1 cm, oraz 5,1 cmx10,2cm?

Odpowiedź: Tak, ale pozostałe parametry zgodne z wymaganiami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 24

Pakiet 37 poz. 1,

Czy Zamawiający dopuści Sterylna gaza hemostatyczna w rozmiarze 5x7,5 cm wykonana z utlenionej celulozy posiadająca następujące właściwości: działanie bakteriobójcze na 40 szczepów bakterii w tym między innymi MRSA, MRSE, VRE, PSPS; czas wchłaniania 7 -14 dni; czas hemostazy w czasie 2 minut , pakowana po 12 szt?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 25

Pakiet 37 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Sterylna gaza hemostatyczna w rozmiarze 1,25cmx5cm wykonana z utlenionej celulozy posiadająca następujące właściwości: działanie bakteriobójcze na 40 szczepów bakterii w tym między innymi MRSA, MRSE, VRE, PSPS; czas wchłaniania 7 -14 dni; czas hemostazy w czasie 2 minut, pakowana po 12 szt?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 26

Pakiet 38 poz. 1,2

Wchłaniałna hemostatyczna gąbka z żelatyny wieprzowej. Gąbka posiada zdolność wchłaniania około 35 - 50-krotnej objętości krwi w stosunku do swojej masy. Produkt biokompatybilny, ulega całkowitemu wchłonięciu

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 27

Pytanie do umowy: prosimy o dodatnie do umowy poniższego zapisu:

Siła Wyższa

Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

Odpowiedź: Nie – uregulowania dotyczące „siły wyższej” zostały zamieszczone w § 11 umowy.

Pytanie 28

Pytanie do umowy: prosimy o dodatnie do umowy poniższego zapisu:

Siła Wyższa

Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

Odpowiedź: Nie – uregulowania dotyczące „siły wyższej” zostały zamieszczone w § 11 umowy.

Pytanie 29

Pytanie do umowy: prosimy o dodatnie do umowy poniższego zapisu:

Siła Wyższa

W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

Odpowiedź: Nie – uregulowania dotyczące „siły wyższej” zostały zamieszczone w § 11 umowy.

Pytanie 30

Pytanie do umowy: prosimy o dodatnie do umowy poniższego zapisu:

Siła Wyższa



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoń cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na dodanie zapisu.

Pytanie 31

Pytanie do umowy: prosimy o dodanie do umowy poniższego zapisu:

Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Nie – zapisy nie ulegają zmianie.

Pytanie 32

Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienie przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź: Nie. Odpowiednie zapisy zostały zamieszczone w projekcie umowy w § 3 ust.9, § 8 ust.2 oraz § 10 ust. 2 lit j.

Pytanie 33

Pakiet 1, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sklasyfikowany, jako wyrób medyczny klasa Is?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 34

Pakiet 1, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu papier-papier?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”




PN-EN ISO 14001

ISO CERT CERTYFIKAT

PN-EN ISO 9001

ISO CERT CERTYFIKAT



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 37

Pakiet 1, pozycja 5, 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Pakiet 1, pozycja 5, 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek rozmiarze 6x7cm z klejem naniesionym metoda ciągłą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 41

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek bez włókniny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 42

Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przyklepic z mikroperforacją? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

Pakiet 4, pozycja 1-6

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby klej był wodoodporny?

Odpowiedź: Dopuszcza się. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

Pakiet 5, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej i 20-30% przędzy elastomerowej?

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pytanie 45

Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej wadze 1,5g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 46

Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe o wadze min. 2,19g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 47

Pakiet 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 10x10cm lub 10x20cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 48

Pakiet 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 8x15cm i 10x8cm pakowany a'30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49

Pakiet 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x20cm pakowany a'25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50

Pakiet 9, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaski tkane elastyczne wykonane z przędzy bawełnianej, przędzy poliamidowej oraz spandexu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 51

Pakiet 9, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaski tkane elastyczne wykonane z przędzy bawełnianej, przędzy poliamidowej teksturowanej oraz wysokoplastycznej przędzy poliuretanowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 52

Pakiet 10, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z informacją od przedstawiciela Unii Europejskiej, utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Pytanie 53

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaski o minimalnej wadze 32g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ




ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 54

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaski o składzie: 31% poliamid, 69% wiskoza?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 55

Pakiet 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 56

Pakiet 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe z gazy 20N impregnowanej naturalnym gipsem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 57

Pakiet 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie zanurzenia około 5 sekund?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 58

Pakiet 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 59

Pakiet 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Pakiet 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękaw podgipsowy wykonany z bawełny w rozmiarze 7cm x 25m?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 61

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową zawierająca 50% bawełny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 62

Pakiet 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'5kg z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 63

Pakiet 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a' 100m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 64

Pakiet 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści chustę w rozmiarze 96x96x136cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

Pakiet 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy w op = 25 x 2 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66

Pakiet 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10 x10cm w op = 20 x 5szt z przeliczeniem zamawianej ilości, w miejsce kompresów 7,5x7,5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 67

Pakiet 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10 x10cm w op = 20 x 5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 68

Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści opatrunek samoprzylepny z kieszenią przeznaczoną do ochrony cewników w rozmiarze 24 cm x 10 cm, część przylepna przezroczysta 10 cm x 8 cm, pakowany a' 1 sztuka z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 69

Pakiet 4

Poz 1. Czy można zaoferować przylepiec chirurgiczny z tkaniny bawełnianej z wodoodpornym klejem akrylowym z dodatkiem tlenku cynku? Pragniemy poinformować, że pomimo dodatku tlenku cynku, przylepiec jest w 100% hipoalergiczny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 70

Pakiet 5

Poz 1-5. Czy można zaoferować siatkowe rękawy opatrunkowe o dużych oczkach i dużej rozciągliwości, bez możliwości sterylizacji? Sterylizować można jedynie rękawy siatkowe bawełniane, wobec których zaistnieć może większe prawdopodobieństwo namnażania bakterii.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 71

Pakiet 5

Poz 1-5 Czy można zaferować siatkowe rękawy opatrunkowe o dużych oczkach i dużej rozciągliwości, bez możliwości sterylizacji? Sterylizować można jedynie rękawy siatkowe bawełniane, wobec których zaistnieć może większe prawdopodobieństwo namnażania bakterii.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 72

Pakiet 9

Poz 1. Czy należy zaferować gazę w nawoju sterylizowaną w parze wodnej? Pragniemy poinformować, że para wodna to najbezpieczniejszy rodzaj sterylizacji, zwłaszcza dla wyrobów wykonanych z gazy? Sugerujemy wprowadzenie takiego wymogu ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza) ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 73

Pakiet 9

Poz 4. Dotyczy kompresów 5x5cm. Czy należy zaferować kompresy gazowe o wykroju min. 12x19cm i masie jednej sztuki kompresu min. 0,58g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 74

Pakiet 9

Poz 4. Dotyczy kompresów 7,5x7,5cm. Czy należy zaferować kompresy gazowe o wykroju min. 17x29cm i masie jednej sztuki kompresu min. 1,22g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 75

Pakiet 9

Poz 4. Dotyczy kompresów 10x10cm. Czy należy zaferować kompresy gazowe o wykroju min. 22x39cm i masie jednej sztuki kompresu min. 2,1g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 76

Pakiet 9

Poz 5. Czy należy zaferować kompresy gazowe o wykroju min. 39x39cm i masie jednej sztuki kompresu min. 3,69g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 77

Pakiet 10

Czy należy zaferować jałowe materiały opatrunkowe wykonane z gazy sterylizowane w parze wodnej? Pragniemy poinformować, że para wodna to najbezpieczniejszy rodzaj sterylizacji. Sugerujemy wprowadzenie takiego wymogu ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechostowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoń cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza) ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenu etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji.

Odpowiedź: Tak, sterylizacja parą wodną we wszystkich pozycjach pakietu, produkty jałowe sterylizowane parą wodną.

Pytanie 78

Pakiet 10

Poz 10. Dotyczy seton 5cmx2m. Czy należy zaoferować seton z nitką RTG?

Odpowiedź: Dopuszcza się z nitką RTG.

Pytanie 79

Pakiet 10

Poz. 10 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania setonów pakowanych a' 1 sztuka w ilości podanej w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Pakowane po 10 sztuk.

Pytanie 80

Pakiet 10

Poz 12. Czy można zaoferować kompres gazowy o masie 1 szt. kompresu min. 2,89g? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 81

Pakiet 13

Poz 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty opatrunkowej o niezmienionych właściwościach, bawełniano-wiskozowej 50%;50% ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 82

Pakiet 13

Poz 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy opatrunkowej o długości 200m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 83

Pakiet 13

Poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości i podanie ceny za opakowanie gazy?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 84

Pakiet 29

Poz 1-2. Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68


ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończenie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 85

Pakiet 29

Poz 1. Czy można zaoferować kompresy włókninowe 7,5x7,5cm w opakowaniu 500 x A'2, a kompresy 10x10cm w opakowaniu 300 x A'2? Ilości zostaną odpowiednio przeliczone.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 86

Pakiet 29

Poz 2. Czy można zaoferować kompresy włókninowe z wycięciem „Y” 7,5x7,5cm w opakowaniu 500 x A'2, a kompresy 10x10cm w opakowaniu 125 x A'2? Ilości zostaną odpowiednio przeliczone.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 87

Pakiet 35

Czy należy zaoferować kompresy sterylizowane w parze wodnej? Pragniemy poinformować, że para wodna to najbezpieczniejszy rodzaj sterylizacji. Sugerujemy wprowadzenie takiego wymogu ze względu na fakt, że nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza, włóknina) ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 88

dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatkowych rękawów opatrunkowych wykonanych z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową o długości 20m w stanie rozciągniętym o niższe wymienionych rodzajach aplikacji, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Poz. 1 – nr 0 „palec/paluch”

Poz. 2 – nr 1 „dłoń/stopa”

Poz. 3 – nr 3 „udo/podudzie”

Poz. 4 – nr 5 „głowa”

Poz. 5 – nr 7 „tors dorosłego”

Siatkowe rękawy opatrunkowe mogą być sterylizowane w walidowanym procesie sterylizacji tlenkiem etylenu. Siatki pakowane w przezroczystą folię PE.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 89

dotyczy Pakietu nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych jałowych 7,5cm x 7,5cm oraz 10cm x 10cm w opakowaniu = 25 x 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?

Odpowiedź: Dopuszcza się opakowanie 25 x 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań

Pytanie 90

dotyczy Pakietu nr 29 poz. 2



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68


ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych jałowych Y 10x10cm w opakowaniu = 80 x

2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 91

dotyczy Pakietu nr 29 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych jałowych Y 7,5x7,5cm w opakowaniu = 100 x 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 92

dotyczy Pakietu nr 35

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów włókninowych 30g, spełniających wymagania stawiane w SIWZ.

Z opinii użytkowników tego asortymentu wynika, iż gramowość kompresów włókninowych nie jest zupełnie odczuwalna dla końcowego użytkownika, natomiast aspekt finansowy znacznie przemawia za kompresami 30g.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 93

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20 pod pojęciem „Siatka chirurgiczna jałowa (typu PROCEED) op. = 1 szt.” rozumie i będzie wymagał wielowarstwowej siatki separującej tkanki, kompozyt lekkiej siatki polipropylenowej, oksydowanej regenerowanej celulozy wchłaniającej w okresie 7-14 dni (warstwa separująca) i poludwuoksanonu (warstwa łącząca), rozmiar 15 x 20 cm, 1 sztuka w opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 94

Pakiet 5, poz. 1-5

Czy zamawiający ma na myśli 1 szt. = 1 opakowanie po 25 mb w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: 1 szt = 25mb w stania rozciągniętym.

Pytanie 95

Pakiet 5, poz. 1-5

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: Zamawiający przez wielkości podane w opisie przedmiotu zamówienia wymaga rozmiarów w stania swobodnym jak poniżej:


Nr 1 palec: 1,2 – 1,5 cm



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Nr 2 dłoń, ramię, stopa - 2,4 – 2,9 cm
Nr 3 noga, głowa dziecka – 3,8 – 4,6 cm
Nr 4 głowa, tułów dziecka – 6,5 – 7,5 cm
Nr 5 tułów – 8,6 – 9,6 cm

Pytanie 96

Pakiet 9, poz. 4,10

Czy zamawiający wydzieli poz.4,10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z informacją od przedstawiciela Unii Europejskiej, utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Pytanie 97

Pakiet 9, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 98

Pakiet 9, poz. 10

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 99

Pakiet 10, poz. 15-21

Czy zamawiający wydzieli poz. 15-21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z informacją od przedstawiciela Unii Europejskiej, utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Pytanie 100

Pakiet 10, poz. 15-18

Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych :

dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68


ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończenie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 101

pakiet 10, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie certyfikatu z zakresu sterylizacji wyrobów medycznych zgodnej z normą 11135-1 dla tlenu etylenu? Raport z walidacji procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat potwierdza proces sterylizacji wyrobów medycznych sterylnych wdrożony u wytwórcy. Ponadto dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne instytucje certyfikujące.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 102

pakiet 10, poz. 15

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 103

Pakiet 10, poz. 16-18

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 104

pakiet 10, poz. 15-21

Czy zamawiający wymaga i dopuszcza zaferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, reguła 7, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 kwietnia 2004r w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia.

Pytanie 105

Pakiet 10, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 106

Pakiet 10, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 107

Pakiet 10, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 1 szt. w blistrze papier-foolia, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 108

Pakiet 10, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z informacją od przedstawiciela Unii Europejskiej, utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Pytanie 109

Pakiet 12, poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz. 2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z informacją od przedstawiciela Unii Europejskiej, utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Pytanie 110

Pakiet 13, poz. 4

Czy zamawiający wydzieli poz. 4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z informacją od przedstawiciela Unii Europejskiej, utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Pytanie 111

Pakiet 13, poz. 4

Czy zamawiający dopuszcza gazę w 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 112

Pakiet 13, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 113

Pakiet 13, poz. 4

Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68


ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończenie cierpienia”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 114

Pakiet 13, poz. 4

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 115

Pakiet 5 poz. 5

W związku z tym że Zamawiający określił zapotrzebowanie na siatkowy rękaw opatrunkowy w pakiecie 5 poz. 3 (głowa dziecka) w poz. 4 (głowa) prosimy o dopuszczenie w poz. 5 siatkowego rękawa opatrunkowego w rozmiarze 5 przeznaczonego na: duże tułowia, biodra, pachwiny. Pragniemy nadmienić iż Zamawiający pracował kilka lat na w/w asortymencie i jak dotąd nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 116

Pakiet 22 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie opatrunku pakowanego a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117

Pakiet 22 poz. 15

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej co do wielkości opatrunku:

Jest 18 szt. x 20,5 cm

Winno być 18 cm x 20,5 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dokona modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 118

Pakiet 22 poz. 18

Prosimy o dopuszczenie opatrunku pakowanego a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 119

Pakiet 22 poz. 24 (dotyczy rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm)

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7,5 cm x 8,5 cm, którego przylepny brzeg jak i warstwa kontaktowa są wykonane z silikonu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120

Pakiet 22 poz. 24 (dotyczy rozmiaru 10 cm x 10 cm)

Prosimy o dopuszczenie opatrunku ,którego przylepny brzeg jak i warstwa kontaktowa są wykonane z silikonu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121

Dotyczy zapisów umowy:



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 8 wzoru umowy proponowanego zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.

Odpowiedź: Nie – możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych w związku z COVID-19 została uregulowana w § 8 ust.2 projektu umowy.

Pytanie 122

Pakiet nr 1 poz. 8

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z informacją od przedstawiciela Unii Europejskiej, utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Pytanie 123

Pakiet nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opatrunków w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 124

Pakiet nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi na dopuszczenie opatrunku z włókniny z wycięciem do mocowania kaniul z centralnie umieszczoną warstwą chłonna pokryty klejem akrylowym w rozmiarze 6x8cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 125

Pakiet nr 2 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z informacją od przedstawiciela Unii Europejskiej, utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Pytanie 126

Pakiet nr 2 poz. 2



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opatrunków w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 127

Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9x11 z wcięciem na port zaokrąglone brzegi z dodatkowa etykieta ramka pozwala zapisać datę i posiada trzy dodatkowe włókninowe paski pozwalające na stabilniejsze umocowanie opatrunku pokryty klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 128

Pakiet nr 27 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku poliuretanowego do mocowania kaniul bez okienka ze wzmocnionymi skrzydełkami włóknina pokryty klejem akrylowym w rozmiarze 7x8,8cm pakowany po 100sztuk bez podkładki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 129

Pakiet nr 27 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku włókninowego do mocowania kaniul bez okienka pokryty klejem akrylowym w rozmiarze 6x8cm pakowany po 100sztuk bez podkładki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 130

Pakiet nr 27 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku włókninowego do mocowania kaniul bez okienka pokryty klejem akrylowym w rozmiarze 6x8cm pakowany po 100sztuk z podkładka.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 131

Pakiet nr 27 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z informacją od przedstawiciela Unii Europejskiej, utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Pytanie 132

Pakiet nr 27 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku włókninowego do mocowania kaniul pokryty klejem akrylowym z podkładka wykonana z miękkiej wiskozy pakowany po 100 sztuk w rozmiarze 8x8cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 133


Pakiet nr 27 poz. 2



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opatrunków w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 134

Pakiet nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra uciskowego w rozmiarze 38mmx72mm ze spongostanem 18x20mm pakowany po 50 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 135

Pakiet nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie plastra uciskowego w formularzu cenowo asortymentowym pakowany po 50 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 136

Pakiet nr 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137

Pakiet nr 24 poz. 2-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Tak, ale pozostałe parametry zgodne z wymaganiami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 138

Pakiet nr 24 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku kostnego w płatkach 2,5g składającego się z wosku pszczelego 83%, wosk parafinowy 5% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 139

Pakiet nr 24 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej resorbowalnej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie strzępi się, nie rozrywa się i nie przykleja się do narzędzi
- nie ulega dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-), potwierdzone badaniami in vitro oraz w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończenie cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 140

Pakiet nr 24 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- włóknina siedmiowarstwowa,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie strzępi się, nie rozrywa się i nie przykleja się do narzędzi
- nie ulega dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone badaniami in vitro oraz w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni
- rozmiar 2,6 x 5,1 cm oraz 10,2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 141

Pakiet nr 24 poz. 5

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 142

Pakiet nr 24 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie 143

Pakiet nr 24 poz. 5

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający oczekuje, aby gąbki hemostatyczne osiągały efekt hemostazy w ciągu 3-6 minut?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 144

Pakiet nr 38

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkownika wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkownika jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145

Pakiet nr 38

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkownika produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 146

Pakiet nr 38

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający oczekuje, aby gąbki hemostatyczne osiągały efekt hemostazy w ciągu 3-6 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 147

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zgoda na 5 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji.

Pytanie 148

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych, z następujących tytułów:

a) za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru będącego przedmiotem umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,3 % wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru,

Odpowiedź: Nie- Zamawiający nie wyraża zgody.

b) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% wartości brutto reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru,



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68


ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończenie cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odpowiedź: Nie.

c) za opóźnienie w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę o którym mowa w § 5 ust. 3, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego lub brakującego towaru.

Odpowiedź: Nie.

d) za odstąpienie od umowy/ Pakietu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci karę w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części wartości umowy/ Pakietu.

Odpowiedź: Nie – zapis bez zmian.

Uwaga

W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SIWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SIWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowi integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


mgr Tomasz Miazek



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”

