

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 10.06.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Dostawy urządzeń, sprzętu i narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.- Sprawa nr ZP/28/2020

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Pakiet nr 16

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 16 poz. 1** kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym COOLEY o długości 17 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Pakiet nr 16

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 16 poz. 3** pincetę anatomiczną z uzębieniem atraumatycznym DE BAKEY o szerokości pyszczka 2,7 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, PRZY ZACHOWANIU POZOSTAŁYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Pakiet nr 16

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 16 poz. 4** pincetę anatomiczną z uzębieniem atraumatycznym DE BAKEY o szerokości pyszczka 3,5 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Pakiet nr 16

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 16 poz. 6** imadło chirurgiczne HEGAR – MAYO o długości 20 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Pakiet nr 16

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 16 poz.7** uchwyt skalpela Nr. 3 o długości 12 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Pakiet nr 20

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 20 poz.6** nożyczki chirurgiczne DE BAKEY o długości 15,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Pakiet nr 20

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 20 poz. 16** kleszczyki opatrunkowe MAIER o długości 18 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Pakiet 21 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opis: „Hak operacyjny typu Farabeuf duży dwustronny, długość 150-200mm, zakończony z obu stron haczykami 23x16mm i 20x16mm”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Pakiet nr 21 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści opis: „Nożyczki chirurgiczne typu DeBakey, długość 160mm”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Pakiet nr 21 Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opis: „Pinceta anatomiczna średnioszeroka długości 200mm, prosta” ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Pakiet nr 21 Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści opis: „Kleszczyki opatrunkowe typu Maier proste długości 200mm z zamkiem, skok ząbków ok.1mm”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Pakiet nr 15- Narzędzia chirurgiczne wielorazowe dla Bloku Chirurgicznego

Poz.1) Nożyczki standardowe, identyczne z wymaganymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.6) Pinceta model standardowy, identyczna z wymaganą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.7) Imadło o dł. 180mm lub 200mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.8) Imadło o dł. 270mm, funkcjonalnie identyczna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.9) Kleszczyki o dł. 220mm, cięciwa 55mm, funkcjonalnie identyczna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.10) Kleszczyki o dł. szczęk 105mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.13) Kleszczyki o dł. 150mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.14) Kleszczyki o dł. 160mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.21) Szczypce Bane o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.23) Hak o dł. 260mm, wym. 120x50mm, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.24) Hak o dł. 255mm bez oznaczenia figury, wym. 45x75mm, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.25) Łyżeczka o szer. 7mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.26) Łyzeczka o szer. 8mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.29) Aplikator o dł. 270mm, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.30) Kleszczyki o nazwie Rochester-Ochsner, identyczne z wymaganymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.33) Cięgno o dł. 90mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy: Pakiet nr 16- Narzędzia chirurgiczne wielorazowe dla Bloku Kardiochirurgicznego

Poz.2) Igła o dł. 43mm, szer. 3mm, funkcjonalnie identyczne lub igła z kulką o wym. 1,2x80mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.4) Pinceta o szer. pyszczka 3,5mm, funkcjonalnie identyczna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.6) Imadło o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy: Pakiet nr 17- Narzędzia chirurgiczne wielorazowe dla Bloku Ortopedycznego

Poz.2) Dźwignia o dł. 260mm, szer. 24mm, funkcjonalnie identyczna lub dźwignia o dł. 290mm, szer. 34mm, funkcjonalnie identyczna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.5) Czy Zamawiający może określić parametry haka (długość) jaki wymaga lub zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie nowego ?

Odpowiedź: PARAMETRY HAKA: długość 290-300mm, jednozębny, tępy, wzmocniony.

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie w/w pozycji z pakietu. Zgodnie z SIWZ.

Utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie, automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Poz.9) Pinceta bez otworów w uchwycie, funkcjonalnie identyczne lub pinceta o dł. 120mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, PRZY ZACHOWANIU POZOSTAŁYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH ZGODNIE Z SIWZ

Poz.11) Wiertło o dł. 85mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.12) Wiertło o dł. 100mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.10.11.12) Z uwagi na fakt, że pozycje są możliwe do zrealizowania wyłącznie przez jednego dostawcę zwracamy się z prośbą o wyłączenie ich z pakietu i utworzenie nowego odrębnego, co jednocześnie umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert przez większą liczbę dostawców przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie w/w pozycji z pakietu, Zgodnie z SIWZ.

Utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie, automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Poz.14) Nożyczki o dł. 300mm i nazwie własnej Nelson-Metzenbaum, funkcjonalnie identyczne lub z uwagi na fakt, że pozycja jest możliwa do zrealizowania wyłącznie przez jednego dostawcę, zwracamy się z prośbą o wyłączenie jej z pakietu i utworzenie nowego, odrębnego, co jednocześnie umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert przez większą liczbę dostawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie w/w pozycji z pakietu, Zgodnie z SIWZ.

Utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie, automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Poz.17) Kleszczyki o nazwie Rochester-Ochsner, identyczne z wymaganymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.20) Imadło o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.21) Nożyczki Reynolds (Jameson) o dł. 160mm, funkcjonalnie identyczne lub nożyczki z mikroząbkami (wersja supercut- superostre) identyczne z wymaganymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.23) Nożyczki z powłoką ceramiczną, całe czarne, identyczne z wymaganymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.24) Młotek o dł. 260mm, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę NA ZAPROPONOWANĄ DŁUGOŚĆ NARZĘDZIA, PRZY ZACHOWANIU POZOSTAŁYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH ZGODNIE Z SIWZ

Poz.25) Z uwagi na fakt, że pozycja jest możliwa do zrealizowania wyłącznie przez jednego dostawcę, zwracamy się z prośbą o wyłączenie jej z pakietu i utworzenie nowego, odrębnego, co jednocześnie umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert przez większą liczbę dostawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie w/w pozycji z pakietu, Zgodnie z SIWZ.

Utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie, automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Poz.26) Odgryzacz o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Pakiet nr 18- Narzędzia chirurgiczne wielorazowe do operacji w obrębie barku dla Bloku Ortopedycznego

Poz.2) Rozwieracz o dł. 170mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.3) Rozpierzacz ostry czy tępy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wersji półostrej. Nomenklatura ta jest dostępna w katalogach firm oferujących narzędzia chirurgiczne.

Poz.5) Raspator o dł. 250mm i szer. 25mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.6) Skrobaczka o dł. 250mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.7) Hak o dł. 140mm, wym. drugiej łopatki 25x28mm, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.8) Raspator o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.11) Łyżka o wym. 40x55mm lub 42x55mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.14) Rama o wym. 270x270mm, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.15) Łyżka o wym. 50x65mm, funkcjonalnie identyczna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.17) Wanna do kontenera o wym. 600x272x116mm lub 600x272x138mm, funkcjonalnie identyczna.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę NA ZAPROPONOWANY ROZMIAR WANNY, PRZY ZACHOWANIU POZOSTAŁYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH ZGODNIE Z SIWZ ORAZ ZWRACAJĄC UWAGĘ NA WYMAGANĄ KOMPATYBILNĄ Z WANNĄ POKRYWĘ KONTENERA STERYLIZACYJNEGO CAŁKOWICIE METALOWĄ Z FILTRAMI NA MINIMUM 5000 CYKLI.

Poz.18) Kosz o wym. 540x253x80mm, funkcjonalnie identyczna.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę NA ZAPROPONOWANY ROZMIAR KOSZA, PRZY ZACHOWANIU POZOSTAŁYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy: Pakiet nr 20- Narzędzia chirurgiczne wielorazowe- zestaw do kraniotomii dla Bloku Chirurgicznego

Poz.1) Nożyczki o dł. 180mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.3) Kleszcze o dł. 260mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.6) Imadło o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.7) Skrobaczka o dł. 220mm, funkcjonalnie identyczna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.8) Elewator ostry lub ostro-tępy?

Odpowiedź: Tępy.

Poz.13) Kleszcze o dł. 230mm identyczne z wymaganymi lub kleszcze o nazwie Leksell o dł. 230mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.18) Szpatałka o nazwie własnej Olivecrona, funkcjonalnie identyczna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.20) Igła o dł. 43mm i szer. 3mm, funkcjonalnie identyczna lub igła z kulką o wym. 1,2x80mm, funkcjonalnie identyczna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.22) Naczynie o wym. 80x40mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.24) Sonda o dł. 330mm, funkcjonalnie identyczna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.26) Piłka drutowa z 3 skręconych drutów, identyczna z wymaganą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Poz.29) Wanna do kontenera o wym. 475x272x116mm, funkcjonalnie identyczna.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę NA ZAPROPONOWANY ROZMIAR WANNY, PRZY ZACHOWANIU POZOSTAŁYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH ZGODNIE Z SIWZ ORAZ ZWRACAJĄC UWAGĘ NA WYMAGANĄ KOMPATYBILNA Z WANNA POKRYWĘ KONTENERA STERYLIZACYJNEGO CAŁKOWICIE METALOWĄ Z FILTRAMI NA MINIMUM 5000 CYKLI

Poz.30) Kosz o wym. 405x253x80mm, funkcjonalnie identyczna.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę NA ZAPROPONOWANY ROZMIAR KOSZA, PRZY ZACHOWANIU POZOSTAŁYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH ZGODNIE Z SIWZ

Poz.31) Tabliczka w kolorze czerwonym lub niebieskim, identyczna z wymaganą

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę NA ZAPROPONOWANY ROZMIAR KOSZA, PRZY ZACHOWANIU POZOSTAŁYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie nr 17

Dotyczy: Pakiet nr 21- narzędzia chirurgiczne wielorazowe do implantacji kardiologicznych urządzeń elektronicznych (rozzruszników i kardiowerterów-defibrylatorów)

Poz.4) Hak o wym. 16x30mm i 16x33mm oraz 16x33mm i 16x42mm, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz.6) Nożyczki o dł. 160mm lub 170mm, funkcjonalnie identyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz.16) Kleszczyki o dł. 200mm, funkcjonalnie identyczne lub kleszczyki o nazwie Walton typ Maier o dł. 170mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Dotyczy: Zapisów SIWZ

Z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do:

5 tygodni- 20pkt

4 tygodnie- 15pkt

3 tygodnie- 10pkt

2 tygodnie- 5pkt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dłuższy termin dostawy wyłącznie dla Pakietu nr 21, pod warunkiem terminów dostawy i wartości punktowej podanych poniżej:

2 tygodnie- 20pkt

3 tygodnie- 15pkt

4 tygodnie- 10pkt

5 tygodnie- 5pkt.

Pytanie nr 19

Dotyczy: Zapisu w SIWZ III pkt 5 c. pakiet 22

Prosimy o dopuszczenie do oceny kuwet do pomiaru ACT z datą krótszą niż 12 miesięcy.

Wynika to z faktu, iż kuwety pomiarowe posiadają 12 miesięczną datę przydatności do użycia od daty produkcji. Okres od wyprodukowania do końcowej dostawy do szpitala powoduje, że produkt dostarczany jest z datą krótszą. Zwyczajowo dostarczany kuwety z około 6 miesięcznym terminem przydatności do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Dotyczy: Pakiet nr 22. Punkt 8.

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia kuwet kontrolnych do zestawu, ponieważ dostarczane obecnie urządzenia wykonują test automatycznie i użycie kuwet kontrolnych nie jest wymagane przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

Dotyczy: Pakiet nr 15 – Narzędzia chirurgiczne wielorazowe dla Bloku Chirurgicznego Poz.39

Proszę o podanie nr produktu referencyjnego dla tej pozycji

EKSTRAKTOR PEŁCZERZYKA ŻÓŁCIEWEGO DŁUGOŚĆ ŁYŻKI 55 MM

Odpowiedź: Wszystkie wymagania zostały opisane w SIWZ

Pytanie nr 22

Dotyczy: Pakiet nr 21 - Narzędzia chirurgiczne wielorazowe do implantacji kardiologicznych urządzeń elektronicznych (rozzruszników i kardiowerterów-defibrylatorów) poz.4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania haki operacyjne typu Farabeuf duże dwustronne, długość 150 mm, zakończone z obu stron haczykami (23x16mm i 26x16mm) i (27x16 mm i 30x16mm)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

Dotyczy: Pakiet nr 12

Czy Zamawiający w rozdziale XV pkt. 2 SIWZ oraz w formularzu ofertowym zał. nr 1 „OFEROWANY TERMIN DOSTAW CZĄSTKOWYCH” w odniesieniu do pakietu nr 12 wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw z max. 4 dni do max. 14 dni roboczych?

Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu, który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany na zamówienie w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy: Pakiet nr 12

Czy Zamawiający w rozdziale XV pkt. 3 SIWZ oraz w formularzu ofertowym zał. nr 1 „OFEROWANY TERMIN WYKONANIA REKLAMACJI” w odniesieniu do pakietu nr 12 wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania reklamacji z max. 4 dni do max. 12 dni roboczych?

Termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zbyt krótki na realizację reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25

Dotyczy: Zapisów umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy: Zapisów umowy

Czy Zamawiający w §7 ust. 8 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia faktury oraz obowiązek dostarczenia faktury do Zamawiającego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia wystawienia?

Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczny problem z określeniem terminu płatności na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesyłek faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy: Pakiet 22


Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie kuwet pomiarowych z pozycji 1 w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 5 nowych aparatów od amerykańskiego producenta, nowszej generacji niż opisanych w SIWZ o następujących parametrach:

| |
|--|
| ✚ możliwość wykonania testów : PT-WB, PT-C, aPTT, c-ACT, c-ACT-LR. |
| ✚ waga aparatu: 800 g |
| ✚ niewielkie wymiary aparatu: 89 mm x 86mm x 215mm |
| ✚ intuicyjny w użytkowaniu, kolorowy i dotykowy wyświetlacz z przyjaznym interfejsem |
| ✚ zasilanie sieciowe i akumulatorowe |
| ✚ automatyczne wykrywanie testu |
| ✚ bateria wystarcza na 24h pracy |
| ✚ kompatybilny z kartą magnetyczną Cascade Abraso |
| ✚ ilość krwi potrzebna do pomiaru 0,015cc (1 kropla) |
| ✚ możliwość skanowania próbek za pomocą kodów kreskowych w wersji 2D |
| ✚ czułość wykrywania niskich stężeń heparyny – do 3u/ml krwi |
| ✚ zakres pomiaru czasu krzepnięcia 6s – 850s |
| ✚ wykonanie autotestu przy aktywacji aparatu |
| ✚ baza na 600 pacjentów z możliwością wprowadzenia ID pacjenta |
| ✚ możliwość wprowadzenia ustawień zabezpieczających dla użytkowników aparatu |
| ✚ możliwość podłączenia aparatu do WiFi |

- | |
|---|
| ✦ możliwość kompilacją ze stacją medyczną |
| ✦ szkolenie personelu medycznego z zakresu wykonywania pomiarów |

Aparat ten jest stosowany jest od wielu lat w pracowniach hemodynamiki, elektrofizjologii, kardiologii i chirurgii naczyniowej i cieszy się nienaganną opinią użytkowników.

Poniżej zdjęcia proponowanego rozwiązania:



Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28

Dotyczy: Pakiet nr 3

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo, prosimy o wydzielenie pozycji na elektrody bierne oraz kable (pozycje 1/2/4) i utworzenie osobnego zadania 3a z osobną kwotą wadium w celu przedłożenia KONKURENCYJNEJ oferty cenowej z certyfikatami bezpieczeństwa i kompatybilności

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. Zgodnie z SIWZ.

Utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie, automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

Pytanie nr 29

Dotyczy: Pakiet nr 7 poz.14

W związku z zaprzestaniem produkcji sprzętu o podanych parametrach, zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania uniwersalnej rękojeści do staplera laparoskopowego, do minimum 25 strzałów podczas jednej operacji, długość trzonu 6 cm oraz 16 cm, średnica trzonu 12 mm, współpracujące z ładunkami 30,45 oraz 60 mm, z możliwością artykulacji do 45 stopni, trzon obrotowy 360 stopni, z odpowiednim przeliczeniem ilości proponowanych rękojeści w stosunku do ilości procedur możliwych do wykonania przez jeden stapler laparoskopowy wielorazowego użytku, tj. 50 procedur- 50 rękojeści uniwersalnego staplera.

4 zestawy staplera wielorazowego użytku dedykowane są do 50 procedur każdy- 200 rękojeści staplera uniwersalnego ogółem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane szczegóły dotyczące uniwersalnego staplera laparoskopowego.

Pytanie nr 30

Dotyczy: Pakiet nr 6

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w pak 6 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazyńku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane szczegóły dotyczące możliwości identyfikacji wszczepionego implantu w dokumentacji medycznej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Dotyczy: Pakiet nr 6

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pak 6 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (czyli wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowie, tętnice ramiennie-głowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 32

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, o powierzchni aktywnej 31cm² PRZEZNACZONE DLA NOWORODKÓW kompatybilne z systemem REM, etykiety do wklejania do protokołu pacjenta; opakowanie zbiorcze zawierające 50 szt ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, o powierzchni przewodzącej 103cm², kompatybilne z systemem REM, etykiety do wklejania do protokołu pacjenta; opakowanie zbiorcze zawierające 100 szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Elektrode monopolarną, nóż prosty o wymiarach 25mm x 3,3mm, kompatybilna z uchwytem 4mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści Elektrode monopolarną, szpatała owalna, prosta, o wymiarach 25mm x 3mm, kompatybilna z uchwytem 4mm ?

Odpowiedź:

Pytanie nr 36

Dotyczy: Pakiet nr 6

Wnosimy o zweryfikowanie ilości podanych przez Zamawiającego dla Pakietu nr 6. Zamawiający zawarł w 2018 roku umowę nr ZP/35-8/2018 na asortyment będący przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 6. Na dzień dzisiejszy poziom realizacji w/w umowy wynosi mniej niż 3 % i nic nie wskazuje na to, aby umowa do jej zakończenia została wykorzystana w znacznie większym stopniu (wartość umowy 48 211,20 pln brutto). Zamawiający poprzez brak korygowania zapotrzebowania na podstawie faktycznego zużycia z poprzednich okresów może narazić Nas po raz kolejny na straty związane z kosztami związanymi z realizacją umowy (m.in. z tytułu zabezpieczenia dostępności towaru na czas jej trwania).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37

Dotyczy: Pakiet nr 8

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 poz. nr 1 staplera okrężnego jednorazowego o średnicy 21mm, 25mm, 28mm, 31mm i 33 mm (5 kodów produktowych), zakrzywionego, o długości trzonu 18 cm, z kowadełkiem sztywnym o optymalnej proporcji średnicy zewnętrznej kowadełka do średnicy zewnętrznej noża dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, możliwość zamówienia staplera z zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu okrągłego, przeznaczonymi do tkanki grubej i normalnej (zakres regulacji od 1 mm do 2,5 mm po zamknięciu). Dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia ważną ofertę mogłaby złożyć tylko jedna firma tj. firma Medtronic. Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. W razie odmowy prosimy o podanie merytorycznych i użytkowych argumentów przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38

Dotyczy: Pakiet nr 8

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 poz. nr 2 jednorazowego staplera liniowy zamykająco-tnącego, załadowanego ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki okrągłe, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikowe zabezpieczenie. Dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia ważną ofertę mogłaby złożyć tylko jedna firma tj. firma Medtronic (m.in. zapis "zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego" wskazują na Patent numer US 7398907 wraz z późniejszą, powiązaną dokumentacją patentową, do którego uprawniony jest Tyco Healthcare Group LP działający na terenie Polski przez firmę Medtronic, dawniej Covidien). Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. W razie odmowy prosimy o podanie merytorycznych i użytkowych argumentów przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39

Dotyczy: Pakiet nr 8

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 poz. nr 3 ładunku do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8 mm (po zamknięciu 1,5 mm) lub 4,8 mm (po zamknięciu 2,0 mm). Dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia ważną ofertę mogłaby złożyć tylko jedna firma tj. firma Medtronic (m.in. zapis "zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego" wskazują na Patent numer US 7398907 wraz z późniejszą, powiązaną dokumentacją patentową, do którego uprawniony jest Tyco Healthcare Group LP działający na terenie Polski przez firmę Medtronic, dawniej Covidien). Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. W razie odmowy prosimy o podanie merytorycznych i użytkowych argumentów przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40

Dotyczy: Pakiet nr 8

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 poz. nr 4 jednorazowego staplera liniowy zamykająco-tnącego, załadowanego ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki okrągłe, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą

dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikowe zabezpieczenie. Dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia ważną ofertę mogłaby złożyć tylko jedna firma tj. firma Medtronic (m.in. zapis "zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego" wskazują na Patent numer US 7398907 wraz z późniejszą, powiązaną dokumentacją patentową, do którego uprawniony jest Tyco Healthcare Group LP działający na terenie Polski przez firmę Medtronic, dawniej Covidien). Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. W razie odmowy prosimy o podanie merytorycznych i użytkowych argumentów przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Dotyczy: Pakiet nr 8

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 poz. nr 5 ładunku do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8 mm (po zamknięciu 1,5 mm) lub 4,8 mm (po zamknięciu 2,0 mm). Dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia ważną ofertę mogłaby złożyć tylko jedna firma tj. firma Medtronic (m.in. zapis "zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego" wskazują na Patent numer US 7398907 wraz z późniejszą, powiązaną dokumentacją patentową, do którego uprawniony jest Tyco Healthcare Group LP działający na terenie Polski przez firmę Medtronic, dawniej Covidien). Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. W razie odmowy prosimy o podanie merytorycznych i użytkowych argumentów przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

Dotyczy: Pakiet nr 8

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 poz. nr 6 jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, załadowanego ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki okrągłe, zszywki o wysokości 3,8mm (po zamknięciu 1,5mm) lub 4,8mm (po zamknięciu 2,0mm); stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikowe zabezpieczenie. Dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia ważną ofertę mogłaby złożyć tylko jedna firma tj. firma Medtronic (m.in. zapis "zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego" wskazują na Patent numer US 7398907 wraz z późniejszą, powiązaną dokumentacją patentową, do którego uprawniony jest Tyco Healthcare Group LP działający na terenie Polski przez firmę Medtronic, dawniej Covidien). Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. W razie odmowy prosimy o podanie merytorycznych i użytkowych argumentów przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43

Dotyczy: Pakiet nr

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 poz. nr 7 ładunku do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8 mm (po zamknięciu 1,5 mm) lub 4,8 mm (po zamknięciu 2,0 mm). Dla obecnego opisu przedmiotu zamówienia ważną ofertę mogłaby złożyć tylko jedna firma tj. firma Medtronic (m.in. zapis "zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego" wskazują na Patent numer US 7398907 wraz z późniejszą, powiązaną dokumentacją patentową, do którego uprawniony jest Tyco Healthcare Group LP działający na terenie Polski przez firmę Medtronic, dawniej Covidien). Dopuszczenie w/w rozwiązania umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w

przedmiotowym postępowaniu. W razie odmowy prosimy o podanie merytorycznych i użytkowych argumentów przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 45

Dotyczy: Projekt umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 46

Dotyczy: Projekt umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w stosunku do wartości netto umowy:

- a. Za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru będącego przedmiotem umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wartości **brutto** zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru**,
- b. za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości **brutto** reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru**,
- c. Za opóźnienie w wykonaniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości **brutto** reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru**,
- d. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5% niezrealizowanej **części** wartości netto umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca uwagę, aby w przypadku dopuszczenia innych parametrów bądź produktów niż określone w SIWZ, w Załączniku nr 2 – Formularzu asortymentowo-cenowym, zaznaczyć gwiazdką (*) daną pozycję w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” i wpisać na kolorowo oferowany parametr oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „*-poz. Nr ... dokonano zmiany zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego”.

W przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (*) przy danej pozycji w kolumnie „Jednostka miary ” i kolumnie „Ilość ” i wpisać oferowaną liczbę

opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zapisami SIWZ”.

Dopuszczenie przez Zamawiającego możliwość zaoferowania konkretnego preparatu zamiennego/w innej postaci/innej ilości opakowań (zgodnie z powyższymi odpowiedziami) powoduje, że Wykonawcy mogą oferować postać pierwotną wpisaną do SIWZ jak i dopuszczoną niniejszymi odpowiedziami.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 t.j.) Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:
 - 1.1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert – ROZDZIAŁ XV.
 - 1.2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 - 1.3. Projekt umowy – Załącznik nr 7.

Termin składania ofert ustalony na dzień 19.06.2020r. do godz. 09:00 pozostaje bez zmian. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2020r. r. o godzinie 10:00.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Tomasz Miazek

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

mgr Agnieszka Andrzejczak