

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym ZP/45/2020 dot. postępowania „dostawa urządzeń medycznych”

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) (zwana dalej „ustawą”) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca na realizację zamówienia w poszczególnych częściach, zgodnie z poniższym zestawieniem:

	Część nr	1		
Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena	Ilość punktów w kryterium gwarancja	RAZEM
1.	Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa	60,00	40,00	100,00

	Część nr	2		
Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena	Ilość punktów w kryterium gwarancja	RAZEM
1.	SIMOTTI Rafał Kwiatkowski ul. POW 33 98-200 Sieradz			
2.	Labid s.c. Martyna Bidas, Bartosz Bidas ul. Dywizjonu 303 139/74, 01-470 Warszawa	60,00	40,00	100,00

	Część nr	3		
Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena	Ilość punktów w kryterium gwarancja	RAZEM
1.	A-BioTech M. Zemanek- Zboch Sp.j. ul. Strzegomska 260A/4, 54-432 Wrocław	60,00	40,00	100,00

Oferta firmy **Simotti** zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, ponieważ zamawiający wymagał w części 2 – komora laminarna:

- 2 gniazda elektryczne zlokalizowane na bocznych ścianach ,natomiast firma oferuje gniazda na tylnej ścianie komory
- Głębokość zewnętrzna bez podłokietnika: < 780mm, natomiast firma oferuje 790 mm
- Z oknami w ścianach bocznych wykonanymi ze szkła hartowanego oraz z 4 wyprowadzeniami do podłączenia mediów oraz miejscem do montażu 2 gniazd elektrycznymi w części metalowej ścian bocznych, natomiast firma oferuje gniazda boczne- montaż na szybie
- Sterownik z membranowymi przyciskami funkcyjnymi oznaczonymi czytelnymi piktogramami dedykowanymi dla: wł./wył. wentylatora, oświetlenia, lampy UV, gniazd elektrycznych. Panel sterowania łatwo zmywalny bez odstających elementów typu pokrętło ,natomiast firma oferuje panel dotykowy
- Włącznik zasilania z 2 kpl. Kluczyków, natomiast firma oferuje przycisk start – stop
- Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów niezbędnych do ich wykonania, zgodnie z wymogami producenta. W okresie gwarancji transport i dostawa świadczone będą w ramach zawartej umowy, natomiast firma proponuje serwis płatny

Dyrektor

dr n. med. Monika Domarecka