

Łódź, dn. 14.01.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawy opakowań, materiałów zużywalnych, pomocniczych, eksploatacyjnych, czynników sterylizacyjnych, wskaźników oraz preparatów chemicznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni – sprawa nr ZP/76/2020,**

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 pakietu dopuści do oceny rękaw o szerokości 55mm zamiast 50mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Dotyczy: Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawy o temperaturze zgrzewu w przedziale 120 - 150°C?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Dotyczy: Pakiet nr 22, pozycja 1 i 2

Czy w miejsce testów zintegrowanych - typu 5, Zamawiający dopuści testy wyższej klasy tj. emulacyjne - typu 6. Wyższa klasa testów gwarantuje wyższy poziom kontroli procesu sterylizacji.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Dotyczy: Pakiet nr 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk + przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie nr 5

Dotyczy: Pakiet nr 22, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Dotyczy: Pakiet nr 24, pozycja 3




Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68
ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01
ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80
ul. Pankiewiczza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misia Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoj Cierpienie”





Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. Zgodnie z SIWZ. Utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie, automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację)

Pytanie nr 7

Dotyczy: Pakiet nr nr 21, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści testy pakowane po a'250sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie nr 8

Dotyczy: Pakiet nr 21, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści tolerancję szerokości taśmy +/- 1mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie nr 9

Dotyczy: Pakiet nr 22, poz. 1,2

Prosimy o dopuszczenie testów zgodnych z SIWZ o takiej samej funkcjonalności oraz jakości, posiadających laminowaną substancję testową, zabezpieczającą pakiet przed zabrudzeniem, które nie są pokryte polimerem.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10

Dotyczy: Pakiet nr 22, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści testy zgodnie z SIWZ, z punktowo naniesioną substancją wskaźnikową?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Dotyczy: Pakiet nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, by substancja wskaźnikowa testu była nałożona na wskaźnik w sposób warstwowy oraz nierównomierny, imitując tym samym realne zabrudzenia znajdujące się na narzędziach procesowanych w myjni-dezynfektorze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12

Dotyczy: Pakiet nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, by test wraz z kompatybilnym przyrządem umożliwiał kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13

Dotyczy: Pakiet nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby substancja wskaźnikowa była zgodna z odpowiednią normą, tj. ISO/TS 15883-5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza




Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 (Stomatologii)) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68
ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01
ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80
ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misia Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoi Cierpienie”





Pytanie nr 14

Dotyczy: Pakiet nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, by przyrząd był w postaci otwieranego klipsa, nie uszkadzającego substancji wskaźnikowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15

Dotyczy: Pakiet nr 24, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści testy spełniające wymogi SIWZ, w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją wskaźnikową?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Dotyczy: Pakiet nr 24, poz. 2

Czy Zamawiający testy pakowane po 100sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie nr 17

Dotyczy: Pakiet nr 24, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga by wskaźnik spełniał wymagania normy EN ISO 11140-1 dot. zakresu tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6, a typ wskaźnika nadrukowany był na każdym wskaźniku? W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie, z jaką normą ma być zgodny zaoferowany wskaźnik oraz jaką powinien posiadać tolerancję na czas i temperaturę?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18

Dotyczy: Pakiet nr 24, poz. 3

Czy Zamawiający testy pakowane po 100sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie nr 19

Dotyczy: Pakiet nr 24, poz. 4

Jednym z najważniejszych parametrów testu do wykrywania zanieczyszczeń białkowych jest jego czułość. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga najbardziej czułych testów dostępnych na rynku reagujących na obecność białka już na poziomie 1µg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20

Dotyczy: Pakiet nr 24, poz. 4

Czy Zamawiający wymaga testów gdzie wymazówki są pojedynczo zapakowane, a substancja testowa jest w osobnych fiolkach; czy testów jednoelementowych, w których w jednym przyrządzie znajduje się wymazówka i substancja testowa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21

Dotyczy: Pakiet nr 24, poz. 4

Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności testu z normą ISO 15883-1. Norma ta dotyczy wymagań dla myjni-dezynfektorów, a nie dla testów kontroli pozostałości białkowej. Są w niej wzmianki o kontroli




Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68
ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01
ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80
ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misia Szpitala: „Nasze Leczenie Ukończy Cierpienie”





skuteczności mycia, ale wskazane metody to biuretowa, OPA, i ninhydrynowa. Test opisany przez Zamawiającego nie jest żadną z tych wskazanych metod.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.

Pytanie nr 22

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebkę papierowo-foliową o wymiarach 57mm x 105mm zamiast 60 mm x 100mm?

Odpowiedź: Pakiet nr 3 dotyczy rękawów typu Tyvek.

Zamawiający dopuszcza do oceny ww. torebkę w Pakiecie nr 5

Pytanie nr 23

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebkę papierowo-foliową o wymiarach 135mm x 255mm zamiast 130 mm x 250mm?

Odpowiedź: Pakiet nr 3 dotyczy rękawów typu Tyvek.

Zamawiający dopuszcza do oceny ww. torebkę w Pakiecie nr 5

Pytanie nr 24

Dotyczy: Pakiet nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do maszynowego, chemiczno-termicznego mycia instrumentów chirurgicznych, endoskopów sztywnych, sprzętu anestetycznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej, butów medycznych, zawierający substancje enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, niezawierający krzemianów, w postaci płynnego koncentratu, stosowany w stężeniu roztworu roboczego: 0,2-1%, kompatybilny z pozostałymi preparatami z Pakietu nr 20, konfekcjonowany w opakowaniach 20l?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25

Dotyczy: Pakiet nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do maszynowego, chemiczno-termicznego mycia instrumentów chirurgicznych, endoskopów sztywnych, sprzętu anestetycznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej, butów medycznych, zawierający substancje enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, niezawierający krzemianów, w postaci płynnego koncentratu, stosowany w stężeniu roztworu roboczego: 0,2-1%, kompatybilny z pozostałymi preparatami z Pakietu nr 20, konfekcjonowany w opakowaniach 5l?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26

Dotyczy: Pakiet nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat neutralizujący stosowany po maszynowym chemiczno-termicznym alkalicznym myciu narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych sprzętu anestetycznego oraz kontenerów ze stali szlachetnej, butów medycznych, w postaci płynnego koncentratu, na bazie kwasu cytrynowego, bez fosforanów, fosfatów, azotanów oraz związków powierzchniowo czynnych, stosowany w stężeniu 0,1-0,2%, kompatybilny z pozostałymi preparatami z Pakietu nr 20, konfekcjonowany w opakowaniach 5l?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ



Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68


ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01

ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80

ul. Pankiewiczza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misia Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoń Cierpienie”





Pytanie nr 27

Dotyczy: Pakiet nr 20 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat dezynfekcyjny, przeznaczony do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, sprzętu anestezyjologicznego, na bazie aldehydu glutarowego, bez dodatku formaldehydu i glioksalu, stosowany w stężeniu roboczym 1%, wykazujący działanie bójcze wobec: B, Tbc, F, V(HIV, HBV, HCV, Corona) w czasie 5 min., kompatybilny z pozostałymi preparatami z Pakietu nr 20, konfekcjonowany w opakowaniach 5l?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28

Dotyczy: Pakiet nr 20 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat dezynfekcyjny, przeznaczony do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, sprzętu anestezyjologicznego, na bazie aldehydu glutarowego, bez dodatku formaldehydu i glioksalu, stosowany w stężeniu roboczym 1%, wykazujący działanie bójcze wobec: B, Tbc, F, V(HIV, HBV, HCV, Corona) w czasie 5 min., kompatybilny z pozostałymi preparatami z Pakietu nr 20, konfekcjonowany w opakowaniach 20l?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29

Dotyczy: Pakiet nr 20 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do stosowania w ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi umożliwiającą ich wysychanie bez pozostawiania plam, w postaci płynnego koncentratu, zawierający niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, stosowany w stężeniu roboczym 0,3-1,0%, kompatybilny z pozostałymi preparatami z Pakietu nr 20, konfekcjonowany w opakowaniach 20l?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30

Dotyczy: Pakiet nr 20 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do chemiczno-termicznego mycia i dezynfekcji stelaży łóżek, wózków transportowych, kontenerów, stołów, przeznaczony do mycia wszystkich przedmiotów przystosowanych do mycia maszynowego, zawierający chlorek bezalkoniowy, propionian N,N-didecylo-N-metylopoli(oksyetyleno)amoniowy, związki powierzchniowo czynne, wykazujący działanie bójcze wobec: B, F(C.albicans), V(HIV,HBV,HCV) w czasie do 5 minut w temperaturze działania 50-60 °C stosowany w stężeniu 0,5-1% kompatybilny z preparatem z poz. 5 (ten sam producent), konfekcjonowany w opakowaniach 20l?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31

Dotyczy: Pakiet nr 20 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, w postaci płynnego koncentratu, nie wymagający aktywatora, z możliwością stosowania do myjek ultradźwiękowych, na bazie chlorku didecylodimetyloamonowego, niejonowych i kationowych związków powierzchniowo czynnych i kompleksu enzymatycznego, bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu, wykazujący działanie bójcze wobec: B, F(C.albicans), V(HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) w czasie do 10 minut w stężeniu 0,5%, konfekcjonowany w opakowaniach 5l?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ




Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 ISomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68
ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01
ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80
ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misia Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoń Cierpienie”





Pytanie nr 32

Dotyczy: zapisów umowy

Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 7 ust. 1 użytego określenia „opóźnienie” określeniem „zwłoka”?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33

Dotyczy: zapisów umowy

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 8 ust. 8 poprzez dodanie punktu 8.5 o treści: „8.5 wzrostu średniego kursu walut (euro, dolar) o więcej niż 6%„ ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 34

Dotyczy: zapisów umowy

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 12 ust. 1 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: „Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza taką zmianę.

Pytanie nr 35

Dotyczy: Pakiet nr 2 Poz. 6

Czy można zaoferować rękaw papierowo-foliowy z fałdą o rozmiarze 380mmx100m, zamiast 350mm x 100m? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 36

Dotyczy: Pakiet nr 1 oraz Pakiet nr 2

Czy należy zaoferować rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji oznakowanych znakiem CE na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa i bezpośrednio na brzegu rękawa? Zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679) znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 37

Dotyczy: Pakiet nr 5 Poz. 1

Czy można zaoferować torebki papierowo-foliowe samozamykalne o rozmiarze 100mm x 200mm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38

Dotyczy: Pakiet nr 5 Poz. 3

Czy można zaoferować torebki papierowo-foliowe samozamykalne o rozmiarze 100mm x 230mm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39

Dotyczy: zapisów umowy




Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 ISomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68
ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01
ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80
ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misia Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoń Cierpienie”





Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w stosunku do wartości netto umowy:
 - 1.1. Za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru będącego przedmiotem umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru.**
 - 1.2. za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości **netto** reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanego towaru**
 - 1.3. za opóźnienie w wykonaniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości netto reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanego towaru**

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40

Dotyczy: Pakiet nr 26

Czy zamawiający dopuści do postępowania kontenery o następujących wymiarach:

Poz. 1 - 580x280x205mm

Poz. 2 - 580x280x140mm

Poz. 3 - 580x280x140mm

Poz. 4 - 285x280x105mm

Poz. 5 - 285x280x140mm

Tak niewielkie różnice w wymiarach w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność i działanie kontenerów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 41

Dotyczy: zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 42

Dotyczy: zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 43

Dotyczy: Pakiet nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu pakowanego po 250szt, z odpowiednim przeliczeniem według zapotrzebowania?



Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 (Stomatologii)) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68


ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01

ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80

ul. Pankiewiczza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misia Szpitala: „Nasze Leczenie Ukończy Cierpienie”





Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymaga testu w opakowaniu po 250 szt. Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 44

Dotyczy: Pakiet nr 22

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pozycji 1 oraz 2 oczekuje tego samego testu, w różnych opakowaniach ilościowych?

Odpowiedź: W pozycji 1 oraz 2 Zamawiający wymaga dwóch różnych testów. Zamawiający dopuszcza inne ilości w opakowaniu po odpowiednim przeliczeniu

Pytanie nr 45

Dotyczy: Pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie po 1000 szt. ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie nr 46

Dotyczy: Pakiet nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza Etykiety o wymiarach 75 x 35 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 47

Dotyczy: Pakiet nr 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza osłonki pakowane po 1200 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie nr 47

Dotyczy: Pakiet nr 14 poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza osłonki pakowane po 250 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pytanie nr 48

Dotyczy: Pakiet nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie po 125 szt. ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości

Zamawiający wyrażając zgodę na dopuszczenie zaoferowania produktu zgodnie z powyższymi odpowiedziami wymaga aby Wykonawca dokonując zmiany, każdorazowo w Załączniku nr 2 – Formularzu asortymentowo-cenowym zaznaczył daną pozycję w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” i wpisał na kolorowo oferowany parametr oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisał: „*-poz. Nr ... dokonano zmiany zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego (z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi)”.

W przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonując zmiany z Załączniku nr 2 zaznaczył gwiazdką (*) daną pozycję w kolumnie „Ilość” i wpisał oferowaną liczbę opakowań na kolorowo oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisał: „* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zapisami SIWZ”.




Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68
ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01
ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80
ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misia Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoi Cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Sposób przeliczenia liczby opakowań.

Przeliczenie ilości opakowań winno być dokonane z zachowaniem ogólnej liczby przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego. W takim przypadku ilość opakowań należy przeliczyć w taki sposób, aby ogólna liczba przedmiotu zamówienia była nie mniejsza niż podana w SIWZ, a zaoferowana liczba opakowań była liczbą całkowitą (zaokrąglić w górę do pełnych opakowań), tj.: przeliczenia należy dokonać wg wzoru: wymagana liczba opakowań (x) wymagana liczba sztuk w opakowaniu, i następnie podzielić przez zmienioną liczbę sztuk zawartą w oferowanym opakowaniu, zaokrąglając liczbę opakowań w górę (do pełnego opakowania).

Przykład:

Wymagana liczba opakowań – $A = 10$

Wymagana liczba szt. w opakowaniu – $B = 6$

Liczba szt. w proponowanym opakowaniu – $C = 8$

Obliczona liczba opakowań – O wg. wzoru:

$O = A \times B / C = 10 \times 6 / 8 = 7,5$ - wynik zaokrąglamy w górę do pełnego opakowania tj. $O = 8$.

Dopuszczenie przez Zamawiającego możliwość zaoferowania konkretnego preparatu zamiennego/w innej postaci/innej ilości opakowań (zgodnie z powyższymi odpowiedziami) powoduje, że Wykonawcy mogą oferować postać pierwotną wpisaną do SIWZ jak i dopuszczoną niniejszymi odpowiedziami.

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 – Projektu umowy, który zamieszcza na stronie internetowej szpitala: www.csk.umed.pl

Powyższe odpowiedzi oraz modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert ustalony na dzień 21.01..2021r. do godz. 09:00 pozostaje bez zmian. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01..2021r. o godzinie 10:00.

przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Miazek

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych
mgr Agnieszka Andrzejczak



Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68
ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01
ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80
ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misia Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoń Cierpienie”

