

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych nr sprawy ZP/86/ 2020

**Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 2**

**Faktury**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej - dokument pdf? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

**Odpowiedź:** Tak: [faktury@csk.umed.pl](mailto:faktury@csk.umed.pl)

**Pytanie 3**

Prosimy o informację czy Zamawiający rozważy ofertę na pakiet nr 1 na endoprotezy stawu kolanowego, która posiadają wymagane w SIWZ parametry, jeśli chodzi o część udową i piszczelową, ale które mają wkładki wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości GUR 1020 typu crosslinked napromieniane promieniami  $\beta$  o właściwościach skutkujących niską ścieralnością. Wkładki dostępne w wersji fixed i rotacyjnej o grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm i 20mm wersji PS i CR. Element rzepkowy wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości GUR 1020 typu crosslinked napromienianego promieniami  $\beta$  o właściwościach skutkujących niską ścieralnością. Rzepka okrągła w 5 rozmiarach i 5 grubościach w celu poprawy trakcji. Dostępne rozmiary  $\varnothing$  26 x7mm,  $\varnothing$ 29 x8mm,  $\varnothing$ 32 x9mm,  $\varnothing$ 35 x 10mm,  $\varnothing$ 38 x 11mm.

**Odpowiedź :** Zamawiający nie wyraża zgody.

Zwracamy się również z prośbą o wykreślenie z wymogów dodatkowych zapisu „ Oferent musi dostarczyć zestaw retraktorów panewkowych takich jak Fukuda, Darrach, hak panewkowy trój i dwuzębny, retraktor torebkowy "2-prong".

Ww wymienione narzędzia są służą do operacji barku. Zapis prawdopodobnie omyłkowo znalazł się w pakietach dotyczących stawu kolanowego i biodrowego.

**Odpowiedź:** Tak, to pomyłka, zapis nie dotyczy tego pakietu, a wymienione narzędzia nie są wymagane.