



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

zam.publ@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 2018-10-10

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawa urządzeń i produktów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2018-10-02 r. pod nr 629845-N-2018**

Nr sprawy: **ZP/65/ 2018**

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Dotyczy: **Pakiet nr 9**

Zwracamy się również z prośbą o dopuszczenie jałowego wosku kostnego trójskładnikowego o następującym składzie: wosk pszczeli 70%, wosk parafinowy 18% oraz palmitynian izopropylu 12%.

Odp. Zamawiający dopuszcza wosk kostny o ww. składzie. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

2. Dotyczy: **Pakiet nr 12**

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie w ramach pakietu nr 12 zestawu do plazmaferezy dla dorosłych z wymaganą powierzchnią 0,6 m², zintegrowanego z kasetą, jałowym workiem 9 litrowym i aparatem do wykonywania plazmaferezy (z okresem gwarancji 24 miesiące), wliczonym w koszt oferowanych zastawów?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy: **Umowy**

Prosimy o doprecyzowanie projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ poprzez zmianę brzmienia treści par. 5 ust. 4 na następujący: „Wyżej wymieniony towar jest własnością Wykonawcy do momentu jego pobrania przez Zamawiającego z Banku”.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy: **Umowy**

Prosimy o doprecyzowanie projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ poprzez dodanie w par. 5 ust. 6 zdania o następującej treści: „Produkt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z Banku przez Zamawiającego.”.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. Dotyczy: **Umowy**

Prosimy o doprecyzowanie projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ poprzez nadanie par. 5 ust. 9 następującej treści: „W przypadku wady lub zbliżania się do końca terminu ważności (mniej niż 1 miesiąc) produktów powierzonych w ramach „Banku”, Wykonawca zobowiązuje się wymienić je na nowe bez dodatkowej zapłaty. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o produktach, których termin ważności jest krótszy niż 3 miesiące.”.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy: **PAKIET Nr 9 pozycja 1 - Wosk dla Kliniki Kardiologii**

Czy w związku z dokonaną przez Producenta zmianą składu wosku kostnego z 75% wosku pszczelego, 15% wosku parafinowego, 10% palmitynianu izopropylenu, Zamawiający dopuści wosk składający się z mieszaniny białego wosku pszczelego, wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu w proporcjach 72,45%-15,05%-12,50%?

Odp. Zamawiający dopuszcza wosk kostny o ww. składzie. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ

7. Dotyczy: **PAKIET Nr 10 pozycja 4 – Szwy niewchłaniające, syntetyczne, naczyniowe dla Kliniki Kardiologii – 1**

Czy Zamawiający oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nitka o długości 60cm), dopuści również nitkę o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

8. Dotyczy: **PAKIET Nr 10 pozycja 8** – Szwy niewchłaniające, syntetyczne, naczyniowe dla Kliniki Kardiologii – 1

Czy Zamawiający oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (igła okrągła przyostrzona), dopuści również igłę okrągło-tnącą pozostałe parametry bez zmian?

Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

9. Dotyczy: **PAKIET Nr 9 pozycja 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 1 – dopuści wosk kostny o gramaturze 2,95 pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

10. Dotyczy: **PAKIET Nr 10 pozycja 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 3 dopuści igłę o długości 10mm? Jeżeli nie dopuści proszę o wydzielenie tej pozycji z pakietu 10.

Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

11. Dotyczy: **PAKIET Nr 10 pozycja 4**

Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 4 dopuści dł. Nici 75? Jeżeli nie dopuści proszę o wydzielenie tej pozycji z pakietu 10.

Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

12. Dotyczy: **PAKIET Nr 10 pozycja 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 5 dopuści dł. Igły 10mm? Jeżeli nie dopuści proszę o wydzielenie tej pozycji z pakietu 10.

Odp. TAK. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

13. Dotyczy: **PAKIET Nr 4**

Prosimy o dopuszczenie oferty z jednym rodzajem elektrody LV bipolarnej OTW o średnicy 4,3 F zapewniającej stabilną fiksację w żyłach o różnych rozmiarach dzięki krzywiznie w kształcie litery S w dystalnym odcinku.

Odp. Zamawiający dopuszcza ofertę z jednym rodzajem elektrody LV bipolarnej OTW o średnicy 4,3 F zapewniającej stabilną fiksację w żyłach o różnych rozmiarach dzięki krzywiznie w kształcie litery S w dystalnym odcinku. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

14. Dotyczy: **PAKIET Nr 4**

Prosimy o dopuszczenie oferty bez możliwości wykonania badania rezonansem magnetycznym w przypadku zestawu bipolarnego.

Odp. Zamawiający dopuszcza ofertę bez możliwości wykonania badania rezonansem magnetycznym w przypadku zestawu bipolarnego. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

15. Dotyczy: **Umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

16. Dotyczy: **Umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 5 ust. 1).

Odp. Zgodnie z SIWZ.

17. Dotyczy: **Umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. b), c):

1. Strony ustalają odszkodowanie w postaci kar umownych naliczonych w stosunku do ceny przedstawionej w ofercie, z następujących tytułów:

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wartości **brutto** zamówionego i niedostarczonego w terminie określonym w § 2 pkt. 4 towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru;**

- c) za zwłokę w wykonaniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości **brutto** reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru.**

Odp. Zgodnie z SIWZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, j. t.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

- 1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 4, Część B- Wymagane parametry graniczne stymulatora, poz. 2 i poz.6, które uzyskują brzmienie:

2.	Możliwe wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca dla całego oferowanego zestawu Zamawiający dopuszcza ofertę bez możliwości wykonania badania rezonansem magnetycznym w przypadku zestawu bipolarnego.
6.	Elektroda LV typu OTW: unipolarna i bipolarna do wyboru przez zamawiającego Zamawiający zaakceptuje elektrody LV typu OTW bez elektrody unipolarnej. Zamawiający dopuszcza ofertę z jednym rodzajem elektrody LV bipolarnej OTW o średnicy 4,3 F zapewniającej stabilną fiksację w żyłach o różnych rozmiarach dzięki krzywiznie w kształcie litery S w dystalnym odcinku.

- 1.2. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 9 poz. 1, który uzyskuje brzmienie:

1	Jałowy wosk kostny 2,5g: trój-składnikowy; 75% wosku pszczelego, 15% wosku parafinowego, 10% palmitynianu izopropylenu Zamawiający dopuszcza wosk 30% wazeliny 70% wosku pszczelego; Zamawiający dopuszcza wosk kostny o składzie: mieszanina wosków pszczelich – 80% oraz palmitynian izopropylowy - 20%; Zamawiający dopuszcza wosk kostny o składzie: wosk pszczeli 70%, wosk parafinowy 18% oraz palmitynian izopropylu 12%. Zamawiający dopuszcza wosk kostny o składzie: wosk składający się z mieszaniny białego wosku pszczelego, wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu w proporcjach 72,45%-15,05%-12,50%. Zamawiający dopuszcza wosk kostny o gramaturze 2,95 pozostałe parametry zgodne.
---	---

- 1.3. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 Pakiet nr 10, poz. 3,4,5,8, które uzyskują brzmienie:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar wg USP	Opis parametrów igły	Długość nitki
a	b	c	d	e
3	polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłaniający. Zamawiający dopuszcza igłę 9,3mm okrągłą CC z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian.	6-0	igła 9-10mm podwójna 3/8 koła okrągła przyostrzona	75cm
4	polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłaniający. Zamawiający dopuszcza igłę 11mm, okrągłą CC z mikroostrzem, czarną, pozostałe parametry bez zmian.	7-0	igła 10mm podwójna 1/2 koła okrągła	60-75cm
5	polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłaniający	6-0	igła 10-11mm podwójna 3/8 koła okrągła	75cm
8	polipropylen z dodatkiem polietylenu, niebieski, niewchłaniający	5-0	igła 13mm podwójna 3/8 koła okrągła przyostrzona lub okrągło-tnąca	75cm

2. Na podstawie art. 12a Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nowym terminem składania ofert jest **2018-10-16**, godzina **10⁰⁰**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, godzina **12⁰⁰** natomiast miejsce składania nie ulega zmianie.

Nowym terminem związania ofertą jest **2018-11-14**.

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Tomasz Miazek