

## **Pytania i odpowiedź dot.: sprawa nr ZP/78/2018**

Niniejszym wnosimy nasze ponowne uwagi do wzoru umowy oraz SIWZ:

**Ad. §2 ust. 11** – po słowie „technetowych” prosimy o dodanie „i pojemników ołowianych po radiofarmaceutykach” oraz zdania o treści następującej „Przedmiotem zwrotu nie mogą być inne odpady radioaktywne i odpady klasyfikowane jako odpady medyczne”.

Prosimy o dodanie do powyższego paragrafu zapisu: „Przedmiotem zwrotu nie mogą być inne odpady radioaktywne i odpady klasyfikowane jako odpady medyczne”.

Wynika to po pierwsze z potrzeby doprecyzowania zapisu o zwrocie generatorów i pojemników, jak również ze złych naszych doświadczeń w tym zakresie, ponieważ zdarza się, że pakowane są do zwracanych pudełek zużyte strzykawki, igły, waciki, jak również fiołki po izotopach czy niewykorzystane zestawy do elucji. Jest to zapis standardowo stosowany we wszystkich naszych umowach, dlatego nalegamy na jego uwzględnienie w projekcie przyszłej umowy.

### **Odpowiedź :**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**