



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**  
**UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**  
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251  
REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790  
☎ 42 675 75 00 poczta@csk.umed.pl  
☎ 42 678 93 68 http://www.csk.umed.pl/

Łódź, dn. 29.11.2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

## WYJAŚNIENIA ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego pn. „Dostawa odczynników i sprzętu wraz dzierżawą urządzeń na potrzeby laboratoriów dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.” - Sprawa nr ZP /79/2018

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

### Pytanie nr 1

#### Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą pozytywnej opinii KORLD na wszystkie podłoża gotowe na płytkach (potwierdzenie jakości otrzymywanych podłoży oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego pozytywną rekomendację KORLD na wszystkie podłoża (potwierdzenie jakości otrzymywanych podłoży oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym), (na wezwanie zamawiającego) zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ po modyfikacji 3.**

### Pytanie nr 2

#### Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą dokumentów walidacyjnych od producenta płytek, potwierdzających warunki transportu podłoży na płytkach oraz braku wpływu temperatury (do 40 godzin) na jakość podłoży?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentów walidacyjnych od producenta płytek, potwierdzających brak wpływu warunków transportu na jakość podłoża (na wezwanie zamawiającego), zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ po modyfikacji 3.**

### Pytanie nr 3

#### Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga przechowywania wszystkich podłoży na płytkach w temperaturze pokojowej przez 4 tygodnie, potwierdzone certyfikatem walidacji?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga warunków przechowywania podłoży potwierdzonych dokumentem walidacji (na wezwanie zamawiającego) zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ po modyfikacji 3.**

### Pytanie nr 4

#### Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie podłoża gotowe na płytkach pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wszystkie podłoża na płytkach pochodziły od jednego producenta, zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ po modyfikacji 3.**

### Pytanie nr 5

#### Dotyczy Pakietu nr 8 poz.18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie densytometru zgodnego z instrukcją w załączeniu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie densytometru spełniającego wymogi SIWZ.**

### Pytanie nr 6

#### Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga wyniku / raportu z porównania krążków antybiotykowych przeprowadzony przez EUCAST?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wynik / raport z porównania krążków antybiotykowych przeprowadzony przez EUCAST, pozostałe wymogi zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ po modyfikacji 3: Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego pozytywną rekomendację KORLD na wszystkie krążki antybiotykowe (na wezwanie zamawiającego).

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 70**

Czy Zamawiający w pozycji 70 wyrazi zgodę na zaferowanie densytometru zgodnego z instrukcją w załączeniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie densytometru spełniającego wymogi SIWZ.

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy Pakietu nr 11 poz.64**

Czy Zamawiający w pozycji 64 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża MH o średnicy 140mm ?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie podłoża MH o średnicy 140mm. Zgodnie z SIWZ (z Zał. Nr 2 po modyfikacji 3).

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy Pakietu nr 12 poz.3**

Czy Zamawiający wymaga w pozycji 3 spełnienia normy CLSI M40-A2 dotycząca kontroli jakości mikrobiologicznych systemów transportowych określająca, że minimum 10 określonych szczepów bakteryjnych (tlenowych, beztlenowych i mikroaerofilnych) musi przeżyć w podłożu przez 48 godzin inkubacji w temperaturze pokojowej i 4°C, za wyjątkiem *Neisseria gonorrhoeae*, dla której przeżywalność testowana jest po 24h inkubacji - zamawiający wymaga przesłania dokumentu potwierdzającego wraz z ofertą?

**Odpowiedź:** Zgodnie z wymogami z Zał. Nr 3 do SIWZ po modyfikacji 3: „Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego zgodność wymazówek ze standardem kontroli jakości CLSI M40-A2.”

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy pakietu nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cryobanków o wielkości opakowania 80 fiolek, reszta parametrów zgodnie z SIWZ ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie produktu zawierającego 80 fiolek, ilość opakowań z przeliczeniem liczby opakowań w celu zachowania oczekiwanej ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. W przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie E - „Jednostka miary ” i kolumnie F - „Ilość ” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zapisami SIWZ.” (zgodnie z załącznikiem nr 2 po modyfikacji 3, pakiet 8 poz.14: Probówki do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach, z roztworem krio-konserwantu w fiolce zawierającej 20-25 koralików wraz ze statywem do przechowywania fiolek w stanie zamrożenia- ilość op.3).

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy pakietu nr 10 poz. 12, 25, 28, 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 12, 25, 28 i 29 krążków pochodzących od innego producenta, kompatybilnych z zaferowanymi dyspenserami ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie wskazanych krążków od innego producenta kompatybilnych z zaferowanymi dyspenserami.

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy pakietu nr 10 poz. 51, 52**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 51 i 52 szczepów wzorcowych z pierwszego pasażu w postaci liofilizowanych krążków w opakowaniu zawierającym 10 krążków i wycenę po 1 op.?

**Odpowiedź:** Tak. Zgodnie z SIWZ i załącznikami nr 2 i 3, po modyfikacji 3: „Zamawiający wymaga opakowania po 2 wymazówki lub opakowania po 10 liofilizowanych krążków.”

**Pytanie nr 13**

**Dotyczy pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści użyczenie dodatkowych dwóch (lub większą ilość) dyspenserów 6-cio pozycyjnych zamiast jednego dyspensera na 8 fiolek ?

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SIWZ.



**Pytanie nr 14**

**Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień??

**Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiego zobowiązania.**

**Pytanie nr 16**

**Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

**Odpowiedź: Zamawiający należycie oszacował wielkość przedmiotu zamówienia, przewiduje pełną jego realizację, jednakże z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i jego przeznaczenia nie może zagwarantować % realizacji.**

**Pytanie nr 17**

**Dotyczy SIWZ**

Zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 18**

**Dotyczy SIWZ-wzoru umowy**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §6,:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 19**

**Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pozycji, na które będzie składana oferta?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w przypadku nazw nr pakietów i ich wartości netto/brutto na usunięcie tych, na które Wykonawca nie składa oferty. W przypadku pozostałych informacji z punktów 1-41 formularza należy użyć przekreślenia dla zapisów, które nie dotyczą oferty Wykonawcy.**

**Pytanie nr 20**

**Dotyczy Pakiet nr 3, poz. 1-7**

Prosimy o dopuszczenie innych wielkości opakowań z zachowaniem oczekiwanej ilości. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści – z przeliczeniem liczby opakowań w celu zachowania oczekiwanej ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. W przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie E - „Jednostka miary ” i kolumnie F - „Ilość ” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zapisami SIWZ.”**

**Pytanie nr 21**

**Dotyczy Pakiet nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści Hematoksylinę w opakowaniu 25 g. ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści – z przeliczeniem liczby opakowań w celu zachowania oczekiwanej ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. W przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie E - „Jednostka miary ” i kolumnie F - „Ilość ” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zapisami SIWZ.”**

**Pytanie nr 22**

**Dotyczy Pakiet nr 4, poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga szkiełek podstawowych o podwyższonej przezierności, ze szkła superbiałego, o obniżonej zawartości tlenku żelaza  $Fe_2O_3 \leq 0,03\%$  i wysokiej jakości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga szkiełek podstawowych o parametrach wymienionych w pytaniu. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych produktów niż opisane w SIWZ zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie B – „Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano zmiany zgodnie z odpowiedziami zamawiającego.”

**Pytanie nr 23**

**Dotyczy Pakiet nr 4, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe w opakowaniu po 100 szt. ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści – z przeliczeniem liczby opakowań w celu zachowania oczekiwanej ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. W przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie E - „Jednostka miary” i kolumnie F - „Ilość” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zapisami SIWZ.”

**Pytanie nr 24**

**Dotyczy Pakiet nr 12**

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w opisie kolumny 6 „Ilość opak” gdzie powinno być „Ilość sztuk”?

**Odpowiedź:** Zamawiający zaznaczył w rubryce „jed. miary” czy przy danym produkcie chodzi o ilość sztuk czy opakowań.

**Pytanie nr 25**

**Dotyczy Pakiet nr 12 poz.3**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści wymazówkę z wacikiem wiskozowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści wymazówkę z wacikiem wiskozowym, zgodnie z wymogami z Zał. Nr 2 i 3 do SIWZ po modyfikacji 3: „Zamawiający wymaga wymazówek plastikowych z końcówką bawełnianą lub wiskozową, 150mm, pakowanych pojedynczo, jałowych.”

**Pytanie nr 26**

**Dotyczy SIWZ-wzoru umowy**

(§ 6 ust. 2 pkt 5-7) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 27**

**Dotyczy SIWZ-wzoru umowy**

(§ 3) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego oraz zapis, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz dostarczy Wykonawcy kopię polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na wykonawcę.

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie nr 28**

**Dotyczy SIWZ-wzoru umowy**

(§ 3 ust. 14) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności Zamawiającego za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania aparatu?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wprowadza zapis we wzorze umowy (§ 3 ust. 17 )” Zamawiający ponosi koszty napraw, uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego”

**Pytanie nr 29**

**Dotyczy SIWZ-wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie szybkości reakcji na zgłoszenie o awarii na min. 3 dni robocze?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ: „ W ramach okresu gwarancyjnego dotyczącego dostarczonego przedmiotu zamówienia czas reakcji serwisu (max. zgodnie z zał. nr 3) ..... godz. w dni robocze – diagnoza awarii i rozpoczęcie naprawy od chwili zgłoszenia usterki.”



**Pytanie nr 30**

**Dotyczy SIWZ-wzoru umowy**

(§ 6 ust. 2 pkt 1-3) Czy Zamawiający dopuści możliwość naliczania kar umownych od wartości miesięcznego czynszu dzierżawnego netto (a nie od wartości całej dzierżawy), w przypadku zwłoki w dostawie analizatora lub zwłoki w wymianie wadliwego analizatora?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 31**

**Dotyczy Pakiet nr 8, poz.13**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testów konfekcjonowanych po 25 oznaczeń z odpowiednim przeliczeniem ilości badań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 25 oznaczeń z odpowiednim przeliczeniem na odpowiednią ilość badań z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. W przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie E - „Jednostka miary” i kolumnie F - „Ilość” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zapisami SIWZ.”**

**Pytanie nr 32**

**Dotyczy Pakiet nr 8, poz.13**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy przewiduje wykonywanie oznaczeń z surowicy czy jedynie z materiału jakim jest płyn mózgowo-rdzeniowy?

**Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonywanie oznaczeń jedynie w płynie mózgowo-rdzeniowym.**

**Pytanie nr 33**

**Dotyczy Pakiet nr 8, poz.14**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania próbek do przechowywania szczepów wzorcowych konfekcjonowanych po 4 fiołki a' 20 koralików pokrytych roztworem kriokonserwującym.

**Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody na konfekcjonowanie po 4 fiołki a' 20 koralików pokrytych roztworem kriokonserwującym. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu zawierającego więcej niż 64 fiołki w statywie, z przeliczeniem na odpowiednią ilość z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań (zgodnie z załącznikiem nr 2 po modyfikacji 3, pakiet 8 poz.14 : Probówki do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach, z roztworem krio-konserwantu w fiołce zawierającej 20-25 koralików wraz ze statywem do przechowywania fiołek w stanie zamrożenia- ilość op.3)**

**Pytanie nr 34**

**Dotyczy Pakiet nr 10, poz.1-50**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych pakowanych po 4 fiołki, które są umieszczone w plastikowej tubie wielorazowego użytku z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowane krążki pakowanych po 4 fiołki z przeliczeniem na odpowiednią ilość z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. W przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie E - „Jednostka miary” i kolumnie F - „Ilość” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zapisami SIWZ.”**

**Pytanie nr 35**

**Dotyczy Pakiet nr 10, poz.1-50**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania dyspenserów w następującej konfiguracji: dyspenser na 6 fiołek-4 sztuki, dyspenser na 7 fiołek- 1 sztuka.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany zestaw dyspenserów.**

**Pytanie nr 36**

**Dotyczy Pakiet nr 10, poz.1-50**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy wymóg jednego producenta obejmuje wszystkie krążki z pakietu 10 czy tylko krążki antybiotykowe?

**Odpowiedź: Wymóg jednego producenta dotyczy wszystkich krążków antybiotykowych. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ po modyfikacji 3.**

**Pytanie nr 37**

**Dotyczy Pakiet nr 10, poz.1-50**

Ze względu na szeroki zakres asortymentu, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość odstąpienia od wymogu jednego producenta dla max 4 pozycji krążków antybiotykových.

**Odpowiedź:** Wymóg jednego producenta dotyczy wszystkich krążków antybiotykových. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ po modyfikacji 3.

**Pytanie nr 38**

**Dotyczy Pakiet nr 10, poz.51-52**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania szczepów wzorcowych w formie krążków konfekcjonowanych w opakowaniu po 10 sztuk, szczepy pochodzące z pierwszego pasażu.

**Odpowiedź:** Tak. Zgodnie z SIWZ i załącznikami nr 2 i 3, po modyfikacji 3: „Zamawiający wymaga opakowania po 2 wymazówki lub opakowania po 10 liofilizowanych krążków.”

**Pytanie nr 39**

**Dotyczy Pakiet nr 8, poz.11**

Czy Zamawiający w pozycji nr 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża, które nie jest przeznaczone tylko do diagnostyki in Vitro w związku z tym nie istnieje obowiązek jego rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowane podłoże. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych produktów niż opisane w SIWZ zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie B – „Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano zmiany zgodnie z odpowiedziami zamawiającego.”

**Pytanie nr 40**

**Dotyczy Pakiet nr 8, poz.14**

Czy Zamawiający w pozycji nr 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu zawierającego 80 szt. fiolek? Producent zmienił konfekcjonowanie produktu z 64 szt. na 80 szt. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie szacowanej ilości takich opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu zawierającego więcej niż 64 fiołki w statywie, z przeliczeniem na odpowiednią ilość z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań (zgodnie z załącznikiem nr 2 po modyfikacji 3, pakiet 8 poz.14: Probówki do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach, z roztworem krio-konserwantu w fiołce zawierającej 20-25 koralików wraz ze statywem do przechowywania fiołek w stanie zamrożenia- ilość op.3)

**Pytanie nr 41**

**Dotyczy Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby Wykonawca był autoryzowanym dystrybutorem oferowanej aparatury? Wykonawca zapewni serwis producenta zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu, jeśli wykonawca zapewni serwis zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ po modyfikacji 3, pkt 14: „ Wykonawca w zakresie oferowanej aparatury dla pakietów: 8-13 (tj. pakiet nr 8 poz.18-21; pakiet nr 9 poz.12; pakiet nr 10 poz.53; pakiet nr 11 poz.68-71; pakiet nr 13 poz.6-7) zapewni autoryzowany serwis producenta do świadczenia usług serwisowych, w tym do dostawy i instalacji oryginalnych części zamiennych na terenie Polski.\*”

**Pytanie nr 42**

**Dotyczy Pakiet nr 8, poz.18**

Czy Zamawiający w pozycji nr 18 wyrazi zgodę na densytometr ((wraz z zestawem zawieszin (standardy: 0,0;0,5;1,0;2,0;3,0 i 4,0) do kalibracji urządzenia)) zgodny z poniższą specyfikacją?

Źródło światła dioda LED

Długość fali [nm]  $\lambda=565 \pm 15$

Zakres pomiarowy [McF] 0,3-15,0

Dokładność pomiaru [%]  $\pm 3$

Czas pomiaru [sek.] 1

Średnica otworu pomiarowego [mm] 16 (z adapterem)

Odchylenie standardowe przy pomiarze 0,5 McF -  $0,5 \pm 0,1$

3,0 McF -  $3,0 \pm 0,1$

6,0 McF -  $6,0 \pm 0,2$

$\geq 7,5$  McF -  $7,5 \pm 0,2$

Objętość mierzonej próbki nie mniejsza niż 2 mL

Forma prezentacji wyniku LED

Rozdzielczość wyświetlacza [McF] 0,1



Wymiary (W x D x H) [mm] 165 x 115 x 75

Waga [kg] 0,7

Zasilanie [V / mA / W] 12 / 80 / 1

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie densytometru spełniającego wymogi SIWZ.

**Pytanie nr 43**

**Dotyczy Pakiet nr 8, poz.21**

Czy Zamawiający w pozycji nr 21 wyrazi zgodę na zaoferowanie cieplarki z regulacją temperatury: od +5°C powyżej temperatury pokojowej do 100°C?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowaną cieplarkę. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych produktów niż opisane w SIWZ zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie B – „Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano zmiany zgodnie z odpowiedziami zamawiającego.”

**Pytanie nr 44**

**Dotyczy SIWZ, pkt III.12**

(SIWZ, cz. III, ust. 12) Czy Zamawiający nie popełnił omyłki podając termin dostawy i instalacji aparatów i urządzeń tj. 2 tygodnie? W pozostałych dokumentach (Formularz ofertowy i umowa) termin wynosi 4 tygodnie.

**Odpowiedź:** Termin dostawy i instalacji aparatów i urządzeń laboratoryjnych wraz z wyposażeniem maksymalnie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

**Pytanie nr 45**

**Dotyczy Pakiet nr 8, formularz ofertowy pkt 15-19**

Czy Zamawiający wymaga wypełnienia pkt. 15-19 formularza ofertowego dla dzierżawionej aparatury w zakresie pakietu nr 8? Jeśli tak, czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbicie tych pkt. odpowiednio dla każdego sprzętu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wypełnienia pkt. 15-19 formularza ofertowego. Zamawiający dopuszcza rozbicie na każdy sprzęt oddzielnie tylko w przypadku pkt 17 i 19.

**Pytanie nr 46**

**Dotyczy Pakiet nr 4, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści pudełka tekturowe na 1000 preparatów zamykane od góry o wymiarach 310 x 160 x 85 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści pudełek tekturowych na 1000 preparatów zamykanych od góry o wymiarach 310 x 160 x 85 mm

**Pytanie nr 47**

**Dotyczy Pakiet nr 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować sposób pakowania ez? Czy ezy mają być pakowane pojedynczo? Czy mogą być pakowane po 10 lub 20 sztuk w opakowaniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na pakowanie ez po 10/20 sztuk z przeliczeniem na odpowiednią ilość z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. W przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie E - „Jednostka miary ” i kolumnie F - „Ilość ” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zapisami SIWZ.”

**Pytanie nr 48**

**Dotyczy Pakiet nr 12, pozycja 3**

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować typ podłoża transportowego? Zamawiający oczekuje podłoża Amies czy Stuart?

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w opisie kolumny mając na myśli „ilość sztuk” zamiast „ilość opakowań”?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na oba wymienione podłoża, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ (Zał. Nr 3 po modyfikacji 3). Zamawiający zaznaczył w rubryce „jed. miary” czy przy danym produkcie chodzi o ilość sztuk czy opakowań.

**Pytanie nr 49**

**Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do 3-4 miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostką miary jest sztuka? Uzasadnieniem jest fakt, że ceny jednostkowe materiałów zużywalnych tj. ez są bardzo niskie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 50**

**Dotyczy Pakiet nr 11-SIWZ formularz ofertowy pkt 10.**

Formularz ofertowy, zadanie nr 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z następującymi terminami ważności:

- minimum 7 m-cy od daty dostarczenia zamawiającemu dla pakietu 11 (poz. 7-32 oraz 37-62)
- minimum 4 m-ce od daty dostarczenia zamawiającemu dla pakietu 11 (poz. 33-36)
- minimum 1 m-c od daty dostarczenia zamawiającemu dla pakietu 11 (poz. 1 i 3)

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 51**

**Dotyczy Pakiet nr 11 poz. 1-5 i 63-67.**

Wymagania do Pakietu 11, poz. 1-5 i 63-67 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia kart charakterystyki wraz z pierwszą dostawą odczynników i samodzielne pobranie dokumentów przez Zamawiającego z Biblioteki Technicznej wykonawcy, jednocześnie Wykonawca przedstawi w ofercie adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 52**

**Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 14 .**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia ulotki informacyjnej wraz z pierwszą dostawą odczynników i przy każdorazowych zmianach produktu oraz samodzielne pobranie dokumentów przez Zamawiającego z Biblioteki Technicznej wykonawcy, jednocześnie Wykonawca przedstawi w ofercie adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 53**

**Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 2 tiret 1.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
„za opóźnienie w realizacji dostawy aparatu wraz z wyposażeniem w wysokości 1% wartości netto dzierżawy aparatów wraz z urządzeniami i wyposażeniem za każdy dzień zwłoki,( dotyczy pakietów z dzierżawą )”?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 54**

**Dotyczy Pakietu nr 11-Formularz Cenowy.**

Czy Zamawiający w kolumnie „Ilość opak.” w formularzu cenowym podał zapotrzebowanie w opakowaniach czy w sztukach? Zamawiający jako jednostkę miary podał „sztukę”. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości.

**Odpowiedź: Zamawiający zaznaczył w rubryce „jed. miary” czy przy danym produkcie chodzi o ilość sztuk czy opakowań.**

**Pytanie nr 55**

**Dotyczy Pakietu nr 11.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz. 11, 13, 14, 20, 38, 39 i 57?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 56**

**Dotyczy Pakietu nr 11.**

Czy zamawiający wydzieli z pakietu poz. 68 inkubator CO2, 69 cieplarkę oraz poz. 71 zamrażarkę niskotemperaturową?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 57**

**Dotyczy Pakietu nr 11.**

Czy Zamawiający wymaga aby paski MIC wykonane były z trwałego niehigroskopijnego plastiku, co uniemożliwi zniszczenie lub deformację pasków podczas pracy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 3 po modyfikacji 3: „Zamawiający wymaga pasków gradientowych wykonanych z materiału plastikowego lub bibułowego (...).”**



**Pytanie nr 58**

**Dotyczy Pakietu nr 11.**

Czy Zamawiający wymaga aby paski zawierały 30 wartości na skali co dwukrotnie zwiększy dokładność oznaczeń?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych produktów niż opisane w SIWZ zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie B – „Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano zmiany zgodnie z odpowiedziami zamawiającego.”

**Pytanie nr 59**

**Dotyczy Pakietu nr 13.**

Czy Zamawiający dopuści konfekcjonowanie butelek po 100 szt.?

**Odpowiedź:** TAK. Zamawiający dopuści konfekcjonowanie butelek po 100 szt., pakiet 13 poz.1 i 2 z przeliczeniem na odpowiednią, oczekiwaną ilość z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. W przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie E - „Jednostka miary” i kolumnie F - „Ilość” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zapisami SIWZ.”

**Pytanie nr 60**

**Dotyczy Pakietu nr 13.**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz. nr 4 butelki do hodowli prątków?

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 61**

**Dotyczy Pakietu nr 13.**

Pozycja nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie butelek bez mieszadła?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 3 po modyfikacji 3: „Zamawiający wymaga systemu mieszania butelki tlenowej w aparacie z funkcją wytrząsania lub na zasadzie mieszadła magnetycznego w butelce.”

**Pytanie nr 62**

**Dotyczy Pakietu nr 13.**

Czy Zamawiający w związku z tym, że przedmiot postępowania przetargowego określił jako dzierżawa automatycznego systemu do wykrywania drobnoustrojów w hodowli krwi i płynach ustrojowych wymaga konieczności potwierdzenia „możliwości zastosowania podłoży do płynów ustrojowych innych niż krew” bezpośrednio w instrukcji producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie możliwości zastosowania podłoży do płynów ustrojowych innych niż krew było zawarte w instrukcji lub ulotce producenta.

**Pytanie nr 63**

**Dotyczy Pakietu nr 13.**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zhemolizowaną krew końską zamiast na odwłóknioną krew końską?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zhemolizowaną krew końską. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych produktów niż opisane w SIWZ zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie B – „Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano zmiany zgodnie z odpowiedziami zamawiającego.”

**Pytanie nr 64**

**Dotyczy Pakietu nr 13.**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora oraz odczynników wyłącznie od jednego producenta stanowiący jednolity system analityczny z oferowanym analizatorem?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 3 po modyfikacji 3: „Zamawiający wymaga analizatora i odczynników wyłącznie od jednego producenta stanowiących jednolity system analityczny.”

**Pytanie nr 65**

**Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 5- Załącznik nr 3 do SIWZ .**

Czy Zamawiający dopuści minimalną objętość materiału pobranego do butelek 0,5 ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 3 po modyfikacji 3: „Zamawiający wymaga minimalnej objętość pobranego materiału do butelek: 0,5 ml.”

**Pytanie nr 66**

**Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 5- Załącznik nr 3 do SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie butelek z możliwością opóźnionego wkładania do aparatu, do 24 godzin?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 3 po modyfikacji 3: „Zamawiający wymaga możliwości opóźnionego wkładania butelek do aparatu bez uszczerbku na wykrywalności (przynajmniej do 24 godzin).”

**Pytanie nr 67**

**Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 5- Załącznik nr 3 do SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści inne metody detekcji oraz neutralizacji antybiotyków niż te zawarte w SIWZ? Sugerowanie tylko jednego rozwiązania w sposób drastyczny ogranicza konkurencyjność i uniemożliwia żadnej innej firmie złożenie oferty przetargowej.

**Odpowiedź:** Nie. Zgodnie z SIWZ, nie wskazano konkretnej metody detekcji czy neutralizacji.

**Pytanie nr 68**

**Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 5- Załącznik nr 3 do SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na butelki plastikowe, bezpieczne i nietłukące? Nie ulegają one w żaden sposób pęknięciu w czasie kontaktu z materiałem podczas jego pobierania, ani podczas transportu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 3 po modyfikacji 3: „Zamawiający wymaga butelek szklanych lub plastikowych, nie ulegających pęknięciu w czasie kontaktu z materiałem, podczas jego pobierania i podczas transportu.”

**Pytanie nr 69**

**Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 5- Załącznik nr 3 do SIWZ.**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu mieszania butelki tlenowej na zasadzie mieszadła magnetycznego w butelce?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 3 po modyfikacji 3: „Zamawiający wymaga systemu mieszania butelki tlenowej w aparacie z funkcją wytrząsania lub na zasadzie mieszadła magnetycznego w butelce.”

**Pytanie nr 70**

**Dotyczy Pakietu nr 13- Załącznik nr 3 do SIWZ.**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez sformułowanie: „ 1/26 kwoty dzierżawy netto”.

Czy zamawiający rozumie podane sformułowanie jako wartość dzierżawy netto za cały okres trwania umowy tj. sumy dzierżaw ze wszystkich miesięcy umowy, czy może jako wartość dzierżawy netto za jeden miesiąc trwania umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający użył sformułowania: "(...) miesięczna kwota dzierżawy netto.”

**Pytanie nr 71**

**Dotyczy Pakietu nr 1- Wzór umowy § 2.ust.1.**

Dotyczy wzór umowy, § 2.ust1. jest: „Termin realizacji od ..... 2017 r. do 31.03.2021 r”

prosimy na poprawę oczywistej omyłki na: „ od ..... 2018 ..”

**Odpowiedź:** Zamawiający poprawił na: „Termin realizacji od ..... 2018 r. do 31.03.2021 r”

**Pytanie nr 72**

**Dotyczy Pakietu nr 1- Załącznik nr 2.**

Prosimy o wyrażenie zgody na zabezpieczenie maksymalnie dwóch serii materiału kontrolnego przez okres 12 miesięcy W celu zaoferowania prawidłowej liczby opakowań materiału kontrolnego prosimy o podanie harmonogramu przeprowadzania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie maksymalnie dwóch serii materiału kontrolnego przez okres 12 miesięcy. Harmonogram przeprowadzania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej jest podany w Załączniku Nr 2 tiret 1 (codziennie na dwóch poziomach).

**Pytanie nr 73**

**Dotyczy Wzoru umowy § 1.ust.2.**

Par. 1 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 74**

**Dotyczy Wzoru umowy § 4.ust.1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby towar był dostarczany do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszej umowie?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.



**Pytanie nr 75**

**Dotyczy Wzoru umowy § 5.ust.8.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 76**

**Dotyczy Wzoru umowy § 6.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 77**

**Dotyczy Wzoru umowy § 6.ust.1, § 6.ust.2 tiret 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.**

**Pytanie nr 78**

**Dotyczy Wzoru umowy § 6.ust.2 tiret 7.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 79**

**Dotyczy SIWZ.**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przesyłania faktur mailem bądź pocztą w dniu dostawy towaru?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza formy mailowej. Można wysłać pocztą.**

**Pytanie nr 80**

**Dotyczy Pakiet 9 i 13- SIWZ.**

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie reakcji serwisu (diagnoza awarii i rozpoczęcie naprawy do chwili zgłoszenia usterki) w terminie 5 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 3 po modyfikacji 3.: „ W ramach okresu gwarancyjnego dotyczącego dostarczonego przedmiotu zamówienia czas reakcji serwisu (max. zgodnie z zał. nr 3) ..... godz. w dni robocze – diagnoza awarii i rozpoczęcie naprawy od chwili zgłoszenia usterki.”**

**Pytanie nr 81**

**Dotyczy Pakiet 9 i 13- SIWZ.**

Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw w terminie 10 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 3 po modyfikacji 3.: „ Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw (max. zgodnie z zał. nr 3) ..... dni roboczych..”**

**Pytanie nr 82**

**Dotyczy formularz ofertowy pkt.31 i załącznik nr 7 pkt 1- SIWZ.**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści oświadczenia nr 1 (w obydwu dokumentach) na poniższe „Posiadają stosowne świadectwa rejestracji i/lub inne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015, poz. 876 j.t.) – deklarację zgodności i/lub certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EW/G w zależności od klasy wyrobu medycznego.

Uzasadnienie: certyfikat CE wydawany jest jedynie dla niektórych klas wyrobu medycznego dlatego nie wszystkie produkty posiadają obywa dokumenty.

**Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapisy na następujące:**

1. wszystkie oferowane przez nas produkty: ( pakiet nr..../ pozycja nr .... ) posiadają stosowne świadectwa rejestracji i/lub inne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015, poz. 876 j.t.) i deklarację zgodności oraz certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EW/G oraz, że ponosimy pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe u Zamawiającego w związku z zastosowaniem dostarczonych przez nas produktów nie spełniających przedmiotowych wymogów.\*\*
2. wszystkie oferowane przez nas produkty: ( pakiet nr..../ pozycja nr .... ) posiadają stosowne świadectwa rejestracji i/lub inne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z



obowiązującym prawem, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015, poz. 876 j.t.) i deklarację zgodności wraz z CE oraz, że ponosimy pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe u Zamawiającego w związku z zastosowaniem dostarczonych przez nas produktów nie spełniających przedmiotowych wymogów.\*\*

3. wszystkie oferowane przez nas produkty: ( pakiet nr.../ pozycja nr .... ) posiadają stosowne świadectwa rejestracji lub/i inne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem oraz posiadają deklarację zgodności lub/i CE lub/i deklarację zgodności wraz z certyfikatem CE wydanym przez jednostkę notyfikowaną, lub/i dokument informujący o numerze seryjnym nadanym przez Wytwórcę oraz, że ponosimy pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe u Zamawiającego w związku z zastosowaniem dostarczonych przez nas produktów nie spełniających przedmiotowych wymogów.\*\*

#### Pytanie nr 83

##### Dotyczy załącznik nr 7 pkt 5- SIWZ.

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie przesyłania ulotek za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uzasadnienie: każdorazowo do dostawy dołączany jest dokument WZ który umożliwia identyfikację przesłanych produktów

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ po modyfikacji 3( załącznik nr 7 pkt 6 )

#### Pytanie nr 84

##### Dotyczy załącznik nr 7 pkt 7- SIWZ.

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności odbioru odpadów na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla następujący zapis w zał. Nr 7 do SIWZ: „Oświadczamy, że jako Wykonawca będziemy odbierać opakowania po środkach niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. Ust. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.). – jeżeli dotyczy.”

#### Pytanie nr 85

##### Dotyczy: pakiet nr 9 poz. 12, pakiet nr 13 poz. 6 i 7, załącznik nr 7 pkt 11 i 12- SIWZ oraz §3 ust. 2 wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od autoryzacji sprzedaży i usług serwisowych oferowanych urządzeń nie będących głównym aparatem laboratoryjnym.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 7 i 9 po modyfikacji 3.

#### Pytanie nr 86

##### Dotyczy: §4 ust. 13 wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie certyfikatów kontroli jakości w języku angielskim zamiast ulotki informacyjnej. Informacje, które Zamawiający wymienił w w/w punkcie znajdują się na certyfikacie kontroli jakości który wystawiany jest dla każdej nowej serii produktu. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przesyłanie certyfikatów w zamian za możliwość ściągania ich ze strony www.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza certyfikat kontroli jakości w języku angielskim zamiast ulotki informacyjnej dla Pakietów nr 9 i 13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć certyfikaty na każde żądanie Zamawiającego w formie elektronicznej i papierowej.

#### Pytanie nr 87

##### Dotyczy: Pakiet nr 9 poz. 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek z filtrem pakowanych po 1632 w opakowaniu oraz przeliczenie wyspecyfikowanej ilości? Końcówki z filtrem zabezpieczają pipetę przed przypadkowym skontaminowaniem.

**Odpowiedź:** Tak z przeliczeniem na odpowiednią ilość z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. W przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie E - „Jednostka miary ” i kolumnie F - „Ilość ” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zapisami SIWZ.

#### Pytanie nr 88

##### Dotyczy: Pakiet nr 9.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o pozycję indykatora AST i AST-S niezbędnego do przeprowadzenia wyspecyfikowanych oznaczeń?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 2 i 3 po modyfikacji 3.



**Pytanie nr 89**

**Dotyczy: Pakiet nr 13.**

Czy zamawiający dopuszcza dwa oddzielne aparaty o pojemności 200 i 40 miejsc pomiarowych, co daje razem 240 miejsc pomiarowych, zgodnie z zapisami SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza dwa oddzielne aparaty o pojemności 200 i 40 miejsc pomiarowych dające razem 240 miejsc pomiarowych.**

**Pytanie nr 90**

**Dotyczy: Pakiet nr 13 poz.1-2.**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża z neutralizatorami antybiotyków?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga neutralizacji antybiotyków.**

**Pytanie nr 91**

**Dotyczy: Pakiet nr 13 poz.1-2.**

Jeżeli Zamawiający wymaga powyższego, czy wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 oprócz podłoża beztlenowego z neutralizatorem antybiotyków podłoża litycznego, które w swoim składzie nie zawiera neutralizatora antybiotyków lecz saponinę?

Saponina optymalizuje wykrywanie ścisłych beztlenowców i fakultatywnych beztlenowców poprzez prowadzenie do lizy fagocytów. Sfagocytowane drobnoustroje są uwalniane do podłoża hodowlanego, co pozwala uzyskać większy odzysk. Obniżona aktywność metaboliczna komórek krwi poddanych lizie zwiększa swoistość detekcji poprzez zmniejszenie liczby wyników fałszywie dodatnich. Podłoże lityczne zawiera większą objętość bulionu, co zapewnia większe rozcieńczenie potencjalnie dostępnych środków przeciwdrobnoustrojowych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane podłoża. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych produktów niż opisane w SIWZ zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie B – „Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano zmiany zgodnie z odpowiedziami zamawiającego.”**

**Pytanie nr 92**

**Dotyczy: Pakiet nr 13 poz. 1,2,4, załącznik nr 3 do SIWZ.**

Dotyczy wymagań dla pakietu 13 (zał. Nr 3) „butelek nietłukliwych (szklanych, jednolity odlew szkła), nie ulegających pęknięciu w czasie kontaktu z materiałem, podczas jego pobierania i podczas transportu”

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża w butelkach plastikowych – pozycje 1,2,4?

Kluczową zaletą butelek wykonanych z plastiku jest zwiększone bezpieczeństwo względem potencjalnych uszkodzeń podczas transportowania w systemach pneumatycznych. Butelki wykonane z plastiku mogą być transportowane za pomocą systemów pneumatycznych w szpitalach bez potrzeby stosowania specjalnych pojemników lub uchwytów ochronnych. Podłoża plastikowe są również tańsze w utylizacji

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 3, po modyfikacji 3: „Zamawiający wymaga butelek szklanych lub plastikowych, nie ulegających pęknięciu w czasie kontaktu z materiałem, podczas jego pobierania i podczas transportu.”**

**Pytanie nr 93**

**Dotyczy: Pakiet nr 13 poz. 1,2,4, załącznik nr 3 do SIWZ.**

Dotyczy wymagań dla pakietu 13 (zał. Nr 3) „systemu mieszania butelki tlenowej w aparacie na zasadzie mieszadła magnetycznego w butelce”

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania butelki z mieszadłem w przypadku zaoferowania analizatora z funkcją wytrząsania?

Butelki z mieszadłem występują w ofercie jednego oferenta na rynku – firmy VersaTreck. Pozostałe systemy do monitorowania krwi i płynów ustrojowych posiadają funkcję wytrząsania, stąd dodatkowe mieszadło w butelce jest zbędne.

Funkcję wytrząsania można wyłączyć w każdym z modułów inkubacyjno pomiarowych w przypadku posiewania materiału w kierunku prątką gruźlicy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 3, po modyfikacji 3: „Zamawiający wymaga systemu mieszania butelki tlenowej w aparacie z funkcją wytrząsania lub na zasadzie mieszadła magnetycznego w butelce.”**

**Pytanie nr 94**

**Dotyczy: Pakiet nr 13 poz. 3.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innego suplementu niż krew końska według zaleceń Producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza suplement zgodnie z zaleceniami Producenta analizatora opisanymi w instrukcji lub ulotce Producenta.**

**Pytanie nr 95**

**Dotyczy: Pakiet nr 13 poz. 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na konfekcjonowanie podłoży po 50 szt. w opakowaniu i odpowiednie przeliczenie wyspecyfikowanego asortymentu?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 96**

**Dotyczy: Pakiet nr 13.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoży pediatricznych – do małych objętości krwi oraz płynów ustrojowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dodatkowo podłoży pediatricznych do innych wymaganych w SIWZ, aby funkcjonowały łącznie.**

**Pytanie nr 97**

**Dotyczy: Pakiet nr 13.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu ISO 9001 w zamian za ISO 13485?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 3, po modyfikacji 3: „Zamawiający wymaga: (...) certyfikatu systemu kontroli jakości ISO 9001 oraz i/lub ISO 13485 dla wyrobów medycznych (na wezwanie zamawiającego).”**

**Pytanie nr 98**

**Dotyczy: Pakiet nr 13 poz.5.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymogu: minimalnej objętość pobranego materiału do butelek: 0,1 ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 3, po modyfikacji 3: „Zamawiający wymaga minimalnej objętość pobranego materiału do butelek: 0,5 ml.”**

**Pytanie nr 99**

**Dotyczy: załącznik nr 3, Pakiet nr 13 poz.5, tiret 12.**

dotyczy parametru „od aparatu wykrywania wzrostu drobnoustrojów za pomocą detekcji: produkcja/zużycie CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym system detekcji oparty jest na zmianie zabarwienia barwnika fluorescencyjnego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z system detekcji opartym na zmianie zabarwienia barwnika fluorescencyjnego.**

**Pytanie nr 100**

**Dotyczy: załącznik nr 3, Pakiet nr 13 poz.5, tiret 13.**

dotyczy parametru „neutralizacji antybiotyków i białych krwinek poprzez system rozcieńczeń pozwalający na zastosowanie dwóch typów butelek tlenowej i beztlenowej.”

Czy Zamawiający dopuści sposób neutralizacji poprzez zastosowanie inhibitorów antybiotyków w postaci żywic?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie neutralizacji przez zastosowanie inhibitorów antybiotyków w postaci żywic. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych produktów niż opisane w SIWZ zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie B – „Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano zmiany zgodnie z odpowiedziami zamawiającego.”**

**Pytanie nr 101**

**Dotyczy: wzór umowy par 3 ust.7.**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od przeglądów oferowanych aparatów w sytuacji gdy producent nie przewidział takiej czynności konserwującej celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aparatu.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od przeglądów tylko w przypadku gdy instrukcja użytkowania urządzenia tego nie przewiduje.**

**Pytanie nr 102**

**Dotyczy: SIWZ, Rozdział III pkt.12.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

“Termin realizacji zamówienia pilnego – w ciągu max. 48 godzin. (dni robocze pn-pt)-dla pakietu nr 1-5, 7-13”

na:

“Termin realizacji zamówienia pilnego – w ciągu max. 72 godzin. (dni robocze pn-pt)-dla pakietu nr 1-5, 7-13”

**Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody na zmianę zapisu.**



W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych produktów niż opisane w SIWZ zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie B – „Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano zmiany zgodnie z odpowiedziami zamawiającego.”

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie E - „Jednostka miary” i kolumnie F - „Ilość” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zapisami SIWZ.”

Niniejszym zawiadamiamy, że działając w oparciu o art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w dniu 29.11.2018 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze, sprostowanie.

Jednocześnie informujemy, że **termin składania ofert** ustalony na dzień **13.12.2018 r. do godz. 11:00** ulega przesunięciu na dzień **17.12.2018 r. do godz. 11:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. o godzinie 13:00.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu – stosownie do regulacji zawartej w art. 12a ust. 3 PZP została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zamieścił również na stronie internetowej [www.csk.umed.pl](http://www.csk.umed.pl) modyfikację 3 SIWZ oraz Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ modyfikacja 3, Zestawienie Parametrów technicznych i wymogów granicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ) modyfikacja 3.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



mgr Tomasz Miazek