

Pytania i odpowiedzi

dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego: nr sprawy ZP/83/2018 Kardiomonitor

Pkt 1 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy (wieloparametrowy i jednoparametrowe, niezależne, moduły wymienne – przenoszone przez użytkownika)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pkt 3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z kolorowym ekranem LCD TFT o przekątnej 17 cali i rozdzielczości 1280x1024 pikseli oraz moduły umieszczone w jednej obudowie, wyposażonej w ergonomiczną rączkę ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pkt 4 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z możliwością wyłącznie zmiany jasności ekranu przez użytkownika ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pkt 7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 120 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min, 30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund oraz pamięć ostatnich 500 zdarzeń alarmowych oraz ciągły zapis wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu 24 godzin? Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pkt 18 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z możliwością rozbudowy o moduł rejestratora termicznego drukujący 3 fale? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pkt 21 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z możliwością wyboru 1 z 4 prędkości fal EKG (6,25; 12,5; 25 i 50 mm/s) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pkt 22 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z obserwacjom odprowadzeń EKG. Możliwość jednoczesnej obserwacji odprowadzeń I, II, III, przy użyciu kabla 3-żyłowego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pkt 31 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z alarmem bezdechu w zakresie 10-60 s ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pkt 38 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy ze stałym wskaźnikiem świecenia diody w czujniku SPO2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów.