

Dot.: postępowania przetargowego : nr sprawy ZP/83/2018

Część nr 3. Defibrylatory

Pyt.1 (Dot. Pkt. 8 „Wymagania ogólne”) Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości defibrylator AED z klasą wodoodporności IPX4, odpowiadającą warunkom szpitalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 4. Kardiomonitory

Pyt.1 (Dot. Pkt. 8 „Wymagania ogólne”) Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości kardiomonitor, który przeszedł pozytywnie test na oblewanie urządzenia wodą przez 30 sekund zgodny z normą EN60601-1 oraz EN60601-2-49, co jest wystarczające dla urządzeń pracujących w środowisku szpitalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 8. Kardiomonitor Transportowy

Pyt.1 (Dot. Pkt. 8 „ Wymagania ogólne”) Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości kardiomonitor transportowy, który przeszedł pozytywnie test na oblewanie urządzenia wodą przez 30 sekund zgodny z normą EN60601-1 oraz EN60601-2-49, co jest wystarczające dla urządzeń pracujących w środowisku szpitalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.