

Dotyczy: **Dostawa sprzętu medycznego (nr sprawy ZP/83/2018)**

Pytanie 1:

Dotyczy pakietu 1:

Czy Zamawiający dopuści stymulator TMS z minimalnym interwałem 10 ms? Przy częstotliwości 100 Hz minimalny interwał pomiędzy impulsami przyjmuje właśnie wartość 10 ms.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści stymulator TMS z klasą wodoodporności IP20. Aparat tego typu jest aparatem medycznym przeznaczonym do użytku w pomieszczeniach.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza .*