



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**  
**UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 25 I  
REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

☎ 42 675 75 00  
☎ 42 678 93 68

✉ poczta@csk.umed.pl  
🌐 http://www.csk.umed.pl/

Łódź, dn. 20.11.2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Pracowni Immunologii Transplantacyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” - Sprawa nr ZP /82/2018

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy Pakietu nr 2**

W związku z tym, iż Zamawiający wraz z dostawą urządzenia wymaga również dostarczenia oprogramowania prosimy o wyrażenie zgody, że może być ono oferowane w formie licencji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie oprogramowania w formie licencji.**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że urządzenie nie będzie wykorzystywane do wykonywania nieinwazyjnego testu prenatalnego (NIPT) bez odrębnej zgody Producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy: SIWZ Rozdział III pkt 11, Załącznik nr 7 (Wzór umowy) §1 ust. 5, Załącznik nr 7 (Wzór umowy) §2 ust. 9**

W przypadku oferowanych przez nas urządzeń Producent nie przewidział paszportu technicznego i nie może on zostać dostarczony wraz z urządzeniem. Jeżeli Zamawiający dysponuje własnym wzorem paszportu może on zostać uzupełniony przez pracownika serwisu przy instalacji oraz innych czynnościach serwisowych. Czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy: SIWZ Rozdział III pkt 13**

Prosimy o usunięcie zapisu pkt 13 z Rozdziału III SIWZ dotyczącego konieczności udostępniania kodów/kluczy serwisowych po okresie gwarancji. Wymagania postawione w SIWZ nie są wymaganiami standardowymi dla urządzeń będących przedmiotem dostawy. Jesteśmy przedstawicielem wiodącego na rynku Producenta sekwenatorów NGS i wymóg postawiony przez Zamawiającego uniemożliwia nam złożenie oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez usunięcie powyższego zapisu.**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy: SIWZ Rozdział VIII. 3 pkt d ppkt 1 oraz ppkt 2, Załącznik nr 1 (Formularz ofertowo-cenowy) pkt 24, Załącznik nr 6, Załącznik nr 7 (Wzór umowy) §1 ust. 3 oraz ust. 4**

Z opisu przedmiotu zamówienia można wnioskować, że urządzenie będące przedmiotem dostawy w pakiecie 2 ma charakter naukowo-badawczy, jednocześnie w SIWZ Rozdział VIII.3 pkt d ppkt 1 i ppkt 2, w pkt 24 formularza ofertowo-cenowego, w

Załączniku 6 oraz w we wzorze umowy §1 ust. 3 i 4 urządzenie będące przedmiotem zamówienia określone jest jako medyczne. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie jaki charakter mają mieć urządzenia.

W przypadku, w którym przedmiotem dostawy ma być urządzenie o charakterze naukowo-badawczym prosimy dla pakietu 2 o usunięcie określenia „medyczne” w odniesieniu do oferowanego urządzenia oraz o:

- usunięcie pkt d ppkt 1 z Rozdziału VIII.3 SIWZ
- modyfikację zapisu pkt d ppkt 2 w Rozdziale VIII.3 SIWZ na: „Dokument potwierdzający opis parametrów technicznych wyrobu (...)”
- usunięcie pkt 24 z formularza ofertowo-cenowego
- usunięcie Załącznika nr 6
- modyfikację zapisu §1 ust. 3 w projekcie umowy na: „Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, nieużywany, fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018).”
- usunięcie zapisu §1 ust. 4 z projektu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował odpowiednie zapisy w SIWZ. Modyfikacja SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego: [www.csk.umed.pl](http://www.csk.umed.pl).**

#### **Pytanie nr 6**

**Dotyczy: SIWZ Rozdział VIII.3 pkt ppkt 2, Załącznik nr 7 (Wzór umowy) §1 ust. 2**

Czy Zamawiający w miejsce wymaganych dokumentów dopuści karty katalogowe lub prospekty informacyjne Wykonawcy w języku polskim przygotowane w oparciu o oryginalne dokumenty Producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza karty katalogowe lub prospekty informacyjne Wykonawcy w języku polskim przygotowane w oparciu o oryginalne dokumenty Producenta.**

#### **Pytanie nr 7**

**Dotyczy: Załącznik nr 1 (Formularz ofertowo-cenowy) pkt 3, Załącznik nr 7 (Wzór umowy) §2 ust. 4**

Czy poprzez czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie przystąpienie do procedury zdalnej diagnozy, o ile producent urządzenia przewidział taką możliwość? Pragniemy zaznaczyć, że w przypadku wielu awarii po wykonaniu zdalnej diagnozy konieczne jest zamówienie odpowiednich części przed odbyciem właściwej wizyty serwisowej w laboratorium.

W takim przypadku prosimy o:

- modyfikację zapisu pkt 3 w formularzu ofertowo-cenowym na: „(...) Czas reakcji serwisu z uwzględnieniem zdalnej diagnozy / diagnoza awarii i rozpoczęcie naprawy od chwili zgłoszenia ..... dzień/dni (min. 1 dzień – max. 5 dni robocze).”
- modyfikację zapisu §2 ust. 4 w projekcie umowy na: „Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy (z uwzględnieniem zdalnej diagnozy) od chwili zgłoszenia awarii faksem lub telefonicznie ..... dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

**Odpowiedź: Zamawiający poprzez czas reakcji serwisu rozumie również przystąpienie do procedury zdalnej diagnozy, o ile producent urządzenia przewidział taką możliwość. Zamawiający uszczegółowił odpowiednie zapisy w SIWZ. Modyfikacja SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego: [www.csk.umed.pl](http://www.csk.umed.pl).**

#### **Pytanie nr 8**

**Dotyczy: Załącznik nr 1 (Formularz ofertowo-cenowy) pkt 11, Załącznik nr 7 (Wzór umowy) §2 ust. 7 oraz ust. 10**

Prosimy o usunięcie wymogu dostarczenia aparatu zastępczego. Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku tak zaawansowanych urządzeń oferowanie urządzenia zastępczego nie jest ogólnie przyjętą praktyką i stanowi bardzo wysoki dodatkowy koszt dla Wykonawcy. Dodatkowo, z uwagi na czasochłonne procedury instalacyjne - konieczność kalibracji urządzenia oraz przeprowadzenia reakcji testowej przed oddaniem go do użytku - dostarczenie urządzenia zastępczego nie jest efektywnym rozwiązaniem.

W takim przypadku prosimy o:

- usunięcie pkt 11 z formularza ofertowo-cenowego
- modyfikację zapisu §2 ust. 7 w projekcie umowy na: „Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, w tym koszty dojazdu serwisu.”
- usunięcie zapisu §2 ust. 10 z projektu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający usuwa ww. zapisy z SIWZ i Wzoru umowy. Modyfikacja SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego: [www.csk.umed.pl](http://www.csk.umed.pl).**



**Pytanie nr 9**

**Dotyczy: Załącznik nr 7 (Wzór umowy) §2 ust. 11**

Uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu na: „W razie trzykrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww. modyfikacji Wzoru umowy. Modyfikacja SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego: [www.csk.umed.pl](http://www.csk.umed.pl).**

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy: Załącznik nr 7 (Wzór umowy) §2 ust. 14**

Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisu §2 ust. 14 z projektu umowy z uwagi na fakt, iż powyższy zapis nie ma zastosowania w tym postępowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający usuwa ww. zapis ze Wzoru umowy. Modyfikacja SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego: [www.csk.umed.pl](http://www.csk.umed.pl).**

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy: Załącznik nr 8 pkt 3**

Dane pracowników Zamawiającego uczestniczących w przygotowaniu i realizacji niniejszego postępowania powinny być traktowane jako dane kontaktowe osoby prawnej i nie powinny podlegać ochronie danych osobowych. W związku z powyższym prosimy o usunięcie pkt 3 z Załącznika nr 8. W przeciwnym wypadku prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu, który zagwarantuje, że Zamawiający wypełni obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem pracowników Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający usuwa pkt 3 Załącznika nr 8 do SIWZ.**


**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmodyfikował SIWZ, uszczegóławiając zapisy dotyczące elektronicznej.**

Niniejszym zawiadamiamy, że działając w oparciu o art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w dniu 20.11.2018 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze, sprostowanie.

Jednocześnie informujemy, że **termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 27.11.2018 r. do godz. 13:00.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2018 r. o godzinie 13:30.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu – stosownie do regulacji zawartej w art. 12a ust. 3 PZP została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zamieścił również na stronie internetowej [www.csk.umed.pl](http://www.csk.umed.pl) modyfikację SIWZ i załączników. **W zakresie oświadczenia JEDZ obowiązuje wersja pierwotna.**

Sekretarz Komisji Przetargowej



mgr inż. Marta Mariańska