

### **Pytania i odpowiedzi**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu medycznego”, nr postępowania: **ZP/90/2018**

#### **Dotyczy wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ**

##### **1. Par 2 ust. 4**

W celu precyzyjnego określenia istotnych postanowień przyszłej umowy, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarantowany czas reakcji serwisu wynosił 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści**

##### **2. Par. 2 ust. 5**

W celu precyzyjnego określenia istotnych postanowień przyszłej umowy, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas naprawy wynosił max. 7 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści**

##### **3. Par. 2 ust. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego ustępu:

*„termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, wydłużającej się naprawy, tj. czas naprawy przekraczający czas na naprawę określony w umowie”?*

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie gwarancja na naprawione urządzenie nie powinna rozpoczynać swojego biegu od nowa, ponadto przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### **4. Par. 4**

W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w naprawie. W związku z tym prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Załącznik nr 1 - EKG 1szt. - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

5. Pkt. 1 i 11 Czy Zamawiający dopuści szczelny klasyczny ekran LCD o przekątnej 7 cali, który nadaje się do dezynfekcji a co z tym idzie pozwala utrzymać reżim higieniczny w szpitalu? Zwracamy uwagę iż ekrany dotykowe LCD nie nadają się do dezynfekcji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów**

6. Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści aparat z prędkościami wydruku 5; 12,5; 25; 50 mm/s? Prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania co pozwoli na zachowanie konkurencyjności postępowania.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów**

7. Pkt.6 Czy Zamawiający dopuści aparat z czasem długości zapisu automatycznego 10 sekund, co jest standardem w wykonywaniu badań EKG i czasem diagnostycznym? Zapis ten wskazuje na jednego polskiego producenta aparatury medycznej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów**

8. Pkt.7 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z drukarką termiczną- papier EKG 210mm (A4), bez wydruku na drukarce laserowej? Wymóg ten promuje jednego polskiego producenta aparatury medycznej

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów**

9. Pkt.12 Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią na 200 badań? Wymóg 1000 badań wskazuje na jednego Polskiego producenta aparatury medycznej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów**

10. Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści aparat bez dźwiękowej sygnalizacji pobudzeni? Zapis ten promuje jednego polskiego producenta aparatury medycznej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów**

11. Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści aparat bez przystosowania do pracy na otwartym sercu? Zamawiający nie specyfikuje aparatów na sale operacyjne, zapis ten wskazuje jednego polskiego producenta aparatury na rynku.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów**

12. Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością komunikacji z systemami szpitalnymi w standardach HL7 oraz DICOM, ale bez opcji EKG-MAIL, która jest nazwą własną opcji dostępnej tylko i wyłącznie w aparatach produkcji firmy ASPEL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów**

13. Pkt. 23 Prosimy o wykreślenie zapisu współpracy z systemami : CLININET, Optimed, Somed, M-medico, CardioTEKA, Zamawiający nie podał żadnych informacji na temat możliwości komunikacyjnych tych systemów, nie podał wersji standardów HL7, wersji DICOM, nie przedstawił dokumentacji dotyczącej standardu i wymogów komunikacji, zakresu komend HL7 (ADT, ORU, ORM itp.), dodatkowo Zamawiający wyszczególnił system CardioTeka, który jest nazwą własną systemu produkcji ASPEL, nikt poza firmą ASPEL nie może zaproponować komunikacji z tym oprogramowaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów**

14. Pkt. 24 Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji standardu HL7 pracującego w szpitalu oraz dokładnego opisu wymaganej integracji zleceń HL7.

Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści aparat z archiwizacją na pamięciach SD? Zamawiający poprzez wymóg archiwizacji EDM wskazuje na jednego polskiego producenta aparatury medycznej

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów**

15. Pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 5kg? Różnica w wadze przy zastosowaniu wózka diagnostycznego nie ma żadnego wpływu na wygodę obsługi i mobilność.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów**

16. III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu, pkt. 6 oraz par. 2 ust. 11 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nast. modyfikację:

„Liczba napraw uprawniających do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (3 naprawy)”  
?

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Uprawnienie do wymiany całego urządzenia niepotrzebnie może podwyższyć koszt zamówienia. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**