

Pytania i odpowiedzi

Dot. postępowania ZP/90/2018 – dostawa sprzętu medycznego

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ekg o klasie ochrony IP: IPX0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ekg o prędkości zapisu:
5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s, regulacja długości zapisu badania automatycznego
(od 6 do 30 sekund), pamięć w urządzeniu na 1000 pacjentów lub 1000 badań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów

3. Pulsoksymetr napalcowy 6 szt.

Czy w Pkt 8 dotyczącym parametru ochrony przed wilgocią dopuścicie Państwo urządzenie o parametrze IPX1 spełniające wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści przy zachowaniu pozostałych parametrów