



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dnia 12 grudnia 2018 r.

ZP/89/2018

WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów i urządzeń medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 R. (Dz.U. Z 2015 poz.2164), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści produkt alternatywny składający się z dwuwarstwowej - trójwymiarowej porowatej matrycy złożonej z kolagenu pochodzenia bydlęcego, Typ I. Warstwa wierzchnia złożona z folii silikonowej wzmocnionej poliestrem.

Produkt dostępny w następujących rozmiarach:

5x5cm

10x15cm

10x30cm

20x30cm

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na produkt alternatywny. Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie Nr 2

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODP: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje formularz

Pytanie Nr 3

Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODP: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje formularz



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 4

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1

Czy zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem, bez ustnika, gdzie dren posiada długość ok. 200 cm, wykonany z medycznego PCV, bez oświadczenia o braku zawartości lateksu, dren o przekroju standardowym wzmocniony wzdluznymi paskami wzmacniającymi?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 5

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1

Czy zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem, gdzie dren posiada długość ok. 200 cm, wykonany z medycznego PCV, bez oświadczenia o braku zawartości lateksu, dren o przekroju standardowym wzmocniony wzdluznymi paskami wzmacniającymi?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 6

Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 1

Czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 2 litry i wysokości min. 22 cm?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

ODP: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie Nr 8

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODP: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pytanie Nr 9

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2 z pakietu 5 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

ODP: Nie wyraża zgody

Pytanie Nr 10



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do aspiracji płynów z butelek typu MINI-SPIKE, opakowanie zbiorcze 100 sztuk, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. (poz. 211), załącznik nr 1, Część I, pkt. 8.3 wyrób medyczny sterylny powinien być zapakowany w opakowanie jednorazowego użytku zapewniające sterylność. W związku z powyższym sposób pakowania oraz ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym stanowią wyłącznie kwestie techniczne, pozostające bez wpływu na walory użytkowe czy przeznaczenie wyrobu medycznego sterylnego. Stawianie warunków bezwzględnych co do sposobu konfekcjonowania danego wyrobu medycznego, nie ma jakiegokolwiek umocowania prawnego, stanowi równocześnie naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 11

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej opakowanie 100 sztuk, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. (poz. 211), załącznik nr 1, Część I, pkt. 8.3 wyrób medyczny sterylny powinien być zapakowany w opakowanie jednorazowego użytku zapewniające sterylność. W związku z powyższym sposób pakowania oraz ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym stanowią wyłącznie kwestie techniczne, pozostające bez wpływu na walory użytkowe czy przeznaczenie wyrobu medycznego sterylnego. Stawianie warunków bezwzględnych co do sposobu konfekcjonowania danego wyrobu medycznego, nie ma jakiegokolwiek umocowania prawnego, stanowi równocześnie naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 12

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej 20G o wymiarach 1,1 x 32mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Różnica w zaproponowanym rozmiarze jest niezauważalna i dlatego nie wpływa w jakikolwiek sposób na walory użytkowe oraz medyczne produktu. Rozmiary kaniul dożylnych są zunifikowane – zgodnie z normą PN-EN ISO 10555-5 Cewniki wewnętrzznacyniowe – Jałowe cewniki do jednorazowego użytku – Część 5: Cewniki obwodowe wprowadzane na igły, kaniule w rozmiarze 20G mogą mieć nominalną zewnętrzną średnicę cewnika rurki 1.0 lub 1.1 a długość



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczata@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

cewnika 32,33 mm. Dlatego żądanie wyłącznie konkretnego rozmiaru kaniuli w sytuacji, gdy norma zawiera dopuszczalne zakresy, stanowi nieuprawnione naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 13

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej 18G o wymiarach 1,3 x 32mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Różnica w zaproponowanym rozmiarze jest niezauważalna i dlatego nie wpływa w jakikolwiek sposób na walory użytkowe oraz medyczne produktu. Rozmiary kaniul dożylnych są zunifikowane - zgodnie z normą PN-EN ISO 10555-5 Cewniki wewnętrzznacyniowe – Jałowe cewniki do jednorazowego użytku – Część 5: Cewniki obwodowe wprowadzane na igle, kaniule w rozmiarze 18G mogą mieć nominalną zewnętrzną średnicę cewnika rurki 1.2 lub 1.3 a długość cewnika 32,33 mm. Dlatego żądanie wyłącznie konkretnego rozmiaru kaniuli w sytuacji, gdy norma zawiera dopuszczalne zakresy, stanowi nieuprawnione naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 14

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej 17G o wymiarach 1,5 x 45mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Różnica w zaproponowanym rozmiarze jest niezauważalna i dlatego nie wpływa w jakikolwiek sposób na walory użytkowe oraz medyczne produktu. Rozmiary kaniul dożylnych są zunifikowane - zgodnie z normą PN-EN ISO 10555-5 Cewniki wewnętrzznacyniowe – Jałowe



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

cewniki do jednorazowego użytku – Część 5: Cewniki obwodowe wprowadzane na igle, kaniule w rozmiarze 17G mogą mieć nominalną zewnętrzną średnicę cewnika rurki 1.4 lub 1.5 a długość cewnika 45 mm. Dlatego żądanie wyłącznie konkretnego rozmiaru kaniuli w sytuacji, gdy norma zawiera dopuszczalne zakresy, stanowi nieuprawnione naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 15

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej 14G o wymiarach 2,0 x 45mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Różnica w zaproponowanym rozmiarze jest niezauważalna i dlatego nie wpływa w jakikolwiek sposób na walory użytkowe oraz medyczne produktu. Rozmiary kaniul dożylnych są zunifikowane - zgodnie z normą PN-EN ISO 10555-5 Cewniki wewnątrznaczyniowe – Jałowe cewniki do jednorazowego użytku – Część 5: Cewniki obwodowe wprowadzane na igle, kaniule w rozmiarze 14G mogą mieć nominalną zewnętrzną średnicę cewnika rurki 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 a długość cewnika 45 mm. Dlatego żądanie wyłącznie konkretnego rozmiaru kaniuli w sytuacji, gdy norma zawiera dopuszczalne zakresy, stanowi nieuprawnione naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 16

Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne o pojemności 2L i wysokości 23cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 2L z nakładką do zdejmowania narzędzi, w tym specjalnym wycięciu dla skalpeli o wysokości minimum 30cm nie występuje na rynku. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 17

Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czerwonego pojemnika na odpady medyczne o pojemności użytkowej 6 l i wysokości 50 cm, z okrągłym dnem. Poniżej przedstawiamy zdjęcie poglądowe pojemnika.

Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 2L i wysokości minimum 30cm nie występuje na rynku. Zaoferowany pojemnik pozwala na gromadzenie większej ilości materiału, co korzystnie wpływa na jego funkcjonalność. Dodatkowo pozwoli to Zamawiającemu na ograniczenie kosztów związanych z częstą utylizacją wykorzystanych pojemników.

Ponadto pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.



ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 18

Dotyczy Pakietu nr 11



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania formaliny buforowanej obojetnej 10% (stężenie formaldehydu 4%) ,utrwalacz do badań histologicznych lecz w pojemnikach 20l ?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pojemników o pojemności 1 litr lub 2 litry

Pytanie Nr 19

Dotyczy wzoru umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie Nr 20

Dotyczy wzoru umowy

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 2 pkt. 2.1, 2.2:

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w stosunku do wartości umowy:

2.1. Za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru będącego przedmiotem umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru.**

2.2. Za opóźnienie w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku Wykonawca zapłaci karę w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę o którym mowa w § 3. pkt. 6, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie wymienionego lub brakującego towaru.**

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar do wysokości 0,5%. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie do 10%

Pytanie Nr 21

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie Nr 22

Dotyczy Pakietu nr 3



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 prowadnicę do trudnych intubacji. Materiał o właściwościach poślizgowych, elastyczna typu Bougie. Wzmocniona na całej długości skalowana co 10 cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie. Jednorazowego użytku w kolorze zielonym. Rozmiary I.D. 5 lub 6,6 mm i długościach 600 mm ?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 23

Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 koreczki do kaniul typu combi do zamykania końcówek Luer i Luer-Lock męskich i żeńskich; bez trzpienia poniżej krawędzi korka?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 24

Dotyczy Pakietu nr 19

Czy Zamawiający w Pakiecie 19 dopuści zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wpływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym?

Takie rozwiązanie umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 25

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga na opakowaniu jednostkowym nazwy producenta.

ODP: Zamawiający nie wymaga

Pytanie Nr 26

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji kaniuli pakowanej po 100 szt.

ODP: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości

Pytanie Nr 27

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,2 x 40 krótko ściętej. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 28

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej prowadnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, prowadnica metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP. Dostępna w rozmiarach: 6 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2.0 mm, 10 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 3.3 mm, 12 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.0 mm, 14 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.7 mm.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 29

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem i drenem, bez ustnika, i drenem 2,1m zakończonym łącznikiem uniwersalnym. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu, DEHP, BPA. Maskę bez elementów metalowych, dopasowaną do anatomii twarzy pacjenta, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik kolankowy do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 5ml (skalowany co 1ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z min. pięcioma wzdluznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnym łącznikiem. Wyrób biologicznie czysty, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim, piktogramem, znakiem „wolne od DEHP” oraz opisem elementów produktu. Produkt dostępny w uniwersalnych, powszechnie stosowanych dwóch rozmiarach: dla dorosłych i dla dzieci; opakowanie max 100 szt.

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 30

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy uniwersalny łącznik drenu ma umożliwiać podłączenie drenu do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego ?

ODP: Łącznika standardowego

Pytanie Nr 31

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuszczę zestawy do nebulizacji zawierające DEHP?

ODP: Zamawiający wymaga bez DEHP

Pytanie Nr 32



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z drenem, biologicznie czystej, w uniwersalnych rozmiarach dla dorosłych i dzieci, przeznaczona do podawania średniego stężenia tlenu; Wykonana z nietoksycznego, przezroczystego PCV wolnego od DEHP, nie zawierająca lateksu, posiadająca regulowaną blaszkę oraz gumkę mocującą. Wyposażona w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta; opakowanie foliowe z napisami w j. polskim, piktogramem, znakiem „wolne od DEHP” oraz opisem elementów produktu; opakowanie max 100 szt.

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 33

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy uniwersalny łącznik drenu ma umożliwiać podłączenie drenu do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego ?

ODP: Łącznika standardowego

Pytanie Nr 34

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuszczę zestawy do nebulizacji zawierające DEHP?

ODP: Zamawiający wymaga bez DEHP

Pytanie Nr 35

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga kaniuli wykonanej z PTFE, widocznej w USG bez pasków radiocieniujących, wyposażonej w zastawkę antyzwrotną zabezpieczającą przed wypływem krwi w momencie wkłucia?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 36

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej 1,7 x 45 mm [16G].

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 37

Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoji cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy port bezigłowy ma być wyposażony w zdejmowalny protektor umożliwiający bezpieczne podłączenia do wkłucia bez ryzyka przypadkowego skażenia miejsca podłączenia.

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 38

Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy powierzchnia do dezynfekcji zaworu ma być wykonana z materiału innego niż silikon ?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 39

Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd posiadał filtr wbudowany w część chwytą przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 40

Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści sondę o długości 125 cm, zachowując przy tym pozostałe parametry?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 41

Dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z nebulizatorem i drenem o dł.200 cm, mikrobiologicznie czystą, w dwóch uniwersalnych rozmiarach – dla dorosłych i pediatrycznym, spełniającą pozostałe zapisy SIWZ?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 42

Dotyczy Pakietu nr 15

Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z drenem o dł.200 cm, bez regulacji stężenia tlenu, mikrobiologicznie czystą, w dwóch uniwersalnych rozmiarach – dla dorosłych i pediatrycznym?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 43

Dotyczy Pakietu nr 14 i 15



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy zamawiający oczekuje żeby produkty były pozbawione szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

ODP: Tak, zamawiający wymaga produktów bez ftalanów

Pytanie Nr 44

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy zamawiający dopuści prowadnicę do trudnej intubacji skalowaną co 5cm, w kolorze niebieskim, w rozmiarach I.D 3.3 o długości 535mm lub 5,0 o długości 700mm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 45

Dotyczy Pakietu nr 20

Pakiet 20. Czy dla potwierdzenie procedury użycia aplikatorów typu Mini Spike zamawiający oczekuje dostarczenia informacji dla użytkownika dotyczącą czasu użytkowania z odwołaniem do odpowiednich badań i publikacji?

ODP: Tak Zamawiający dopuszcza podanie informacji dotyczącej czasu użytkowania

Pytanie Nr 46

Dotyczy Pakietu nr 20

Pakiet 20. Czy przyrządy typu Mini Spike mają posiadać p/bakteryjny filtr powietrza 0,45 mikrometra oraz zastawkę otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki zabezpieczając przed przypadkowym wyciekem płynu?

ODP: Tak dopuszcza

Pytanie Nr 47

Dotyczy Pakietu nr 19

Pakiet 19. Czy przyrząd typu Q-syte ma posiadać badania potwierdzające czas użytkowania przez okres t dni i ilość aktywacji minimum 100?

ODP: Tak potwierdzenie czasu użytkowania

Pytanie Nr 48

Dotyczy Pakietu nr 20

Pakiet 20. Czy dla potwierdzenie procedury użycia aplikatorów typu Mini Spike zamawiający oczekuje dostarczenia informacji dla użytkownika dotyczącą czasu użytkowania z odwołaniem do odpowiednich badań i publikacji?

ODP: Tak Zamawiający dopuszcza podanie informacji dotyczącej czasu użytkowania



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 49

Dotyczy Pakietu nr 20

Pakiet 20. Czy przyrządy typu Mini Spike mają posiadać p/bakteryjny filtr powietrza 0,45 mikrometra oraz zastawkę otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki zabezpieczając przed przypadkowym wyciekami płynu?

ODP: Tak dopuszcza

Pytanie Nr 50

Dotyczy Pakietu nr 19

Pakiet 19. Czy przyrząd typu Q-syte ma posiadać badania potwierdzające czas użytkowania przez okres t dni i ilość aktywacji minimum 100?

ODP: Tak Zamawiający dopuszcza podanie informacji dotyczącej czasu użytkowania

Pytanie Nr 51

Dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maskę z nebulizatorem i drenem z czterema wzdużnymi paskami wzmacniającymi? Pozostałe parametry bez zmian.

ODP: Tak dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie Nr 52

Dotyczy Pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maskę tlenową ze standardowym łącznikiem umożliwiającym dostosowanie do pozycji pacjenta? Pozostałe parametry bez zmian.

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 53

Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ceny za 1 op. a'100szt. wyrobu z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk na ilość opakowań z zaokrągleniem do pełnego opakowania?

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 54

Dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie woreczków do pobierania moczu osobno dla chłopców i osobno dla dziewczynek?

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 55

Dotyczy Pakietu nr 14



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maskę tlenową z nebulizatorem i drenem, bez ustnika, i drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne lub jeden otwór boczny, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 6ml - 8ml (skalowany co 1ml, cyfrowo co 1-2ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z czterema wzdużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: S, M, L, XL ; opakowanie max 100 szt..?

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 56

Dotyczy Pakietu nr 15

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek tlenowych standardowych czy masek Venturiego z regulowanymi dyszami?

ODP: Zamawiający wymaga masek standardowych

Pytanie Nr 57

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji igieł z typem szlifu igły krótkim czyli SB/BC?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 58

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji kaniul dożylnych 1,1 x 32 mm [20 G]; opakowanie max 50 szt.?

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 59

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji kaniul dożylnych 1,2 x 45 mm [18 G]; opakowanie max 50 szt.?

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 60

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji kaniul dożylnych 1,5 x 45 mm [17 G]; opakowanie max 50 szt.?

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 61



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoj cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji kaniul dożylnych 2,1 x 45 mm [14 G]; opakowanie max 50 szt. lub kaniul dożylnych 1,7 x 45 mm [16 G]; opakowanie max 50 szt.?

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 62

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ceny za 1 op. a'50szt. wyrobu z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk na ilość opakowań z zaokrągleniem do pełnego opakowania?

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 63

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 5, 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ceny za 1 op. a'100szt. wyrobu z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk na ilość opakowań z zaokrągleniem do pełnego opakowania?

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 64

Dotyczy Pakietu nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji pojemniki na odpady medyczne 2 L, wysokość minimum 220mm z etykietą do wpisania danych; opakowanie max 80 szt?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 65

Dotyczy Pakietu nr 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych z nebulizatorem i drenem, bez ustnika, i drenem 2,1m. Wykonana z materiału pozbawionego w całości PCV i ftalanów, bez zawartości lateksu. Pozbawiona blaszki na nos, wyposażona w gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 6ml - 8ml (skalowany co 1ml, cyfrowo co 2ml) umożliwiający pracę w pozycji pionowej i poziomej. Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym

z ośmioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Dostępna w rozmiarach dorosłym i dziecięcym – podwójne uszczelnienie podbródka pozwala na szczelne dopasowanie do każdego rozmiaru twarzy; opakowanie max 100 szt.

ODP: Zgodnie z SIWZ



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoji cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 66

Dotyczy Pakietu nr 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych z drenem, mikrobiologicznie czystych dla dorosłych i dzieci, przeznaczona do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia; rozmiary: dostępna w rozmiarach dorosłym i dziecięcym – podwójne uszczelnienie podbródka pozwala na szczelne dopasowanie do każdego rozmiaru twarzy. Wykonana z materiału pozbawionego w całości PCV i ftalanów, nie zawierająca lateksu, pozbawiona metalowej blaszki, posiadająca gumkę mocującą. Wyposażona w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, opakowanie max 100 szt.

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 67

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy pediatryczny wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 2-6F o długości 8cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J', kabel EKG, rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 68

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy pediatryczny wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 4-5F o długości 8cm, 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J', kabel EKG, rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 69

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoji cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwi wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu.

ODP: Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 70

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3-4 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie Nr 71

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu nr 5 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie

Pytanie Nr 72

Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 20, pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu jednorazowego użytku Extra Spike do wielokrotnego pobierania i dostrzykiwania leków ze skutecznością bakteriologiczną >99,99%?

ODP: Zgodnie z SIWZ

Przewodniczący komisji przetargowej

Tomasz Miazek



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”

