



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dnia 5 marca 2018 r.

ZP/14/2019

## WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, płynów, ubrań ochronnych potrzebnych do produkcji leku cytostatycznego na potrzeby Pracowni Leku Cytostatycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1986), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

### Pytanie Nr 7

#### Dotyczy wzoru umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody**

### Pytanie Nr 8

#### Dotyczy wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 2:

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w stosunku do wartości umowy:

- Za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru będącego przedmiotem umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru**

- Za opóźnienie w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku Wykonawca zapłaci karę w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę o którym mowa w § 3. pkt. 6, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru**

- W przypadku dwukrotnego przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa w § 3. pkt. 3 o 10 dni Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5 % niezrealizowanej **części** wartości umowy.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie Nr 9**

**Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie Nr 10**

**Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy chirurgicznej ciemnozielonej lateksowej bezpudrowej z

strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych oraz z warstwą regenerująco-nawilżającą z zliofilizowanego aloesu

naturalnego, zewnętrzna powierzchnia wyrównana, co zapewnia doskonałe wrażenia czuciowe. Odporność dla substancji

chemicznych oceniona wg EN 374-1, odporność na cytostatyki oceniona wg ASTM D 6978, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane

radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 290 mm, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe

podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka

ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie Nr 11**

**Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1**

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy lateksowej bezpudrowej zielonej, z wewnętrzną warstwą

polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne,

anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w

listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność substancji

chemicznych zgodnie z EN 374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez

jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność min. 20 cytostatyków wg ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań), Certyfikat

CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

**Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”**





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.  
**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie Nr 12

#### Dotyczy Pakiet 2, poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych neoprenowych z strukturą syntetycznych powłok polimerowych, zewnątrz powierzchnia delikatnie teksturowana, koloru antyrefleksyjnego (brązowy). Mankiet z rolowanym brzegiem z dodatkowym obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. AQL po zapakowaniu 0,65, długość min. 290 mm. Posiadające badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków zg. z ASTM D 6978 lub równoważną (raport z wynikami badań). Pozbawione dodatków chemicznych (akceleratorów), m.in. tiuramów i MBT. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne składane foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.  
**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie Nr 13

#### Dotyczy Pakiet 2, poz. 2

2/ Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych 100% poliizoprenowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, zewnątrz mikroteksturowane, koloru naturalnego lateksu. AQL max 0,65, długość min. 270 – 285 mm dopasowana do rozmiaru. Przebadane na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną) oraz na przenikalność min. 28 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 lub równoważne (raport z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, sterylizowane radiacyjnie. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.  
**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.**



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68  
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80  
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

#### **Pytanie Nr 14**

##### **Dotyczy Pakiet nr 6 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmasksi ochronnej jednopanelowej.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie Nr 15**

##### **Dotyczy Pakiet nr 7, poz. 32, 33**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 32 i 33 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnie oferty

szerszemu gronu wykonawców.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie Nr 16**

##### **Dotyczy Pakiet nr 7, poz. 32**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnego, jałowego, apirogenego systemu infuzyjnego wykorzystującego zbiornik

elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości

przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (z filtrem powietrza na przebiegu linii, eliminującym ryzyko podażu pęcherzyka powietrza). W elementach mając kontakt z podawanym lekiem

wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru o bursztynowej barwie blokuje promieniowanie UV do długości fali 380 nm, tym samym

umożliwiając wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w korpus pompy, wyposażony w

połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu.

System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo,

dla każdego pacjenta torba. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b – szt., objętość nominalna w zakresie do

60 ml do 275 ml, z możliwością dokupienia odpowiedniej torby na pompę.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie Nr 17**

##### **Dotyczy Pakiet 7**

W związku z opisem w jednym pakiecie zestawów do podaży grawitacyjnej i przez pompę infuzyjną, do której można stosować tylko produkty producenta pompy, prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu zestawów do podaży przez pompę tj. poz. 10, 11, 12, 13. Połączenie w jednym pakiecie zestawów do



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

**Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”**





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

podąży grawitacyjnej i przez pompę uniemożliwia złożenie oferty na produkty innej firmy niż producent pompy.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie Nr 18**

##### **Dotyczy pakiet nr 7 poz. 14, 15, 21, 29 :**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materiałów producenta potwierdzających, że oferowane produkty są zgodne z definicją NIOSH, stanowią system zamknięty i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie Nr 19**

##### **Dotyczy pakiet nr 7 poz 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przygotowania cytostatyków z możliwością przyłączenia do linii do podawania, końcówka luer kompatybilna z dowolną linią, zgodnie z normą PN- EN 1707:2000 Łączniki stożkowe o zbieżności 6% (luer) do strzykawk, igieł i niektórych wyrobów medycznych, Łączniki z zamkiem, zakończenie drenu membraną umożliwiającą wypełnienie linii w układzie zamkniętym bez wycieku płynu oraz osłoną eliminującą ryzyko kontaktu z lekiem. Zastawka bezigłowa do dodania leku chroniąca przed kontaktem z lekiem z portem bezigłowym otwierającym drogę tylko w momencie przyłączenia strzykawki do rozpuszczania leku, dren bursztynowy, wykonany z medycznego PCV nie zawierającego DEHP.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie Nr 20**

##### **Dotyczy pakiet nr 7 poz. 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przygotowania cytostatyków z możliwością przyłączenia do linii do podawania, końcówka luer kompatybilna z dowolną linią, zgodnie z normą PN- EN 1707:2000 Łączniki stożkowe o zbieżności 6% (luer) do strzykawk, igieł i niektórych wyrobów medycznych, Łączniki z zamkiem, zakończenie drenu membraną umożliwiającą wypełnienie linii w układzie zamkniętym bez wycieku płynu oraz osłoną eliminującą ryzyko kontaktu z lekiem. Zastawka bezigłowa do dodania leku chroniąca przed kontaktem z lekiem z portem bezigłowym otwierającym drogę tylko w momencie przyłączenia strzykawki do rozpuszczania leku, dren bursztynowy, wykonany z medycznego PCV nie zawierającego DEHP.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie Nr 21**

##### **Dotyczy pakiet nr 7 poz. 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikatora do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów, filtrem aerozolowym 0,2 mikrona z dostępem bezigłowym w postaci zaworu z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagający klapki. Przyrząd do kontaktu z lekiem cytostatycznym, bez PCV, filtr powietrza wbudowany w część chwytaną przyrządu.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

**Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”**





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

#### Pytanie Nr 22

##### Dotyczy pakiet nr 7 poz. 18

Prosimy Zamawiającego od opuszczenie aplikatora do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów, filtrem aerozolowym 0,2 mikrona z dostępem bezigłowym zabezpieczonym białym koreczkiem domykany ręcznie, bez PCV.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie Nr 23

##### Dotyczy pakiet nr 7 poz. 21

Prosimy Zamawiającego od opuszczenie aplikatora do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów, filtrem aerozolowym 0,2 mikrona z dostępem bezigłowym w postaci zaworu z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagający klapki, z kolcem standard. Przyrząd do kontaktu z lekiem cytostatycznym, bez PCV, filtr powietrza wbudowany w część chwytaną przyrządu.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie Nr 24

##### Dotyczy pakiet nr 7 poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów z filtrem 0,2 mikrona, port posiadający końcówkę luer lock, bez zastawki antyzwrotnej, z zatyczką w postaci białego koreczka domykany ręcznie.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie Nr 25

##### Dotyczy pakiet nr 7 poz. 23

23	Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków. Obudowa przezierna. Ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); Na boku przyrządu okrągły filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy z korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia. Kołnierz zatraskowy <b>na fiolkę o średnicy 13mm.</b> zapobiegający przed rozłączeniem przyrządu z fiolką w czasie pobierania leku. Pakowany a'300.	1 szt.	szt.	600
----	---	--------	------	-----

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego przyrządu do długotrwałego aspirowania cytostatyków bez korka, pakowany po 50 szt.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie Nr 26

##### Dotyczy pakiet nr 7 poz. 24



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego przyrządu do długotrwałego aspirowania cytostatyków bez korka, pakowany po 50 szt.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie Nr 27**

##### **Dotyczy pakiet nr 7 poz. 26**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do przygotowania leków cytostatycznych z filtrem 0,2 mikrona, bez zawartości PCV, dren wykonany z poliuretanu, port do dostrzyknięć w postaci zaworu bezigłowego z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagający zabezpieczenia w postaci koreczka, koniec drenu z filtrem hydrofobowym i zastawką jednokierunkową, w linii zacisk zatraskowy.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie Nr 28**

##### **Dotyczy pakiet nr 7 poz. 26**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do przygotowania leków cytostatycznych z filtrem 0,2 mikrona, bez zawartości PCV, dren wykonany z poliuretanu, port do dostrzyknięć zabezpieczony koreczkiem, w postaci jednokierunkowej zastawki, koniec drenu z filtrem hydrofobowym bez zastawki jednokierunkowej, w linii dwa białe zaciski zatraskowe.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie Nr 29**

##### **Dotyczy pakiet nr 7 poz. 27**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do przygotowania leków cytostatycznych z regulatorem przepływu w postaci baryłki, bez zawartości PCV, dren wykonany z poliuretanu, dren wykonany z poliuretanu, port do dostrzyknięć w postaci zaworu bezigłowego z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagający zabezpieczenia w postaci koreczka, koniec drenu z filtrem hydrofobowym, bez zastawki antyzwrotnej, w linii zacisk zatraskowy.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie Nr 30**

##### **Dotyczy pakiet nr 7 poz. 28**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do przygotowania leków cytostatycznych z regulatorem przepływu w postaci baryłki, bez zawartości PCV, dren wykonany z poliuretanu, dren wykonany z poliuretanu, port do dostrzyknięć w postaci zaworu bezigłowego z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagający zabezpieczenia w postaci koreczka, koniec drenu z filtrem hydrofobowym, bez zastawki antyzwrotnej, w linii zacisk zatraskowy.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie Nr 31**

##### **Dotyczy pakiet nr 7 poz. 29**



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

**Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”**





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu bursztynowego do podaży leków cytostatycznych, z możliwością podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem, podaż metodą grawitacyjną, 2 zastawki bezigłowe zabezpieczone koreczkami, port do dostrzyknięć w postaci zaworu bezigłowego z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, port do dostrzyknięć umiejscowiony min. 20 cm od miejsca podłączenia do pacjenta, ergonomiczna jednoczęściowa komora kroplowa, możliwość manualnego zabezpieczenia przed dostaniem się powietrza do drenu, dren z PCV bez DEHP, system zamknięty zgodny z definicją NIOSH

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

### Pytanie Nr 32

#### Dotyczy pakiet nr 7 poz. 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu bursztynowego do podaży leków cytostatycznych, z możliwością podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem, podaż metodą grawitacyjną, 3 zastawki bezigłowe w postaci zaworu bezigłowego z gładką i płaską powierzchnią do dezynfekcji, nad portem do dostrzyknięć zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu, port do dostrzyknięć umiejscowiony min. 20 cm od miejsca podłączenia do pacjenta, ergonomiczna jednoczęściowa komora kroplowa, możliwość manualnego zabezpieczenia przed dostaniem się powietrza do drenu, dren wykonany z poliuretanu, system zamknięty zgodny z definicją NIOSH.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

### Pytanie Nr 33

#### Dotyczy pakiet nr 7 poz. 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 1 ml wykonanej z poliwęglanu, sterylizowanej tlenkiem etylenu.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

### Pytanie Nr 34

#### Dotyczy pakiet nr 7 poz. 32, 33

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 32 i 33 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnie oferty szerszemu gronu wykonawców.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie Nr 35

#### Dotyczy pakiet nr 7 poz. 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnego, jałowego, apirogennego systemu infuzyjnego wykorzystującego zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (z filtrem powietrza na przebiegu linii, eliminującym ryzyko podaży pęcherzyka powietrza). W elementach mając kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru o bursztynowej barwie blokuje promieniowanie UV do długości fali 380 nm, tym samym umożliwiając wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”







SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

w korpus pompy, wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta torba. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b – szt., objętość nominalna w zakresie do 60 ml do 275 ml, z możliwością dokupienia odpowiedniej torby na pompę

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.**

Przewodniczący komisji przetargowej

Tomasz Miazek



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

**Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”**

