

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 2019-03-05

ZP/ 19 /2019

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów zużywalnych, pomocniczych, eksploatacyjnych, czynników sterylizacyjnych, wskaźników oraz preparatów chemicznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1986 t.j. ze zm), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytania 1

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny testy w opakowaniach a'250szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź: dopuszczamy

Pytania 2

Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny testy w opakowaniach a'250szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź: dopuszczamy

Pytania 3

Pakiet nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny testy w opakowaniach a' 200 szt. bez przesuwaną substancji - Wskaźniki zintegrowane z kontrolą procesu sterylizacji parowej w zakresie temperatur 121-134 C w formie podwójnie laminowanego paska z naniesioną substancją testową w postaci koła z łatwą do interpretacji zmianą barwy?

Odpowiedź: dopuszczamy

Pytania 4

Pakiet nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny testy wieloparametrowe do tlenku etylenu o punktowym ułożeniu substancji testowej z naniesioną substancją zmieniającą kolor w sposób jednoznacznie informujący o przebiegu procesu sterylizacji?

Odpowiedź: dopuszczamy

Pytania 5

Pakiet 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści test Typ 1 wg ISO 11140-1 niezawierający substancji toksycznych, przeznaczony do sterylizacji plazmowej, w formie paska z naniesioną substancją testową, w opakowaniach a' 250 szt?

Odpowiedź: dopuszczamy

Pytania 6

Pakiet 5 poz. 1 i 2

Czy w miejsce testów zintegrowanych – typu 5, Zamawiający dopuści testy wyższej klasy tj. emulacyjne – typu 6. Wyższa klasa testów gwarantuje wyższy poziom kontroli procesu sterylizacji.

Odpowiedź: dopuszczamy



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytania 7

Pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?

Odpowiedź: dopuszczamy

Pytania 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: wyrażamy zgodę

Pytania 9

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: nie wymagamy

Pytania 10

Dot. pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów symulacyjnych kontroli wsadu w opakowaniach a'400 szt. z przyrządem z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe wymagania Zamawiającego bez zmian?

Odpowiedź: wyrażamy zgodę

Pytania 11

Dot. pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów symulacyjnych kontroli wsadu w opakowaniach a'100 szt. z przyrządem z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe wymagania Zamawiającego bez zmian?

Odpowiedź: wyrażamy zgodę

Pytania 12

Dot. pakietu nr 5, poz. 4

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

Odpowiedź: dopuszczamy

Pytania 13

Dot. pakietu nr 5, poz. 4

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

Odpowiedź: dopuszczamy

Pytania 14

Dot. pakietu nr 5, poz. 4

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście chemicznym klasy 5 znajdowało się oznaczenie klasy oraz normy ISO 11140-1?

Odpowiedź: dopuszczamy

Pytania 15

Dot. pakietu nr 5, poz. 4



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10


☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: dopuszczamy

Pytania 16

Pakiet 6 poz. 3 i 4 : Czy Zamawiający dopuści do oceny koszyk spełniający wymagania Zamawiającego, o wymiarach 115x110x20 ?

Odpowiedź: dopuszczamy

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

.....
mgr Tomasz Miazek



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”

