



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

ZP/39/2019

WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kliniki Kardiologii, Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1986), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z osłoną na głowicę USG w rozmiarze 14X147cm? Pozostałe wymagania bez zmian

ODP: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 2

Dotyczy Pakietu nr 23 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 23 poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania kompletnego zestawu z pojedynczym przetwornikiem do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażonego w linię pomiarową 150cm, przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczającym 3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Zestaw kompatybilny z monitorem poprzez kabel typu PMSET z okrągłym wtykiem pinowym typu Argon jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego

ODP: Zamawiający dopuszcza zestaw z w/w parametrami - nie wymaga.

Pytanie Nr 3

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aperiogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 4

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 2 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie Nr 5

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężeniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR i długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm 25 cm oraz 14 Fr i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw aperiogeny kompletny do implantacji?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 6

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 2 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 7

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężeniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 8

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z pakietu 2 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie Nr 9

Dotyczy Pakietu nr 33 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewnika od muły do końca cewnika/długości całkowitej: dla pozycji 1- 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm dla pozycji 2 – 50/55 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 10

Dotyczy Pakietu nr 33 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2 z pakietu 33 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody



ul. Pomorska 251

ul. Czechosłowacka 8/10

ul. Sporna 36/50

42 675 70 00 42 678 93 68

42 675 70 00 42 679 17 80

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 11

Dotyczy Pakietu nr 5

Czy ze względu na specyfikę hemoperfuzji i bezpieczeństwo stosowanej terapii Zamawiający wymaga aby oferent posiadał autoryzację producenta do sprzedaży oraz wsparcia gwarancyjnego oferowanych filtrów na terenie Polski?

ODP: Zamawiający nie wymaga autoryzacji

Pytanie Nr 12

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania filtra z adhezją płytek krwi na poziomie maksymalnym do 12 %?

ODP: Zamawiający oczekuje filtra z adhezją płytek za poziomie maksymalnym do 12%

Pytanie Nr 13

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania filtra z adsorpcją białek na poziomie maksymalnym do 5% (albumin)?

ODP: Zamawiający oczekuje zaoferowania filtra z adsorpcją białka za maksymalnym poziomie do 5%

Pytanie Nr 14

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania filtra z żywicą o podwójnych wiązaniach styrenu dwinylobenzenu w celu zapewnienia lepszej biokompatybilności?

ODP: Zamawiający oczekuje zaoferowania filtra z żywicą o podwójnych wiązaniach styrenu dwinylobenzenu

Pytanie Nr 15

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania filtra o niskim ryzyku wystąpienia zakrzepów tj. czasu krzepnięcia > 15 minut?

ODP: Zamawiający wymaga filtra z niskim ryzykiem wystąpienia zakrzepów.

Pytanie Nr 16

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie elektrod do oddzielnego pakietu. Prosimy również o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje oryginalnych elektrod oraz czy mają być wyposażone w zintegrowany czujnik ucisku?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 17

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „radioprzezierne”?

ODP: Zamawiający odstąpi od wymogu radioprzezierne

Pytanie Nr 18

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści 4-warstwowe? Pozostałe parametry bez

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 19

Dotyczy Pakietu nr 39 poz. 2

Czy można zaoferować zestaw do ZOP z dodatkową serwetą 45x45cm wykonaną serwetą na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m², kolor niebieski, chłonność 570%, nasiąkliwość 27,96%, wytrzymałość na rozdzielanie wzdłużne 29,72N, wytrzymałość na rozdzielanie poprzeczne 40,33N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy 250 cmH₂O, a także z kompresami o rozmiarze 7,5x7,5cm w ilości 8 sztuk (zamiast 5x5 w ilości 5 sztuk? Wszystkie pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 20

Dotyczy Pakietu nr 39 poz. 4

Czy można zaoferować zestaw do PP z kompresami gazowymi w rozmiarze 7,5x7,5 zamiast 5x5cm, z dodatkową pęsetą plastikową 13cm w ilości 1 szt, z dodatkowym opatrunkiem wyspowym o rozmiarze 7,2x5cm i strzykawkami typu LL? Wszystkie pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 21

Dotyczy Pakietu nr 39 poz. 6

Czy można zaoferować zestaw do portów bez fartucha chirurgicznego wraz z dodatkowymi pojemnikami, plastikowymi okrągłymi o pojemności 125ml? Wszystkie pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 22

Dotyczy Pakietu nr 6. Poz. 1



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający w pakiecie 6 kaniule centralne z dostępu obwodowego PICC dopuści produkty światowego producenta Arrow / Teleflex wg poniższego opisu: w pozycji 1 zestaw PICC z technologią Chloroagard w systemie Ergopak w składzie : cewnik dwukanałowy 5,5Fr długość 55cm w opakowaniu Kompletny zestaw do zakładania Cewnika PICC Chloragard, mikrointroduktor GlideThru, echogeniczna igła wprowadzająca 21 G × 7 cm; bezpieczna, echogeniczna igła wprowadzająca 21 G × 7 cm, prowadnica z nitinolu 0,018" × 45 cm, bezpieczny skalpel #11, bezpieczna igła hipodermiczna 25 G, strzykawka Luer-lock 10 ml, strzykawka Luerlock 3 ml, filtr słomkowy, pojemnik do zabezpieczenia igieł Sharps Away II, pojemnik do zabezpieczenia igieł Sharps Away, przycinarka do cewnika, bezszwowy przyrząd do stabilizacji cewnika, przezroczysty opatrunek 10 x 15,5 cm, opaska uciskowa (zapakowana w zewnętrzną torebkę), 2 taśmy pomiarowe (1 zapakowana w torebkę zewnętrzną), 10 kompresów gazowych 10 cm × 10 cm, 10 kompresów gazowych 5 cm × 5 cm, regulowana nasadka Secondsite: zacisk cewnika i element mocujący, pojemnik na płyny Hemo-HopperFluid, nasadka ochronna: bez odpowietrznika (1 x światło), paski samoprzylepne, serweta operacyjna (całe ciało), serweta operacyjna z otworem, fartuch chirurgiczny, maska (zapakowana w zewnętrzną torebkę), maska z osłoną oczu, kapturek ochronny, ręcznik chłonny, ręcznik

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 23

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 6 kaniule centralne z dostępu obwodowego PICC dopuści produkty światowego producenta Arrow / Teleflex wg poniższego opisu: - w pozycji 2 zestaw PICC z technologią Chloroagard w systemie Ergopak w składzie : cewnik trójkanałowy 6 Fr długość 55cm w opakowaniu Kompletny zestaw do zakładania Cewnika PICC Chloragard, mikrointroduktor GlideThru, echogeniczna igła wprowadzająca 21 G × 7 cm; bezpieczna, echogeniczna igła wprowadzająca 21 G × 7 cm, prowadnica z nitinolu 0,018" × 45 cm, bezpieczny skalpel #11, bezpieczna igła hipodermiczna 25 G, strzykawka Luer-lock 10 ml, strzykawka Luerlock 3 ml, filtr słomkowy, pojemnik do zabezpieczenia igieł Sharps Away II, pojemnik do zabezpieczenia igieł Sharps Away, przycinarka do cewnika, bezszwowy przyrząd do stabilizacji cewnika, przezroczysty opatrunek 10 x 15,5 cm, opaska uciskowa (zapakowana w zewnętrzną torebkę), 2 taśmy pomiarowe (1 zapakowana w torebkę zewnętrzną), 10 kompresów gazowych 10 cm × 10 cm, 10 kompresów gazowych 5 cm × 5 cm, regulowana nasadka Secondsite: zacisk cewnika i element mocujący, pojemnik na płyny Hemo-HopperFluid, nasadka ochronna: bez odpowietrznika (1 x światło), paski samoprzylepne, serweta operacyjna (całe ciało), serweta operacyjna z otworem, fartuch chirurgiczny, maska (zapakowana w zewnętrzną torebkę), maska z osłoną oczu, kapturek ochronny, ręcznik chłonny, ręcznik

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 24

Dotyczy Pakietu nr 1 poz 1



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający w pakiecie 1 kaniulacja naczyń centralnych dopuści zestawy światowego producenta Arrow / Teleflex wg poniższego opisu: pozycja 1 zestaw do kaniulacji cewnik 3 światowy 7 Fr kanały 16,18,18 długość 16cm -20 cm, igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, strzykawka 5ml, pozostałe parametry bez zmian,

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 25

Dotyczy Pakietu nr 1 poz 2

Czy Zamawiający w pakiecie 1 kaniulacja naczyń centralnych dopuści zestawy światowego producenta Arrow / Teleflex wg poniższego opisu: - pozycja 2 pozycja 1 zestaw do kaniulacji cewnik 3 światowy 8,5 Fr kanały 16,14,16, długość 16cm-20cm, igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, strzykawka 5ml, pozostałe parametry bez zmian,

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 26

Dotyczy Pakietu nr 1 poz 3

Czy Zamawiający w pakiecie 1 kaniulacja naczyń centralnych dopuści zestawy światowego producenta Arrow / Teleflex wg poniższego opisu: pozycja 3 zestaw do kaniulacji cewnik 4 światowy 8,5 fr kanały 16,14,18,18, długości 16cm-20cm, igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, strzykawka 5 ml, pozostałe parametry bez zmian

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 27

Dotyczy Pakietu nr 1 poz 4

Czy Zamawiający w pakiecie 1 kaniulacja naczyń centralnych dopuści zestawy światowego producenta Arrow / Teleflex wg poniższego opisu: pozycja 4 zestaw do kaniulacji cewnik 3 światowy 7Fr kanały 16,18,18 Ga, długości 16cm -20 cm, igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, strzykawka 5 ml, pozostałe parametry bez zmian

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 28

Dotyczy Pakietu nr 1 poz 5

Czy Zamawiający w pakiecie 1 kaniulacja naczyń centralnych dopuści zestawy światowego producenta Arrow / Teleflex wg poniższego opisu: pozycja 5 zestaw do kaniulacji cewnik 3 światowy 8,5fr kanały 16,14,16 ga długość 16cm-20cm, igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, strzykawka 5ml, pozostałe parametry bez zmian.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 29

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1



ul. Pomorska 251

ul. Czechosłowacka 8/10

ul. Sporna 36/50

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790
✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 14 cewniki, sondy pozycję 1 - cewniki foleya z pomiarem temperatury w oddzielny pakiet, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie Nr 30

Dotyczy Pakietu nr 33

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 33 kaniule permanentne do dializ światowego producenta z cewnikiem permanentnym 15Fr wg. następującego opisu :

Elementy sterylnego zestawu wprowadzającego:

1 szt. Prowadnik druciany 120cm z powłoką PTFE o przekroju: .038" (.97 mm) z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła. Zestaw wprowadzający ArrowAdvancer z nakładką zabezpieczającą

1 szt. SmartSeal® rozrywalna koszulka z podwójną zastawką hemostatyczną i rozszerzadłem: 16 Fr/13cm

1 szt. cienkościenna igła punkcyjna 6,35cm/18Ga x 21/2" XTW

1 szt. tunelizator metalowy

2 szt. korki Luer-Lock

1 szt. opatrunek Tegaderm® 10 cm x 12 cm

1 szt. SharpsAway II™ kubek z blokadą na igły

1 szt. bezpieczny skalpel rozmiar 11

1 szt. karta identyfikacyjna pacjenta

1 szt. rozszerzadło 12 Fr

1 szt. rozszerzadło 14 Fr

Długości 19 cm , 23cm , 27cm , 31cm , 42cm oraz 55 cm

ODP: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie Nr 31

Dotyczy Pakietu nr 37

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 37 kaniule permanentne do dializ światowego producenta z cewnikiem permanentnym 15Fr zakładanym metodą retrograde wg. następującego opisu: elementy zestawu

1 szt. Prowadnik druciany 120cm z powłoką PTFE o przekroju: .038" (.97 mm) z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła. Zestaw wprowadzający ArrowAdvancer z nakładką zabezpieczającą

1 szt. SmartSeal® rozrywalna koszulka z podwójną zastawką hemostatyczną i rozszerzadłem: 16 Fr/13cm

1 szt. cienkościenna igła punkcyjna 6,35cm/18Ga x 21/2" XTW

1 szt. tunelizator metalowy

2 szt. korki Luer-Lock



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

1 szt. opatrunek Tegaderm® 10 cm x 12 cm
1 szt. SharpsAway II™ kubek z blokadą na igły
1 szt. bezpieczny skalpel rozmiar 11
1 szt. karta identyfikacyjna pacjenta
1 szt. rozszerzadło 12 Fr
1 szt. rozszerzadło 14 Fr
Długości 19 cm, 23cm, 27cm, 31cm, 42cm oraz 55 cm
ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 32

Dotyczy Pakietu nr 8

Proszę o dopuszczenie osłony w rozmiarze 13x122cm.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 33

Dotyczy Projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 3 ust. 7 projektu umowy poprzez wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

ODP: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 34

Dotyczy Projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 2:

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w stosunku do wartości umowy:

- Za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru będącego przedmiotem umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru;
- Za opóźnienie w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wartości brutto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę o którym mowa w § 3. pkt. 6, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kary do 0,5% wartości brutto. Zamawiający nie zgadza się na ograniczenie wysokości kary do 10%



ul. Pomorska 251

ul. Czechosłowacka 8/10

ul. Sporna 36/50

42 675 70 00 42 678 93 68

42 675 70 00 42 679 17 80

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 35

Dotyczy Pakietu nr poz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie Nr 36

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w pozycji 7 dopuści zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego (CSE) wyposażony: w igłę zewnątrzoponową Tuohy 18G (o budowie umożliwiającej wprowadzenie igły podpajęczynówkowej bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wkłucia igły podpajęczynówkowej, posiadającą możliwość zablokowania na każdym poziomie oznaczonym w mm na uchwycie igły, z możliwością zdejmowania skrzydełek); skalowaną co 10 mm; igłę podpajęczynówkową Pencil Point 27G x 122 mm posiadającą otwór boczny (z możliwością obrotu igłą o 360 stopni mimo ufiksowania jej w igle Tuohy); cewnik z poliamidu, odporny na złamanie, z trzema otworami bocznymi, o długości 900 mm, niebieskie, czytelne znaczniki co 10 mm na odcinku od 50 do 150 mm od końcówki oraz znacznik w odległości 200 mm od końcówki cewnika.; filtr zewnątrzoponowy z dwukierunkową, hydrofilną membraną 0,2 µm, szczelna obudowa pozwalająca na obserwację filtracji, płaski – głębokość ok. 10,5 mm, szerokość ok. 34 mm, wypełnienie wstępne 0,8 ml, maksymalne ciśnienie 792 kPa, złącza Luer Lock, wygodny dla pacjenta, do zastosowania na 96 godzin; strzykawkę niskooporową 10 ml, niezawierającą lateksu; płaski, zatrzaskowy łącznik do cewnika; przewodnik ułatwiający wsunięcie cewnika do igły Tuohy; gąbka do mocowania cewnika do skóry, naklejka z nazwą cewnika.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 37

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w pozycji 7 dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych i długotrwałej analgezji wyposażony w: igłę Tuohy 18G / 80 mm kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z możliwością zdejmowania skrzydełek; cewnik z poliamidu, odporny na złamanie, z trzema otworami bocznymi, o długości 900 mm, niebieskie, czytelne znaczniki co 10 mm na odcinku od 50 do 150 mm od końcówki oraz znacznik w odległości 200 mm od końcówki cewnika.; filtr zewnątrzoponowy z dwukierunkową, hydrofilną membraną 0,2 µm, szczelna obudowa pozwalająca na obserwację filtracji, płaski – głębokość ok. 10,5 mm, szerokość ok. 34 mm, wypełnienie wstępne 0,8 ml, maksymalne ciśnienie 792 kPa, złącza Luer Lock, wygodny dla pacjenta, do zastosowania na 96 godzin; strzykawkę niskooporową 10 ml, niezawierającą lateksu; płaski, zatrzaskowy łącznik do



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

cewnika; prowadnik ułatwiający wsunięcie cewnika do igły Tuohy; zatraskowy system „Lockit Plus” mocowania cewnika do skóry pacjenta (płaski mechanizm blokujący cewnik i nie powodujący zamknięcia jego światła oraz samoprzylepna gąbkowa podkładka), system mocowania wykonany z przezroczystego materiału co umożliwia obserwację cewnika i miejsca wkłucia; naklejka z nazwą cewnika.

ODP: Pytanie nie dotyczy poz 7 pakietu 37 tylko pozycji 8

Zamawiający nie dopuszcza wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 38

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w Pakiecie 7 w pozycji 7? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tej pozycji.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie

Pytanie Nr 39

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 8

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w Pakiecie 7 w pozycji 8? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tej pozycji.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie

Pytanie Nr 40

Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1, 4, 6

Czy Zamawiający dopuści jednorurowego układu oddechowego koaksjalnego, typu „rura w rurze”, który pozwala na efektywne ogrzewanie i nawilżanie powietrza wdychanego przez pacjenta poprzez rurę wydechową (co ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w przypadku długich operacji)?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 41

Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1, 4, 6

Czy Zamawiający dopuści układy o większej wydajności ogrzewania lub odstąpi od tego parametru, wskazującego na jednego producenta?

ODP: Zamawiający dopuszcza układy o większej wydajności ogrzewania

Pytanie Nr 42

Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1, 4, 6

Czy Zamawiający dopuści układy o innej masie (+/- 10g) lub odstąpi od tego parametru, wskazującego na jednego producenta?

ODP: Zamawiający dopuszcza układy o innej masie



ul. Pomorska 251

ul. Czechosłowacka 8/10

ul. Sporna 36/50

42 675 70 00 42 678 93 68

42 675 70 00 42 679 17 80

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 43

Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści układ o długości 1.8m, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 44

Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert przetargowych niż w pierwotnej, szczegółowo dopracowanej konstrukcji SIWZ?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 45

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający W PAKIECIE 2 POZ. 1 dopuści cewnik wykonany z poliuretanu BodySoft odporny na załamania, trójkanałowy, średnica 13 FR, trzecie światło cewnika 17Ga, symetryczna końcówka zmniejszająca recyrkulację, w zestawie z igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dług. 70cm, rozszerzacz naczyniowy 11-13 FR, rozszerzacz naczyniowy 12-14 FR, 3 zatyczkami, ruchomymi skrzydełkami do mocowania, 1 skrzydełko dołączane, ramiona proste długości 15cm, 20cm, 24cm, 30cm. Ramiona zakrzywione długości 12,5cm, 15cm, 20cm, 24cm.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 46

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2,3,4

Czy Zamawiający W PAKIECIE 2 POZ. 2,3,4 dopuści cewnik wykonany z poliuretanu BodySoft odporny na załamania, dwukanałowy, średnica 12 FR, 3cm schodkowa końcówka zmniejszająca recyrkulację, w zestawie z igłą wprowadzającą 18G, prowadnicą o elastycznym końcu w kształcie litery J i dług. 70cm, rozszerzacz naczyniowy 11-13 FR, 2 zatyczkami, ruchomymi skrzydełkami do mocowania, 1 skrzydełko dołączane, opatrunek do mocowania cewnika, ramiona proste oraz zakrzywione; 13 Fr (dodatkowo - rozszerzacz naczyniowy 12-14 Fr), długości 15cm, 20cm, 24cm

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 47

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający W PAKIECIE 6 POZ. 1 dopuści dwukanałowy cewnik centralny zakładany obwodowo. Rozmiar 5F, długość cewnika 55cm, średnica wewnętrzna 19G/19 G. Cewnik wykonany z silikonu z zamkniętą częścią dystalną wyposażoną w zastawkę Groshong



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

otwierającą się wskutek pozytywnego ciśnienia, pozwalający także na pobieranie krwi. Końcówka proksymalna cewnika zakończona konektorem. Cewnik w całości cieniujący pod wpływem promieni RTG. W zestawie z atraumatycznym urządzeniem mocującym eliminującym konieczność przyszywania cewnika do skóry i skrzydełkami do przyszywania cewnika, elastyczną prowadnicą o długości 50 cm, bezpiecznym skalpelem, korkiem do zamknięcia wejścia cewnika, microintoductorem, igła echo.

Lub

Dwukanałowy cewnik centralny zakładany obwodowo. Rozmiar 5F, długość cewnika 55cm, średnica wewnętrzna 18G/18G op przepływie grawitacyjnym 547/547 ml/Hr . Cewnik w całości cieniujący pod wpływem promieni RTG. W zestawie z atraumatycznym urządzeniem mocującym eliminującym konieczność przyszywania cewnika do skóry i skrzydełkami do przyszywania cewnika, elastyczną prowadnicą o długości 135 cm, bezpiecznym skalpelem, korkiem do zamknięcia wejścia cewnika, strzykwaka 10ml, igła echo, Microintroducer, miarka, podwiązka.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 48

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający W PAKIECIE 6 POZ. 2 dopuści trójkanałowy cewnik centralny zakładany obwodowo. Rozmiar 6 F, długość cewnika 55cm, średnica wewnętrzna 17/19/19G o przepływie grawitacyjnym 1,163/275/275 ml/Hr . Cewnik w całości cieniujący pod wpływem promieni RTG. W zestawie z atraumatycznym urządzeniem mocującym eliminującym konieczność przyszywania cewnika do skóry i skrzydełkami do przyszywania cewnika, elastyczną prowadnicą o długości 135 cm, bezpiecznym skalpelem, korkiem do zamknięcia wejścia cewnika, strzykwaka 10ml, igła echo, Microintroducer, miarka, podwiązka.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 49

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3

Czy zamawiający W PAKIECIE 6 POZ. 3 dopuści jednoświatłowy cewnik centralny zakładany obwodowo do żyły głównej w celu podawania terapii dożylną i wstrzykiwania wspomaganego środka kontrastowego. Rozmiar 5F, długość cewnika 45 cm, średnica wewnętrzna 17G z możliwością przycinania. Cewnik wykonany z silikonu z zamkniętą częścią dystalną wyposażoną w zastawkę Groshong otwierającą się w skutek pozytywnego ciśnienia, pozwalający także na pobieranie krwi. Końcówka proksymalna cewnika zakończona konektorem. Cewnik w całości cieniujący pod wpływem promieni RTG. W zestawie z atraumatycznym urządzeniem mocującym eliminującym konieczność przyszywania cewnika do skóry i skrzydełkami do



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

przyszycia cewnika, elastyczną prowadnicą o długości 50 cm, bezpiecznym skalpelem, korkiem do zamknięcia wejście cewnika.

Lub

Jednokanałowy cewnik centralny zakładany obwodowo. Rozmiar 5F, długość cewnika 55cm, średnica wewnętrzna 18G op przepływie grawitacyjnym 1185ml/htr. Cewnik w całości cieniujący pod wpływem promieni RTG. W zestawie z atraumatycznym urządzeniem mocującym eliminującym konieczność przyszywania cewnika do skóry i skrzydełkami do przyszycia cewnika, elastyczną prowadnicą o długości 70 cm, bezpiecznym skalpelem, korkiem do zamknięcia wejście cewnika, strzykwka 10ml, igła echo, Microintroducer, miarka, podwiązka.

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 50

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 1

Czy Zamawiający W PAKIECIE 34 POZ. 1 dopuści

- * Port w całości wykonany z tytanu
- * Średnica podstawy 19 x 24 mm
- * Wysokość 9,4 mm
- * Waga 7,2g
- * Średnica komory 9,0 mm
- * Objętość wewn. 0,2 ml
- * Możliwość min 1000 nakłuć
- * Z kompletnym zestawem wprowadzającym

Cewnik Chronoflex 6,0 Fr (poliuretanowy) widoczny w RTG, śr. wewn 1,3 mm, długość 75 cm prędkość przepływu > 500

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 51

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 2

Czy Zamawiający W PAKIECIE 34 POZ. 2 dopuści; wszczepialny sterylny port naczyniowy z zestawem wprowadzającym. Komora wykonana z tytanu. wysokość portu 9,9 mm. Otwory do przyszycia portu wypełnione silikonem. Z odłączanym cewnikiem poliuretanowym ChronoFlex 6F. Możliwość podania infuzji 5ml/sek. Wypustki na silikonowym septum umożliwiają palpacyjną identyfikację portu. Port z zestawem wprowadzającym: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18G, tunelizator, igła Hubera do przekłuwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 52

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 3

Czy Zamawiający W PAKIECIE 34 POZ. 3 dopuści

Port w całości wykonany z tytanu

* Średnica podstawy 22 x 25 mm

* Wysokość 8,2 mm

* Waga 6,7g

* Średnica komory 9,0 mm

* Objętość wewn. 0,2 ml

* Możliwość min 1000 nakłuć

* Z kompletnym zestawem wprowadzającym

Otwory na szwy wypełnione silikonem

Cewnik Chronoflex 6,0 Fr (poliuretanowy) widoczny w RTG, śr. wewn 1,3 mm, długość 75 cm
prędkość przepływu > 500

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 53

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 4

Czy zamawiający W PAKIECIE 34 POZ. 4 dopuści : wszczepialny sterylny port naczyniowy z zestawem wprowadzającym. Komora wykonana z radionieprzeziernego tytanu. Wysokość portu 12,5 mm. Otwory do przyszywania portu wypełnione silikonem. W zestawie z cewnikiem GROSHONG 8F. Możliwość podania infuzji 5ml/sek. Wypustki na silikonowym septum umożliwiają palpacyjną identyfikację portu. Port z zestawem wprowadzającym: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18G, tunelizator, igła Hubera do przekłuwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 54

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 5

Czy zamawiający W PAKIECIE 34 POZ. 5 dopuści : IGLĘ DO PORTU NACZYNIOWEGO 19,20,22GX13,19,25,38 MM

Igła do portu, bezpieczna zagięta pod kątem prostym, z atrumatycznym szlifem typu Huber , kaniula niesilikonowana, przezroczysty dren pozbawiony DEHP i lateksu z oznaczeniem grubości igły. Skrzydełka oznaczone kolorem odpowiadającym rozmiarowi igły z oznaczeniem rozmiaru na skrzydełkach. Rozmiar skrzydełek : długość z głowica : 22.35 mm , rozpiętość po rozłożeniu : 32.26 mm, wysokość głowicy od podstawy : 8,38 mm, z karbowaniem ułatwiającym użycie, maksymalne ciśnienie iniekcji 300 psi, możliwość zastosowania w badaniu MRI. Do 3 tesli, igły pokryte są silikonem, ułatwiając przekłucie membrany portu.

ODP:

Zamawiający dopuszcza



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 55

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 6

Czy zamawiający W PAKIECIE 34 POZ. 6 dopuści IGŁĘ DO PORTU NACZYNIOWEGO 19,20,22GX13,19,25,38 MM

Igła do portu, zagięta pod kątem prostym, z atrumatycznym szlifem typu Huber, kaniula niesilikonowana, przezroczysty dren pozbawiony DEHP i lateksu z oznaczeniem grubości igły. Skrzydełka oznaczone kolorem odpowiadającym rozmiarowi igły z oznaczeniem rozmiaru na skrzydełkach, z karbowaniem ułatwiającym użycie, możliwość zastosowania w badaniu MRI. Do 3 tesli, igły pokryte sa silikonem, ułatwiając przekłucie membrany portu.

ODP:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 56

Dotyczy Pakietu nr 34 poz 1

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu posiadający otwory fiksacyjne wypełnione silikonem, z komorą tytanową, wysokość 13,2mm, waga portu 8,6g, membrana silikonowa o średnicy 12mm, komora o objętości 0,5 ml, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć, niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi, szybkość przepływu kontrastu 5 ml/s, membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji, niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 8,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 2,8mm, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu. Z zestawem akcesoriów wprowadzających składającym się z: strzykawka 10ml, igła Seldingera 18G, dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu, drut prowadnik J w podajniku, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz naczyń z osłonką rozrywalną, tunelizator o tępych zakończeniach, igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm (możliwość podania kontrastu pod ciśnieniem do 325psi), sterylny rękaw do USG (bez lateksu) do sondy USG oraz dwie sterylne gumki do zabezpieczenia rękawa, sterylny żel do USG. Każdy port posiada instrukcję w jęz. polskim oraz kartę pacjenta umożliwiającą identyfikację portu.

ODP:

Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 57

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu posiadający otwory fiksacyjne wypełnione silikonem, z komorą tytanową, wysokość 10,6mm, waga portu 4,6g, membrana silikonowa o średnicy 9,5mm, komora o objętości 0,25 ml, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć, niewykluczający wykonywania badań TK



ul. Pomorska 251

ul. Czechosłowacka 8/10

ul. Sporna 36/50

42 675 70 00 42 678 93 68

42 675 70 00 42 679 17 80

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi, szybkość przepływu kontrastu 5 ml/s, membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji, niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 8,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 2,8mm, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu. Z zestawem akcesoriów wprowadzających składającym się z: strzykawka 10ml, igła Seldingera 18G, dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu, drut prowadnik J w podajniku, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz naczyń z osłonką rozrywalną, tunelizator o tępych zakończeniach, igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm (możliwość podania kontrastu pod ciśnieniem do 325psi), sterylny rękaw do USG (bez lateksu) do sondy USG oraz dwie sterylne gumki do zabezpieczenia rękawa, sterylny żel do USG. Każdy port posiada instrukcję w jęz. polskim oraz kartę pacjenta umożliwiającą identyfikację portu.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 58

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3 port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu z komorą tytanową, wysokość portu 10,6mm, waga portu 4,7g, membrana silikonowa o średnicy 9,5 mm, komora o objętości 0,25 ml, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć, niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi, membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji, niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 8,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 2,8mm, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu. Z zestawem akcesoriów wprowadzających składającym się z: strzykawka 10ml, igła Seldingera 18G, dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu, drut prowadnik J w podajniku, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz naczyń z osłonką rozrywalną, tunelizator o tępych zakończeniach, igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm (możliwość podania kontrastu pod ciśnieniem do 325psi). Każdy port posiada instrukcję w jęz. polskim oraz kartę pacjenta umożliwiającą identyfikację portu.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 59

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4 port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu z komorą tytanową, wysokość portu 10,6mm, waga portu 4,7g, membrana silikonowa o średnicy 9,5 mm, komora o objętości 0,25 ml, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć, niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania



ul. Pomorska 251

ul. Czechosłowacka 8/10

ul. Sporna 36/50

42 675 70 00 42 678 93 68

42 675 70 00 42 679 17 80

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☎ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

kontrastu do w/w badań do 325psi, membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji, niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 6,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 2,2mm, długość 800mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu. Z zestawem akcesoriów wprowadzających składającym się z: strzykawka 10ml, igła Seldingera 18G, dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu, drut przewodnik J w podajniku, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną, tunelizator o tępych zakończeniach, igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm (możliwość podania kontrastu pod ciśnieniem do 325psi). Każdy port posiada instrukcję w jęz. polskim oraz kartę pacjenta umożliwiającą identyfikację portu.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 60

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 5 igłę bezpieczną, z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym, kaniula niesilikonowana, przezroczysty dren (19cm +/-1cm) pozbawiony DEHP i lateksu, skrzydełka przezroczyste z karbowaniem ułatwiającym użycie, przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia (zintegrowana, twarda podkładka nieabsorbująca płynów), otwory w podstawie ułatwiające wentylację i ograniczające ryzyko infekcji, wizualne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego, igła posiada karbowanie wzmacniające mocowanie igły podczas iniekcji pod wysokim ciśnieniem, możliwość zabezpieczenia drenu w celu uniemożliwienia rotacji igły w porcie, oznaczenie wielkości igły oraz maksymalnego ciśnienia w miejscu umożliwiającym weryfikację pod założeniu opatrunku, maksymalne ciśnienie iniekcji 325 psi? Rozmiary G19, G20, G22 długości 15mm, 20mm, 25mm, 32mm?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 61

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 6 igłę do portów z drenem 20cm +/-1 cm do podaży leków, cytostatyków, wlewów, transfuzji, pobierania próbek krwi z dużymi, elastycznymi skrzydełkami, bez zawartości lateksu z możliwością identyfikacji rozmiaru igły przez kolory zacisku G19 brązowy G20 żółty G22 czarny rozmiary G19 15mm 20mm 25mm G20 15mm 20mm 25mm 30mm G22 15mm 20mm 25mm?

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 62

Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 1, 2, 4, 8



ul. Pomorska 251

ul. Czechosłowacka 8/10

ul. Sporna 36/50

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Prosimy o dopuszczenie kołder o następujących parametrach:

zapewniając równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta

- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przezierny dla promieni RTG
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania za pomocą wiązania)

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 63

Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kołder na całe ciało pacjenta dorosłego, o wymiarach: 195x100 cm

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 64

Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kołder pod pacjenta, o wymiarach: 217 x 91 cm

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 65

Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 4, 8

Prosimy o dopuszczenie kołder na dolną część ciała pacjenta dorosłego, o wymiarach: 120x100 cm lub kołdrę na całe ciało o wymiarach 195x100 cm lub kołdrę na górną część ciała o wymiarach 124 x 94 cm

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 66

Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 3, 5-7

Prosimy o wydzielenie poz. 3, 5, 6, 7 do osobnej części, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.



ul. Pomorska 251

ul. Czechosłowacka 8/10

ul. Sporna 36/50

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 67

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2

Defibrylatory będące w posiadaniu Zamawiającego mają możliwość monitorowania wysokiej jakości ucisku klatki piersiowej przy zastosowaniu elektrod z wbudowanym czujnikiem ucisku. Funkcja ta umożliwi monitorowanie na panelu defibrylatora czy uciski prowadzone są z odpowiednią częstotliwością, w odpowiednim tempie, na odpowiednią głębokość dla dzieci i dorosłych od 8 roku życia lub 25kg.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą:

- o wydzielenie pozycji z pakietu
- uznanie parametru: elektroda z czujnikiem ucisku jako wymaganego.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu.

Pytanie Nr 68

Dotyczy Pakietu nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie igieł do portu – poz. 5 i 6 do osobnego pakietu i zaoferowanie portów naczyniowych według następującego opisu:

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie Nr 69

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ~~wydzielenie igieł do portu – poz. 5 i 6 do osobnego pakietu i~~ zaoferowanie portów naczyniowych według następującego opisu:

Poz. 1. Port naczyniowy niskoprofiowy z zestawem wprowadzającym. o wadze 8g. port szerokości 24mm, wysokości 10,4 mm, port w całości wykonany tytanu o kształcie zbliżonym do trójkąta, 3 otwory fiksacyjne. Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym, komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, membrana niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkluc, dołączony cewnik poliuretanowy, o średnicy wewnętrznej 1,20 mm, a średnicy zewnętrznej 2,20mm (6,6 Fr) widoczny w RTG o długości 70 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm i opis co 5 cm, z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępą igłą do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta 22G, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości 10 ml, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 300 psi przy podawaniu kontrastu, przepływ 5 ml/sek.

W zestawie paszport oraz pakiet edukacyjny dla pacjenta w języku polskim;

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Pytanie Nr 70

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ~~wydzielenie igieł do portu – poz. 5 i 6 do osobnego pakietu i~~ zaoferowanie portów naczyniowych według następującego opisu:

Poz. 2 Port naczyniowy plastikowy z zestawem wprowadzającym o wadze 6,3 g, 3 otwory fiksacyjne. Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym, komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik spoliuretanowy, o średnicy wewnętrznej 1,20 mm, a średnicy zewnętrznej 2,40 mm (6,6 Fr) widoczny w RTG o długości 70 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm i opis co 5 cm, z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta 22G, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości 10 ml, , Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 300 psi przy podawaniu kontrastu, przepływ 5 ml/sek.

W zestawie paszport, pakiet edukacyjny dla pacjenta w języku polskim.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 71

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ~~wydzielenie igieł do portu – poz. 5 i 6 do osobnego pakietu i~~ zaoferowanie portów naczyniowych według następującego opisu:

Poz. 3 Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 12 mm i wadze 12,5 g, średnia podstawy 28,7mm, 3 otwory fiksacyjne, objętość własna 0,5 ml, średnica przegrody 12mm, powierzchnia nakłucia 1,13 cm², komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszywania portu, membrana niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,4 mm, a średnicy zewnętrznej 2,67 mm (8,0 Fr) widoczny w RTG o długości 50 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18Ga, koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości 10 ml, kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 300 psi, przepływ 5 ml/sek przy podawaniu kontrastu, W zestawie paszport, pakiet edukacyjny w języku polskim.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 72



ul. Pomorska 251

42 675 70 00 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

42 675 70 00 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ~~wydzielenie igieł do portu – poz. 5 i 6 do osobnego pakietu i~~ zaoferowanie portów naczyniowych według następującego opisu:

Poz. 4 Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 12 mm i wadze 12,5 g, średnia podstawy 28,7 mm, 3 otwory fiksacyjne, objętość własna 0,5 ml, średnica przegrody 12 mm, powierzchnia nakłucia 1,13 cm², komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszywania portu, membrana niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,4 mm, a średnicy zewnętrznej 2,67 mm (8,0 Fr) widoczny w RTG o długości 50 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18Ga, koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości 10 ml, , Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 300 psi, przepływ 5 ml/sek przy podawaniu kontrastu, W zestawie paszport, pakiet edukacyjny w języku polskim.

ODP: zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 73

Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych i zmodyfikowanie zapisów umowy w sposób następujący: „za opóźnienie w wykonaniu dostawy towaru będącego przedmiotem umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wartości zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki”.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 74

Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych i zmodyfikowanie zapisów umowy w sposób następujący: „za opóźnienie w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wartości nie wymienionego towaru lub nie uzupełnionego, za każdy dzień zwłoki”.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 75

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do osłony sondy. Skład zestawu:

- 1 owinięcie zestawu wykonane z miękkiej włókniny 30x30 cm,



ul. Pomorska 251

ul. Czechosłowacka 8/10

ul. Sporna 36/50

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

- 1 osłona sondy 244x15 cm, wykonana z czystego poliuretanu

- 1 żel ultradźwiękowy 20g

- 2 elastyczne gumki

Zestaw zapakowany w sterylnej w rozrywaną torebkę papierowo –foliową.

ODP: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 76

Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 11

1/ Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 11 z pak 32

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie Nr 77

Dotyczy Pakietu nr 32 poz

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie konkurencyjnej cenowo i jakościowo maski anestetycznej o następujących parametrach: Maski anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały / dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Sekretarz komisji przetargowej

Ewa Walkowiak-Dziubich



ul. Pomorska 251

ul. Czechosłowacka 8/10

ul. Sporna 36/50

42 675 70 00 42 678 93 68

42 675 70 00 42 679 17 80

42 617 77 77 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”

