



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**  
**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**  
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251  
REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790  
☎ 42 675 75 00 poc@csk.umed.pl  
☎ 42 678 93 68 http://www.csk.umed.pl/

Łódź, dn. 15.07.2019 r.

## Wszyscy Wykonawcy

### WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego pn. „Dostawa jałowych obłożeń operacyjnych, chirurgicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.” - Sprawa nr ZP /43/2019

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

#### **Pytanie nr 1 –**

##### **Dotyczy Pakietu nr 23**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 23 wyrazi zgodę na fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 43 g/m<sup>2</sup>, rękaw zakończony niepyłącym, elastycznym mankietem bawełnianym o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki łączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny w roz. L i XL, osłonkę na aparaturę w kształcie beretu o średnicy 90 x 90 cm i serwetę na stolik 140 x150 cm, do zawinięcia zestawu ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych parametrów z SIWZ.**

#### **Pytanie nr 2**

##### **Dotyczy Pakietu nr 22**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 wyrazi zgodę na : Prześcieradło do okrycia chorego wykonane z włókniny SMS o wym. 240x350cm z 2 okrągłymi otworami o śr. 14cm podklejone delikatną folią przylepną, sam otwór 7,5cm, otoczone warstwą chłonną o wymiarach 100x280cm. Folia z 2 stron służąca do zabezpieczenia pulpitu o wymiarach 70x350 cm, fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 43 g/m<sup>2</sup>, rękaw zakończony niepyłącym, elastycznym mankietem bawełnianym o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki łączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, serwetę - 90x75cm, z paskiem klejącym o szerokości 5 cm i długości 90cm ?.

**Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę przy zachowaniu pozostałych parametrów z SIWZ .**

#### **Pytanie nr 3**

##### **Dotyczy Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z materiału trójwarstwowego o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodnie z wymogami oraz ręczniki celulozowe o wymiarach 30 cm x 33 cm; reszta bez zmian?

**Odpowiedź: Tak. Dopuszczam**

#### **Pytanie nr 4**

##### **Dotyczy Pakietu nr 10, poz.1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 Pozycji 1 serwetki okulistycznej o wymiarach 160x240cm z oknem w polu operacyjnym 10x10cm wypełnionym folią chirurgiczną, po obu stronach 2 zbiorniki na płyny z mostkiem do regulacji kształtu dodatkowo wyposażona w jeden organizator przewodów. Wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze nim. 51g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy Pakietu nr 10, poz.1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 Pozycji 1 osłony na podłokietnik o wymiarach min. 30x75cm.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy Pakietu nr 10, poz.1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 Pozycji 1 serwety na stół instrumentariuszki o wymiarach 200x150cm w całości wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy Pakietu nr 5, poz.1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 1 zestawu o następującym składzie:  
1x Serweta główna o wymiarach 200x280cm z otworem o średnicy 10cm, wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 51g/m<sup>2</sup> z warstwą chłonną w strefie krytycznej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy min. W strefie krytycznej min. 991 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie sucho/ mokro w strefie krytycznej min. 105/83 kPa.

1x Włókninowa taśma lepna 10x50cm

1x 2x Ręcznik do rąk

1x Serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x190cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy Pakietu nr 5, poz.1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 1 serwety okrywającej pacjenta o wymiarach 200x280cm z otworem o średnicy 12cm, wykonanej z włókniny typu SMS o gramaturze min. 51g/m<sup>2</sup> dodatkowo w strefie krytycznej wzmocniona laminatem trójwarstwowym o gramaturze min. 105g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy min. w strefie krytycznej min. 999 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie sucho/ mokro w strefie krytycznej min. 160/123 kPa.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy Pakietu nr 5, poz.1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 1 Chłonny ręcznik polipropylenowy o wymiarach 30x30cm.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy Pakietu nr 5, poz.1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 1 włókninowej taśmy lepnej o wymiarach 10x50cm.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy Pakietu nr 5, poz.1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 1 serwety na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x190cm.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy Pakietu nr 5, poz.2**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 2 sterylnej serwety o wymiarach 120x160cm z przyklepnym otworem 6x8cm z wzmocnieniem 20x20cm. Serweta wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min. 51g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie wykonane z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min. 105 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy min. w strefie krytycznej min. 999 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie sucho/ mokro w strefie krytycznej min. 160/123 kPa.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 13**

**Dotyczy Pakietu nr 5, poz.3**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 3 serwety o wymiarach 75x100cm z samoprzylepnym otworem umieszczonym centralnie o wymiarach 6x8cm, serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m<sup>2</sup>, o odporności na przenikanie cieczy min. 200 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 160/123 kPa

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 14**

**Dotyczy Pakietu nr 5, poz.4**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 4 serwety do zabiegów laryngologicznych o wymiarach 200x260cm z otworem U 8x80cm wykonanej w całości z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49g/m<sup>2</sup> z warstwą chłonna w strefie krytycznej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup> o wymiarach 40x60cm.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .**

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy Pakietu nr 5, poz.4**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 4 serwety na stół instrumentariuszki o wymiarach min. 150x190cm

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 16**

**Dotyczy Pakietu nr 5, poz.4**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 4 serwety na stolik Mayo o wymiarach 80x140cm.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 17**

**Dotyczy Pakietu nr 5, poz.4**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 Pozycji 4 serwety do zawijania głowy tzw. turban 2 - elementowa o miarach 90x100cm

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 18**

**Dotyczy Pakietu nr 6, poz.1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 6 Pozycji 1 serwety o wymiarach 160x200cm wykonana z włókniny typu SMS z dodatkową warstwą chłonną z laminatu dwuwarstwowego w obszarze krytyczny z otworem o średnicy 10cm, otwór znajduje się 50 cm od górnego końca serwety.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 19**

**Dotyczy Pakietu nr 7, poz.1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 7 Pozycji 1 serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49g/m<sup>2</sup> o odporności na przenikanie cieczy 260 H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/ mokro min. 44/40 kPa

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 20**

**Dotyczy Pakietu nr 13, poz.1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 Pozycji 1 tupfer gazowy 40x40cm, 17 nitkowy, zamiast tupfer 50x50cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 21**

**Dotyczy Pakietu nr 13, poz.1,2**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 13 Pozycji 1,2 serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49g/m<sup>2</sup> o odporności na przenikanie cieczy 260 H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/ mokro min. 44/40 kPa.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry serwety, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych w SIWZ parametrów**

**Pytanie nr 22**

**Dotyczy Pakietu nr 23, poz.1**

Prosimy o wydzielenie z zestawu do zabiegów angioplastycznych pozycji ; zestaw do kontrastu i utworzenie z niego osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 23**

**dotyczy Pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 6 sterylnej serwety chirurgicznej dwuwarstwowej, nieprzemakalnej 150x180cm z otworem przylepnym o wymiarach 6x15cm, otwór znajduje się 80cm od górnego końca serwety, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 24**

**– dotyczy Pakietu nr 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 22 niżej opisanego zestawu?

- Serweta główna 250x260cm z jednym panelem foliowym po prawej stronie serwety o szerokości 100cm, z dwoma otworami o średnicy 12cm z przylepcami wokół otworów zabezpieczonymi papierem silikonowanym. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, kolor niebieski z dodatkową łąką chłonna wokół otworów o wymiarach 75x125cm i gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m<sup>2</sup>, chłonność 990%, wytrzymałość na rozciąganie na mokro kierunek wzdłużny 125N, kierunek poprzeczny 62N, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168kPa, odporność na przenikanie cieczy 165cmH<sub>2</sub>O. Folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – 1 szt.

- serwetki do rąk 30x34cm – 4szt

- fartuch chirurgiczny jałowy, wykonany z włókna polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, rękaw zakończony niepylącym mankietem o długości 7cm, rękaw typu reglan, szwy szyte metodą ultradźwiękową, zapięcie pod szyją na rzep, kartonik do podtrzymania troków pozwalający na zawiązanie fartucha najpierw na "brudno", a następnie na "czysto", złożenie w sposób ułatwiający samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, odporność na przenikanie 40cmH<sub>2</sub>O. Rozmiar XL – 145cm – 2 szt.

- skalpel jednorazowy sterylny, rozmiar 15 – 1 szt

- kleszcze opatrunkowe plastikowe 19cm – 1szt

- kompresy gazowe 17N, 12W 7,5x7,5cm z brzegami zawijanymi podwójnie - 50szt

- miska plastikowa okrągła, niebieska 250ml – 2szt

- osłona foliowa na aparaturę medyczną, ściągnięta elastyczną gumką, 140cm – 2szt

- całość owinięta w serwetę na stół do instrumentarium o wymiarach 150x190cm, wykonaną z folii PE piaskowanej o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>, z wzmocnieniem chłonnym o wymiarach 75x90cm, wykonanym z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 85g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m<sup>2</sup>. Folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny – 1 szt

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 25**

**– dotyczy Pakietu nr 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 22 niżej opisanego zestawu?

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm

• 1 serweta angiograficzna 230x370cm ze wzmocnieniem w części górnej, z 4 otworami przylepnymi do angiografii, 2 otwory skrajne owalne 5x7cm, 2 otwory wewnętrzne owalne 7x10cm, otwory zabezpieczone papierem silikonowym, po obu stronach serwety panele boczne wykonane z przezroczystej folii

• 2 fartuchy chirurgiczne rozm. XL, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy

• 2 osłony foliowe na lampę i ekran wykonane z przezroczystej folii, typu czapeczka, ściągnięta gumką o wym. Ø 90cm

• 1 osłona foliowa na lampę i ekran wykonane z przezroczystej folii, typu czapeczka, ściągnięta gumką o wym. Ø 140cm

• 1 miska medyczna plastikowa o pojemności 250ml

• 1 miska medyczna plastikowa o pojemności 500ml

• 1 gąbka do mycia i dezynfekcji skóry 4x4x2cm + szpatułka 15x2,5cm

- 2 strzykawki 3cz. Luer Lock 20ml
- 2 strzykawki 3cz. Luer 10ml
- 4 rękawki do rąk 30x34cm
- 50 Kompresów gazowych 17n/8w 7,5x7,5cm
- 1 skalpel nr 11 z rączką i osłoniętym ostrzem

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 26-**

**Pakiet nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 100 x 150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 27-**

**Pakiet nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 240 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 28**

**Pakiet nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 180 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 29**

**Pakiet nr 18**

Czy Zamawiający dopuści wzmocnione fartuchy chirurgiczne wykonane z oddychającej włókniny typu Spunlace, z wstawkami z przodu i na rękawach (od mankietu do wysokości powyżej łokcia) wykonanymi z nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen + polietylen) o gramaturze 42g/m<sup>2</sup> (przód) i 40,5g/m<sup>2</sup> (rękawy), z rękawem zakończonym poliestrowym, elastycznym i pochłaniającym pot mankietem? Fartuchy skonstruowane oraz złożone w sposób zapewniający sterylną aplikację przez personel, w rozmiarach: S/M, L, XL, XL long, XXL.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 30**

**Pakiet nr 21 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami wszytymi w sposób prosty, dostępny w rozmiarach L- 130 cm, XL- 150 cm, XXL- 150 cm large, XL long- 170 cm, pakowany w opakowanie papierowo - foliowe z dwiema etykietami samoprzylepnymi dla potrzeb dokumentacji zawierającymi nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta, po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje na opakowaniu, zapakowany dodatkowo z dwoma rękawkami? Paraprzepuszczalność na poziomie 6400 g/m<sup>2</sup>/24h, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 123/112 kPA. Odporność na penetrację mikrobiologiczną wg normy EN 13795 nie dotyczy produktów sterylnych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane warunki przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów**

**Pytanie 31**

**Pakiet nr 21 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS dostępny w rozmiarach L, XL, XXL, XL long? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane warunki przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów**

**Pytanie 32**

**Pakiet nr 21 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS, z rękawami wszytymi w sposób prosty, z wyraźnym oznakowaniem rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, zapakowany w papier krepowy, z dwoma rękawkami? Fartuch dostępny w rozmiarach: L, XL, XXL, XL long? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane warunki przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów**

**Pytanie 33**

**Pakiet 4, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści podkłady wykonane z włókniny podfoliowanej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 34-**

**Pakiet 4, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści serwety w opakowaniu folia-papier z 4 etykietami samoprzylepnymi typu TAG służącymi do archiwizacji danych?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 35**

**Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 36**

**Pakiet 4, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 37**

**Pakiet 18**

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 38**

**Pakiet 18**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony na przedmamienu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> (włóknina polipropylenowa 25g/m<sup>2</sup> + folia PE 15g/m<sup>2</sup>)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 39**

**Pakiet 19, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm z wzmocnieniem w rozmiarze 60x140cm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

**Pytanie40**

**Pakiet 19, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x240cm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

**Pytanie 41**

**Pakiet 19, pozycja 4, 9, 10**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

**Pytanie 42**

**Pakiet 19, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 43**

Pakiet 19, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

**Pytanie 44**

Pakiet 19, pozycja 4, 6, 7, 9, 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 45**

Pakiet 20, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 46**

Pakiet 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściową:

górną część z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolną część z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 47**

Pakiet 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściową:

górną część z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolną część z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm

wykonana z folii o gramaturze o gramaturze 65g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 48**

Pakiet 20, pozycja 2, 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę pakowaną a'1sztuka?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

**Pytanie 49**

Pakiet 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę o długości 250cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 50**

Pakiet 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę w kształcie kuli w rozmiarze 65x85cm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

**Pytanie 51**

Pakiet 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu Spunlance o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>, standardowy, prosty rękaw zakończony mankietem poliestrowym o długości 7,5cm, szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szycia, odporności na przenikanie cieczy 226,20cm H<sub>2</sub>O, paro przepuszczalności 6200g/m<sup>2</sup>/24h, wytrzymałości na rozzerwanie na sucho/mokro 268,9/262kpa, o czystości mikrobiologicznej 0CFU/100cm<sup>3</sup>, opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, o długościach M-124cm, L-128cm, XL-138cm, XXL-157cm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

#### **Pytanie 52**

Pakiet 21, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby fartuch charakteryzował się odpornością na alkohole.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

#### **Pytanie 53**

Pakiet 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

#### **Pytanie 54**

Pakiet 21, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch z prostym standardowym rękawem, dostępny w rozmiarach M, L, XL i XL, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

#### **Pytanie 55**

- dotyczy pakiet nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny jednoczęściowy foliowy pokrowiec na aparat RTG, wykonany z przezroczystej folii PE (zabezpiecza górną połowę aparatu RTG), o wymiarach 117x183cm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

#### **Pytanie 56**

– dotyczy pakietu 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny jednoczęściowy foliowy pokrowiec na aparat RTG, wykonany z przezroczystej folii PE (zabezpiecza cały aparat RTG), o wymiarach 152x265cm?

Opakowanie jednostkowe posiada min. dwie samoprzylepne kontrolki do umieszczenia w dokumentacji medycznej, zawierające: identyfikator producenta, data ważności, numer LOT oraz numer katalogowy. Opakowanie: 24 szt.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

#### **Pytanie 57**

– dotyczy pakietu 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę o średnicy 75 cm, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd? Opakowanie: 32 szt.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

#### **Pytanie 58**

Pakiet 18

Czy można zaoferować fartuch chirurgiczny wzmocniony z nieprzemakalnymi wstawkami z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze laminatu 43g/m<sup>2</sup> o rozmiarach M; L; XL; XXL? Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



**Pytanie 59**

**Pakiet 19 poz. 3**

**Poz. 3.** Czy można zaferować serwetę chirurgiczną, sterylną o wymiarach 240x180cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

**Pytanie 60**

**Pakiet 19 poz. 5.**

Czy można zaferować osłonę na kończynę o rozmiarach 45x80cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego o gramaturze 43 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

**Pytanie 61**

**Pakiet 19 poz. 6.**

Czy można zaferować serwetę o rozmiarze 240x180cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

**Pytanie 62**

**Pakiet 19 poz. 7.**

Czy można zaferować serwetę o rozmiarze 90x150cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

**Pytanie 63**

**Pakiet 19 poz. 8.**

Czy można zaferować taśmy o rozmiarze 9x50cm?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

**Pytanie 64**

**Pakiet 19 poz. 10.**

Czy można zaferować serwetę z otworem o średnicy 8cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

**Pytanie 65**

**Pakiet 21 poz. 1.**

Czy można zaferować fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min. 68 g/m<sup>2</sup>, rękaw zakończony niepylącym mankietem poliestrowym o długości min. 7cm, rękawy typu reglan, szwy bieliżniane, zapięcie pod szyją na rzep, kartonik do podtrzymania troków pozwalający na zawiązanie fartucha najpierw na „brudno”, a następnie na „czysto”, złożenie w sposób „book folded” ułatwiający samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny. Odporność na przenikanie cieczy min 25,2 cm H<sub>2</sub>O, paroprzepuszczalność na poziomie min. 3092g/m<sup>2</sup>/24h. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z dużą, czytelną, podwójnie perforowaną etykietą trójdzielną z dwiema naklejkami transferowymi, zawierającymi numer serii, datę ważności numer LOT, po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje na części papierowej opakowania. Rozmiar fartucha (M; L; XL; XXL) umieszczony w widocznym miejscu na fartuchu celem identyfikacji rozmiaru. Długość fartucha M – 130cm, L - 140cm, XL – 150cm, XXL – 165cm. Fartuch charakteryzuje się odpornością na alkohole. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Pragniemy poinformować, że aktualnie dostarczamy wyżej opisane fartuchy do szpitala zgodnie z obowiązującą umową. nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń odnośnie jakości zaferowanego asortymentu.

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

**Pytanie 66**

**Pakiet 21 poz 2.**

Czy możemy zaferować fartuchy o rozmiarze S, M, L, XL i XXL? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Pragniemy poinformować, że aktualnie dostarczamy fartuchy w wyżej wymienionych rozmiarach do szpitala zgodnie z obowiązującą umową. nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń odnośnie jakości zaferowanego asortymentu.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

**Pytanie 67**

**Pakiet 21 poz. 3.**

Czy możemy zaferować fartuchy o rozmiarze S, M, L, XL i XXL? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Pragniemy poinformować, że aktualnie dostarczamy fartuchy w wyżej wymienionych rozmiarach do szpitala zgodnie z obowiązującą umową. nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń odnośnie jakości zaferowanego asortymentu.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

**Pytanie 68**

**Pakiet 23 poz. 1**

Czy można zaferować zestaw do zabiegów angioplastycznych z serwetą główną o rozmiarze 235x320cm z panelem przezroczystym z prawej strony o rozmiarze 90x320cm, z zestawem do kontrastu o długości drenu 180cm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 69**

**Pakiet 1 poz. nr 1-2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókny SMS, zapinanych przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy .**

**Pytanie 70**

**Pakiet 1 poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwetki o chłonności warstwy zewnętrznej min. 285%? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy .**

**Pytanie 71**

**Pakiet 1 poz. nr 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania obłożenia do cystoskopii o chłonności warstwy zewnętrznej min. 285 %, posiadającego w swoim składzie serwetkę na stolik narzędziowy i stolik Mayo o gramaturze min. 90 g/m<sup>2</sup> oraz ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 33 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy .**

**Pytanie 72**

**Pakiet 1 poz. nr 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania obłożenia uniwersalnego o chłonności warstwy zewnętrznej min. 285 %, posiadającego w swoim składzie serwetkę na stolik narzędziowy i stolik Mayo o gramaturze min. 90 g/m<sup>2</sup> i następującym składzie:

- 1 x serwetka na stolik narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)
  - 1 x serwetka na stolik Mayo 80 x 145 cm
  - 1 x serwetka przylepna 200 x 170 cm
  - 1 x serwetka przylepna 175 x 170 cm
  - 2 x serwetka przylepna 90 x 75 cm
  - 1 x kieszka przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm
  - 1 x skalpel bezpieczny Nr 15
  - 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
  - 2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm
  - 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm
- Pozostałe parametry i skład bez zmian

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy .**

**Pytanie 73**

**Pakiet 4 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwetki o gramaturze min. 55 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 74**

**Pakiet 4 poz. nr 1-2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwet pakowanych w opakowanie papierowo- foliowe z podwójną etykietą przylepną z pojedynczą perforacją?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry serwety, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych w SIWZ parametrów**

**Pytanie 75**

**Pakiet 8 poz. nr 1;4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwet o chłonności warstwy zewnętrznej min. 285%? Pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 76**

**Pakiet 8 poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 77**

**Pakiet 8 poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety w rozmiarze 37,5 x 45 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 78**

**Pakiet 19 poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłony na stolik Mayo posiadającej wzmocnienie o wymiarach min. 60 x 85 cm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

**Pytanie 79**

**Pakiet 19 poz. nr 2-4; 9-10**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwet chirurgicznych wykonanych z laminatu 2- warstwowego ( PP-PE ) o min. gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

**Pytanie 80**

**Pakiet 19 poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety w rozmiarze 150 x 240 cm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

**Pytanie 81**

**Pakiet 19 poz. nr 9**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety chirurgicznej posiadającej otwór o średnicy 7 cm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

**Pytanie 82**

**Zapisy SIWZ**

**PROJEKT UMOWY**

1. **§ 3, ust. 1-** W związku z zastrzeżeniem w umowie uprawniającym zamawiającego do niezrealizowania całości zamawianego asortymentu bez jednoczesnego określenia minimum gwarantowanego wnosimy o jego zmianę poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70%

Zrezygnowanie przez Zamawiającego z określenia minimalnej wysokości realizacji umowy i przyjęcie dowolności w tym zakresie, stanowi dla potencjalnego Wykonawcy niepewność obrotu gospodarczego. W przedmiotowym postępowaniu można dostrzec dysproporcję między świadczeniami Zamawiającego i Wykonawcy, przy czym ten pierwszy przyjmuje pozycję dominującą, znacznie

ograniczając prawa Wykonawcy. W owym stosunku to Wykonawca będzie ponosił znaczące ryzyko realizacji zamówienia; po pierwsze, w zakresie obowiązku zabezpieczenia realizacji umowy, a po drugie – zabezpieczenia swojej odpowiedzialności przewidzianej w umowie i w przepisach prawa. Rażąca dysproporcja między stronami, może stanowić podstawę naruszenia zasad współżycia społecznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający oszacował wielkość zamówienia z należytą starannością i przewiduje pełną jego realizację, jednakże z przyczyn wymienionych w ust.2 umowy nie może zobowiązać się do określenia % jej zakresu.

1. Ust. 1 to: Ilości określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, stanowią wielkość szacunkową uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz ilości wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku do umowy szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i zostać zredukowane do faktycznych potrzeb i możliwości, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

#### **Pytanie 83**

##### **Zapisy SIWZ**

§ 6, ust. 1d- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 1% wartości niewymienionego towaru?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie 84**

##### **Pakiet 5 poz. 1 i 4**

Prosimy o wyjaśnienie czy w trosce o ochronę środowiska naturalnego Zamawiający oczekuje aby zaoferowane zestawy pochodziły od producentów spełniających wymogi normy środowiskowej ISO 14001, (potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty), która odnosi się do zarządzania programami ochrony środowiska danego producenta . Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie i zasoby służące rozwojowi, wdrażaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony środowiska. Celem systemu zarządzania środowiskowego jest zwiększenie przestrzegania zasad środowiskowych i zmniejszenie ilości odpadów.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

#### **Pytanie 85**

##### **Pakiet 5 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie obłożenia o wytrzymałości na rozerwanie na mokro i sucho min. 190 kPa zamiast min. 200 kPa.

**Odpowiedź** Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie 86**

##### **Pakiet 5 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie obłożeń zawierających 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

**Odpowiedź** Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie 87**

##### **Pakiet 5 poz. 1-4**

Prosimy o wyjaśnienie czy zapis „zaoferowany asortyment winien być bezzapachowy” należy rozumieć obłożenia/serwety sterylizowane tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź:** Tak, bezzapachowe

#### **Pytanie 88**

##### **Pakiet 5 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 112x152cm (zamiast 112x125cm) z otworem 8x10, wzmocnienie 47x51 z włókniny (polipropylen, polietylen) o gramaturze 70 g/m<sup>2</sup>. (zamiast 75 g/m<sup>2</sup>)

**Odpowiedź** Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie 89**

##### **Pakiet 5 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy serweta główna winna posiadać wąskie (nie szersze niż 2,5cm) taśmy lepne zapewniające bezpieczeństwo i łatwą aplikację serwety z uwagi na małą powierzchnię pola operacyjnego.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 90**

**Pakiet 5 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 90x75cm z otworem przylepnym owalnym 6x8cm, serweta wykonana z bilaminatu (polipropylen+polietylen) o gramaturze 58 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikane płynów > 200cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na mokro i sucho min. 197 kPa.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 91**

**Pakiet 5 poz.4**

Prosimy o dopuszczenie serwety na głowę do zawijania w tzw. turban 2-elementowa przylepna 82,5x107cm zamiast 82x107cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 92**

**Pakiet 5 poz.4**

Prosimy o wyjaśnienie czy przez wzmocnienie antypoślizgowe Zamawiający rozumie antypoślizgową matę na narzędzia w roz .....?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga maty antypoślizgowej na narzędzia.**

**Pytanie 93**

**Pakiet 5 poz.4**

Prosimy o dopuszczenie serwety na stolik Mayo nieznacznie większej tj. 80x142cm zamiast 77x142cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 94**

**Pakiet 14 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 5-warstwowego podkładu chłonnego na stół operacyjny, przeciwoleźynowej, trójwarstwowa laminowana folia polietylenowa, chłonna warstwa polimerowa i włóknina polipropylenowa. Technologia rdzenia polimerowego szybko odprowadza wilgoć, pozostawiając skórę suchą i nienaruszoną. Antypoślizgowa folia polietylenowa na spodzie. Wymiary serwety 102x229cm; jednorazowe prześcieradło do przesuwania i repozycjonowania pacjenta 102x152cm. Serweta ochronna jest przebadana na udźwig 226 kg, jednocześnie zaznaczając iż nie było skarg na wyższe wartości kilogramów.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 95**

**Pakiet 14 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przenośnej maty na podłogę o lepszej chłonności płynów tj. 3l/m<sup>2</sup> w rozmiarze 71x101cm. Mata posiada foliowy, antypoślizgowy spód zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Mata nie jest wyrobem medycznym, tzn. jest objęta 23% stawka VAT.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 96**

**Pakiet 14 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon na podłokietniki o wymiarach 31,5x71cm ± 2cm po 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem.

**Odpowiedź :Tak, dopuszczamy zaproponowane wymiary osłon. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 97**

**Pakiet 18.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wzmocnionych, wykonany z włókniny typu spunlance, oddychającej włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min 68 g/m<sup>2</sup>. Nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach wzmocnienia (od mankietu do wysokości powyżej łokcia) z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu (folia polietylenowa+włóknina) o łącznej gramaturze wzmocnienia 40 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym pochłaniającym pot mankietem dzianinowym. U góry, przy szyi zapinany rzep, troki łączone kartonikiem, poły fartucha zachodzące na siebie, zapewniające sterylne plecy, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar L,XL,XLL,2XLL.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 98**

**Pakiet 21 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy fartuchów wykonanych z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min 68 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony niepylącym mankietem dzianinowym o długości min. 8cm, rękaw (ultradźwięki), zapięcie pod szyją na rzep, kartonik do podtrzymywania troków pozwalający na zawiązanie fartucha najpierw na „brudno”, a następnie na „czysto”. Odporność na przenikanie cieczy min 25 cmH<sub>2</sub>). Wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 300 kPa. Opakowanie typu folia-papier, duża, czytelna, etykieta z min. Dwiema naklejkami transferowymi, zawierającymi, zawierającymi numer serii, datę ważności, numer LOT. Rozmiar fartucha umieszczony w widocznym miejscu fartucha celem identyfikacji rozmiaru. Długość fartucha: L-120cm, XL-130cm, XXL-150cm oraz XXL-133cm. Fartuch charakteryzuje się odpornością na alkohole.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 99****Pakiet 21 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha typu SMS pakowanego we włókninę w rozmiarach: S-115cm,M-120cm,L-130cm,XL-140cm,XXL-160cm. Reszta zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

**Pytanie 100****Pakiet 21 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o odporności na przenikanie cieczy min. 35 g/m<sup>2</sup> o paroprzepuszczalności ok. 4389 g/m<sup>2</sup>/24h. Fartuch wyposażony jest w metkę z rozmiarem, pakowany we włókninę z 2 serwetami 30x40cm. Rozmiary fartucha odpowiednio S-115cm, M-120cm, L-130cm, XL-140cm, XXL-160cm.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.**

**Pytanie 101****Dotyczy pakietu nr 2**

Zamawiający w pakiecie nr 2 opisał 2 produkty (podkłady higieniczne o różnych rozmiarach ) w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie ilości, zapotrzebowania dla każdego z asortymentu osobno.

**Odpowiedź: Podkłady o wymiarze 100x225 cm 600szt  
Podkłady o wymiarze 100x150 cm 400szt**

**Pytanie 102****Dotyczy pakietu nr 9**

Zamawiający opisał w jednym pakiecie 2 różne osłony proszę o podanie ilości dla każdej osłony z osobna.

**Odpowiedź: Osłona na sondę w kształcie młotka 100szt  
Osłona na sondę o wymiarze 12cm na 244cm 600szt.**

**Pytanie 103****Dotyczy pakietu nr 20 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony na ramię C spełniającej wymogi SIWZ w rozmiarze 1040 x 2300 mm ?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki.**

**Pytanie 104****Dotyczy pakietu nr 20 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty:

Sterylny pokrowiec na ramię C trzyczęściowy wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o grubości folii 0,05mm. Skład:

1 x osłona wzmacniacza wykonana z mocnej bezbarwnej folii PE, w kształcie kwadratu o wym. 91x76 cm, krawędź obszyta elastyczną gumką;

1x osłona lampy wykonana z mocnej bezbarwnej folii PE, w kształcie kwadratu o wym. 91x76 cm w , krawędź obszyta elastyczną gumką

1x osłona ramienia C wykonana z mocnej bezbarwnej folii PE o wymiarach 50 x 250 cm, wyposażona w sześć zintegrowanych plastikowych U kształtnych klamer, pozwalających na zabezpieczenie ramienia C zgodnie z zasadami aseptyki.

Opakowanie jednostkowe zawiera nazwę producenta, data ważności, numer LOT oraz numer katalogowy, opakowanie = 20 szt.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki.**

#### **Pytanie 105**

##### **Dotyczy pakietu nr 20 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony spełniającej wymogi SIWZ o wymiarach 130x 2350 mm ?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki.**

#### **Pytanie 106**

##### **Dotyczy pakietu nr 20 pozycja 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego pokrowca spełniającego wymogi SIWZ o wymiarach 35x 70 cm, opakowanie zbiorcze 80 sztuk ?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych produktów niż opisane w SIWZ zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie B – „Opis przedmiotu zamówienia - asortyment/ nazwa” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano zmiany zgodnie z odpowiedziami zamawiającego.”

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych wielkości opakowań niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie E - „Jednostka miary” i kolumnie I - „Ilość” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano przeliczenia ilości opakowań zgodnie z zapisami SIWZ.”

Jednocześnie informujemy, że **termin składania ofert** ustalony na dzień **22.07.2019 r. do godz. 9:00** nie ulega przesunięciu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2019 r. o godzinie 12:00.

Kierownik Działu Zamówień i Marketingu

  
Tomasz Miazek

