

## Pytania i odpowiedzi

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/56/2019 : „ Dostawę sprzętu medycznego ”**

### Pytanie 1:

#### CZEŚĆ 15 – system testowania szczelności endoskopów

- ❖ **ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ – zestawienie parametrów technicznych (punkt III – informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu ppkt. 2) oraz ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ – wzór umowy**

W związku z rozbieżnością w wymaganym czasie podjęcia naprawy (sposobie jego liczenia) – prosimy o potwierdzenie, że wiążące wymaganie znajduje się w projekcie umowy: **§ 2 ustep 4**

(„gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia awarii faksem, mailem lub telefonicznie .... **dni robocze** rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”).

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

- ❖ **ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ – zestawienie parametrów technicznych (punkt III – informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu ppkt. 3) oraz ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ – wzór umowy**

W związku z rozbieżnością w okresie dostępności części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że wiążące wymaganie znajduje się w projekcie umowy: **§ 2 ustep 13** („Wykonawca gwarantuje dostępność w częściach przez okres ... lat (min. 4 lata począwszy od daty przekazania aparatu do eksploatacji”).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

- ❖ **ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ – wzór umowy**

#### **§ 2 ustep 11 oraz zapisy punktu 7 zestawienia parametrów technicznych (załącznik nr 1 do SIWZ – punkt III – informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu:

W razie trzykrotnej naprawy tego samego modułu urządzenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad?

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza zapis „W razie trzykrotnej naprawy tego samego **modułu urządzenia** Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad”

#### **§ 2 ustep 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie zapisu, iż żądanie wymiany sprzętu na nowy będzie dotyczyło jedynie napraw gwarancyjnych?

(a nie wszelkich napraw w okresie gwarancji, w tym także tych, które byłyby wynikiem niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania lub celowego działania; *nie każda naprawa wykonywana w okresie gwarancji jest jednocześnie naprawą gwarancyjną*).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

#### **§ 4 ustęp 2**

Prosimy o potwierdzenie, że w wypadku dostarczenia równorzędnego urządzenia zastępczego (zgodnie z wymaganiami zapisu § 2 ustęp 10) nie będą naliczane odsetki za opóźnienie w usunięciu zgłoszonych usterek i wykonaniu napraw.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

#### **Pytanie 2**

##### **Dot. części 3 - Defibrylator**

##### **1. Dotyczy II. Parametry techniczne urządzenia - pkt.5:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie 8,2 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

##### **2. Dotyczy II. Parametry techniczne urządzenia - pkt.24:**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o pomiarze częstości akcji serca w zakresie 30 - 300 ud/min.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

##### **3. Dotyczy II. Parametry techniczne urządzenia - pkt.25:**

Czy Zamawiający dopuści amplitudę krzywej na czterech poziomach: 2,5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

##### **4. Dotyczy II. Parametry techniczne urządzenia - pkt.28:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez pomiaru głębokości i częstości ucisku i wyświetlania danych na ekranie defibrylatora przy użyciu elektrod jednorazowych?

Podany parametr wskazuje na jednego konkretnego producenta urządzeń, co znacznie ogranicza konkurencyjność rynku i wyklucza urządzenia o podobnych lub często lepszych parametrach.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

##### **5. Dotyczy II. Parametry techniczne urządzenia - pkt.29:**

Czy Zamawiający dopuści wydruk na papierze 58mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

##### **6. Dotyczy III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu - pkt.6:**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: Jaka będzie ilość uczestników szkolenia?

**Odpowiedź:** Około 30

### **Pytanie 3:**

#### **Część – 3 : Defibrylator**

1. Pkt 24: Prosimy o dopuszczenie zakresu częstości akcji serca 30-300 ud/min. Proponowany parametr w niewielkim stopniu różni się od wymaganego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów

#### **Pytania odnośnie zapisów umowy**

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 60 dni od daty podpisania umowy na

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający dopuści defibrylator fabrycznie nowy, nie rekondukcjonowany, wyprodukowany w 2018 roku z gwarancją 24 miesiące liczoną od daty dostawy? Defibrylator dodatkowo daje możliwość wykonania stymulacji przezskórnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### **Pytanie 4**

część 2 - Aparat RTG zębowy punktowy z wyposażeniem – 1szt.

Czy zamawiający wymaga dostarczenia aparatu w postaci lampy rentgenowskiej oraz oprogramowania?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający nie wymaga dostarczenia żadnego elementu przechwytyjącego zdjęcie typu: czujnik cyfrowy lub płytki fosforowe wraz ze skanerem do nich?

**Odpowiedź:** tak czujnik cyfrowy

Czy zamawiający nie wymaga dostarczenia komputera do obsługi oprogramowania ujętego w opisie przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

*Zamawiający wymaga zestawu złożonego z wielu elementów czyli : komputer, oprogramowanie, lampy, czujnika cyfrowego oraz osprzętu: stółek, fartuch ochronny posiadający osłonę na tarczyce .*

### **Pytanie 5:**

#### **Pakiet nr 7,8, 9,13,14,16**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pakiecie nr 7, 8, 9, 13, 14, 16 urządzenia nie będące wyrobami medycznymi według ustawy o wyrobach medycznych? Proponowane wyroby nie są klasyfikowane przez producentów jako wyrób medyczny. Posiadają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dyrektywami Unii Europejskiej deklaracje zgodności CE oraz oznaczone są znakiem CE.

**Odpowiedź:** zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego w pakietach 7,8, 9,13,14,16, urządzenia nie będące wyrobami medycznymi, zamawiaczy wymaga dostarczenia urządzeń zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet nr 13**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pakiecie nr 13 wagę elektroniczną, wyposażoną w czytelny wyświetlacz LCD, obciążeniem maksymalnym 600g, **obciążeniem minimalnym 20 mg**, dokładnością odczytu ( d ) 0,001g.?

**Odpowiedź:** zgodnie z SIWZ

#### **Pakiet nr 14**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pakiecie nr 14 – regał jezdny o poniższych parametrach:

- Regał jezdny z pięcioma półkami koszowymi.
- Wymiary: 1900 x 450 x 550 mm
- 2 kosze wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o wymiarach: 575 x 280 x 135 mm,
- 3 kosze wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o wymiarach: 575 x 280 x 260 mm
- Możliwość wyjmowania koszy do mycia i dezynfekcji,
- Kółka jezdne łożyskowane - cztery skrętne i dwa z hamulcami,
- Regały jezdny z haczykami wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 bez boków i pleców.

**Odpowiedź:** zamawiający dopuszcza wykonanie regału z w całości z stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 bez boków i pleców, z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pakiecie nr 14 – regał jezdny o poniższych parametrach:

- Regał jezdny z pięcioma półkami koszowymi.
- Wymiary: 1900 x 750 x 550 mm
- 2 kosze wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o wymiarach: 575 x 280 x 135 mm,
- 3 kosze wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o wymiarach: 575 x 280 x 260 mm
- Możliwość wyjmowania koszy do mycia i dezynfekcji,
- Kółka jezdne łożyskowane - cztery skrętne i dwa z hamulcami,
- Regały jezdny z haczykami wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 bez boków i pleców.

**Odpowiedź:** zamawiający dopuszcza

#### **Pakiet nr 4**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pakiecie nr 4 endometr z ochroną przed wilgocią IPX0?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

#### **Pakiet nr 16**

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 zrezygnuje z bezpłatnego przeprowadzenia testów sterylizacyjnych potwierdzających odpowiednią jakość urządzenia dopuszczającego do pracy w recepturze aptecznej i dopuści dostarczenie urządzenia z 3 szt. testów w formie pasków?

**Odpowiedź:** zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 1**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w pakiecie nr 1 EKG z ochroną przed wilgocią IPX0?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów

**Pytanie 6:**

Pompa objętościowa jednostrzykawkowa – 15 szt.

Pyt. W celu otrzymania alternatywnej, korzystnej cenowo, równoważnej technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzeń charakteryzujących się parametrami określonymi poniżej:

**Odpowiedź:** zgodnie z SIWZ