

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi nr sprawy ZP/58/2019

Pakiet nr 3

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w poz. 3 wózek inwalidzki z materiałem tapicerki nylon?
Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w poz. 19 materac o wymiarach 195 x 90 x 6,5 cm?
Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w poz. 23 balkonik o wymiarach: szerokość 60 cm, wysokość 82-100 cm?
Odpowiedź ; Zamawiający nie dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w poz. 23 balkonik o wymiarach: szerokość 50 cm, wysokość 70-83 cm?
Odpowiedź ; Zamawiający nie dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w poz. 23 balkonik o wymiarach: szerokość 60 cm, wysokość 78-96 cm?
Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza.
6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w poz. 24 szafę o wysokości 189 cm?
Odpowiedź ; Zamawiający nie dopuszcza.
7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w poz. 24 szafę o wysokości 180 cm bez kółek?
Odpowiedź ; Zamawiający nie dopuszcza.
8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w poz. 16 stolik o głębokości 51 cm, wykonany z zamkniętych profili aluminiowych?
Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza.
9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w poz. 16 stolik o głębokości 45 cm, wykonany z profili metalowych?
Odpowiedź ; Zamawiający nie dopuszcza.
10. Czy Zamawiający wymaga w poz. 6 krzesła do pobierania krwi wraz podnóżkiem i podglówka, tak jak na załączonym zdjęciu?
Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza.



11. Czy Zamawiający dopuści poz. 9 stolik o wymiarze **74** x 44 x 81 cm zamiast 74,5x44x81 cm?

Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści w poz. 25 szafę z pięcioma półkami?

Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści w poz. 26 szafę z 3 x półka - góra i 1 x półka - dół?

Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści w poz. 27 stojak z listwą zasilającą z 5 gniazdkami?

Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści poz. 10 stolik o wymiarze 72 x **42,6** x 83,5 cm zamiast 72,5x42,5x83,5 cm?

Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z autostartem, w którym otwierane i zamykane pokrywy następuje za pomocą wciśnięcia przycisku nożnego? Takie rozwiązanie gwarantuje swobodne użytkowanie podczas zajętych obu rąk.

Odpowiedź: Tak dopuszcza

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy silnika 0,59kW, mocy pompy 125W? Większy pobór mocy nie jest wymagany do skutecznej maceracji naczyń z pulpy celulozowej, co jest aspektem ekonomicznym dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza moc silnika 0,59kW, nie wyraża zgody na pompę o mocy 125W.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wys. 908mm x gł. 524mm x szer. 411mm, posiadające konstrukcje ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa?

Odpowiedź: Tak dopuszcza ale pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające regulowane zużycie wody w zakresie od 17 do 23l z panelu obsługi?

Odpowiedź: Tak dopuszcza

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy tnące umiejscowione były w głównej (górnej) części komory, co gwarantuje bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności ingerencji i demontażu jakichkolwiek elementów bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia.

Odpowiedź: Tak dopuszcza

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny z tworzywa sztucznego fabrycznie zabudowany w urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny

z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu.

Odpowiedź: Tak dopuszcza

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim zapewnia jej czystość oraz wydłuża żywotności.

Odpowiedź: Tak dopuszcza

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało regulowane zużycie wody (17-23l), czasu cykl z panelu obsługi? Jest to parametr zwiększający ekonomiczność, umożliwiający dostosowanie zużycia wody/czasu (max, zużycie wody 23l, max czas cyklu 114 sekund) do ilości macerowanych naczyń.

Odpowiedź: Tak dopuszcza

Pakiet nr 3

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego w poz. 30 Stół stalowy z drzwiami suwanymi o wymiarach dł. 100 x szer. 60 x wys. 85 cm (jak na zdjęciu)? Z opisu wynika dł. 600 cm x szer. 100 cm x wys. 85 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół o następujących wymiarach ;

Wysokość - H : 850 mm

Szerokość - W : 1000 mm

Głębokość - D : 600 mm

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 2. Składane łóżko dla rodziców – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości składane łóżko dla rodziców, o wymiarach:

- Długość całkowita (po złożeniu): 76cm,
- Długość siedziska (po złożeniu): 52cm,
- Długość całkowita (po rozłożeniu): 194cm,
- Wysokość do górnej krawędzi oparcia pleców: 95cm,
- Wysokość leża: 28cm,
- Szerokość leża: 57cm,
- Szerokość całkowita: 77cm,
- Bezpieczne obciążenie: 150kg,

Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 24. Szafa lekarska 2-drzwiowa - 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafę medyczną dwudrzwiową o wymiarach:

- wysokość: 1900mm,
- szerokość: 900mm,
- głębokość: 420mm,

Odpowiedź ; Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6.

Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 19. Materac przeciwodleżynowy bąbelkowy - 8szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materac o wymiarach:

- długość: 195cm,
- szerokość: 90cm,
- grubość: 6,5cm

Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7.

Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 30. Stół stalowy z drzwiami suwanymi - 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół o wymiarach:

- długość: 600mm,
- szerokość: 1000mm,
- wysokość: 850mm,

Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza stół o następujących wymiarach ;

Wysokość - H : 850 mm

Szerokość - W : 1000 mm

Głębokość - D : 600 mm