



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dnia 02.09.2019r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kliniki Kardiochirurgii, Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251**” - Sprawa nr ZP /60/2019

### **Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

#### **Pytanie nr 1**

##### **Dotyczy: Pakiet nr 23 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 23 poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania kompletnego zestawu z pojedynczym przetwornikiem do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażonego w linię pomiarową 150cm, przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w korecdek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestaw kompatybilny z monitorami poprzez kabel typu PMSET z okrągłym wtykiem pinowym typu Argon - jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w parametry zestawu. Zamawiający wymaga kompletnego zestawu do pomiaru IBP wyposażonego w linię pomiarową 150 cm wraz z zintegrowanym systemem płuczącym i kompatybilnym z okablowaniem ARGON.**

#### **Pytanie nr 2**

##### **Dotyczy: Pakiet nr 18 poz. 4**

Czy Zamawiający w pakiecie 18 w pozycji 4 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z: igły Veressa 13G (2,5 m), sygnalizującej za pomocą zielonego wskaźnika moment wysuwania się ostrza igły, zakończonej łącznikiem luer lock; linii przedłużającej połączonej na stałe z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (bez konieczności przełączania kraniku podczas drenażu mechanicznego), posiadającej możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego (z pominięciem zastawek); strzykawki luer lock 60 ml oraz worka o pojemności 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym.


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 3**

##### **Dotyczy: Pakiet nr 18 poz. 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pakiecie 18 w pozycji 4? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w pozostałych pozycjach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu.**



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

#### **Pytanie nr 4**

**Dotyczy: załączników do SIWZ**

Czy Zamawiający udostępni wersję edytowalną załączników do SIWZ (zał. 1, zał. 6, zał. 8, zał. 11) ?

**Odpowiedź: Zamawiający udostępni wersję edytowalną SIWZ wraz z załącznikami.**

#### **Pytanie nr 5**

**Dotyczy: Projektu umowy nr ZP/60/2019 § ust. 9 wraz z zał. 2, Formularz oferty pkt. IV ppkt. 4**

Termin ważności dla przedmiotowej grupy wyrobów medycznych, liczony jest co do zasady od daty produkcji, umieszczanej na opakowaniu jednostkowym po jej zakończeniu i wynosi max. 12 miesięcy. Zatem dotrzymanie wymogu w jego aktualnym brzmieniu wymagałoby od Wykonawcy dostarczenia wyrobu w dniu zakończenia produkcji, co ze względów logistycznych nie jest możliwe.

Czy mając powyższe na uwadze, Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w następujący sposób:

*„Wykonawca będzie dostarczać produkty, z terminem ważności (min. 12 m-cy) ..... miesiące od daty produkcji, przy zachowaniu min. 9 miesięcznego okresu przydatności wyrobu medycznego w dniu dostawy”.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu przydatności do min. 9 mc-y.**

#### **Pytanie nr 6**

**Dotyczy: Projektu umowy nr ZP/60/2019 § 5 ust. 2, pierwsze tiret**

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary do 0,3% wartości netto za każdy dzień zwłoki.**

#### **Pytanie nr 7**

**Dotyczy: Projektu umowy nr ZP/60/2019 § 5 ust. 2, pierwsze tiret**

Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji.

W związku z powyższym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

**Odpowiedź: Zapis bez zmian - zgodnie z jego brzmieniem kara naliczana jest za każdy dzień zwłoki (a nie opóźnienia).**

#### **Pytanie nr 8**

**Dotyczy: Projektu umowy nr ZP/60/2019 § 5 ust. 2, drugie tiret**

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary do 0,3% wartości netto za każdy dzień zwłoki.**

#### **Pytanie nr 9**

**Dotyczy: Projektu umowy nr ZP/60/2019 § 5 ust. 2, drugie tiret**



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z powyższym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

**Odpowiedź: Zapis bez zmian - zgodnie z jego brzmieniem kara naliczana jest za każdy dzień zwłoki ( a nie opóźnienia).**

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy: Pakiet 21 poz. 3**

**Poz. 3** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w postaci wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką, z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,2 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy: Pakiet 21 poz. 4**

**Poz. 4** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w postaci przestrzeni martwej wewnętrznie gładkiej o długości 15 cm, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 15M lub 22F od strony maszyny, jednorazowego użytku, sterylne, bezlateksowe, z PCV, bez DEHP, bez BPA.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.**

**Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert ustalony na dzień 11.09.2019 r. do godz. 08:30 pozostaje bez zmian. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2019 r. o godz. 09:00**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

  
Tomasz Miazek

INSPEKTOR  
ds. Zamówień Publicznych  
  
mgr Agnieszka Andrzejczak

Dział Zamówień Publicznych, Marketingu i Promocji  
ul. Pomorska 251  
92-213 Łódź

tel.: +48 42 675 74 89;  
skrzynka ePUAP: /cskumedlodz/SkrytkaESP  
e-mail: a.andrzejczak@csk.umed.pl

REGON: 472147559  
NIP: 7282246128  
KRS: 0000149790