



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

## WYKONAWCY

Łódź, dnia 19.08.2019 r.

ZP/ 66 /2019

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznych sprzętów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1986 t.j. ze zm), w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

### Pytania 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 w punkcie 5 Zamawiający dopuści: Sondy główkowe dwustronne dł.130 - 180 mm , średnica od 1,5 do 2,00mm, w zależności od zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza.

### Pytania 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w punkcie 6 Zamawiający dopuści: watomotrzymacz typu Farell uszno - nosowy skrętny z uchwytem dł. 110 mm?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza.

### Pytania 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 punkt 11 wydzieli jako osobny pakiet?

Odpowiedź:

Nie wydzieli.

### Pytania 4

Czy Zamawiający w pakiecie n4 9 w punkcie 12 Zamawiający dopuści: tacka metalowa 273 x 176 x 41?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza.

### Pytania 5

Dotyczy pakietu nr 15 lampy czołowej.



ul. Pomorska 251 ☒ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☒ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☒ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”






SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl



Prosimy o dopuszczenie również lampy przenośnej produkowanej w 100% w USA, u renomowanego producenta – LIDERA systemów ultra-lekkich czołowych w technologii LED w Stanach Zjednoczonych i Europie o następujących parametrach:

- temperatura barwy: 4500 ° K
- specjalnie zaprojektowany lekki czepek z opatentowanym wsparciem z tyłu czaszki - dla zwiększenia komfortu użytkownika, konstrukcja i jakość światła idealna do procedur chirurgicznych, w tym kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych i innych, wysokospecjalistycznych procedur;
- Zakres regulacji oświetlenia do 110mm - parametr lepszy niż opisany w SIWZ
- płynna regulacja intensywności natężenia światła : 0 - 30.000 lux z odległości 40cm, co jest kluczowe dla oceny mocy lampy; Nasza lampa posiada moc powyżej 150.000 lux patrząc na moc wyjściową
- waga czepka oraz źródła światła zakładanego na głowę - 250 gramów



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

**Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoi cierpienie”**





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

- Żywotność baterii do 11 godzin pracy ciągłej na bateriach.
- Czas pełnego ładowania baterii – do 3,5h
- Gwarancja producenta – 2 lata
- żywotność źródła światła: > 50.000 godzin

W skład zestawu wchodzi

- reflektor LED
- bateria (2 sztuki) + ładowarka dwustanowiskowa
- torba na ramię do przechowywania sprzętu
- pas biodrowy
- ilość ładowarek i baterii zgodna z SIWZ

Pozytywne odpowiedzi na pytania poszerzą grono oferentów co wpłynie na obniżenie ceny oferowanego produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 6**

Pakiet 18 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie długości 0,95 m.

Odpowiedź:

tak dopuszcza, ale pozostałe parametry zgodne z SIWZ

#### **Pytania 7**

Pakiet 18 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 3 do 15 kg.

Odpowiedź:

tak dopuszcza, ale pozostałe parametry zgodne z SIWZ

#### **Pytania 8**

Pakiet 18 Poz. 3, 4, 5

Prosimy o dopuszczenie długości 1 m lub 3 m.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 9**

Pakiet 18 Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie przedziału wagowego 10-40 kg.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

#### **Pytania 10**

Pakiet 18 Poz. 6 i 7

Prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukołi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Odpowiedź:

tak dopuszcza, ale pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

#### **Pytania 11**

Pakiet 21 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie przedziału wagowego 1-20 kg.

Odpowiedź:

tak dopuszcza, ale pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

#### **Pytania 12**

Pakiet 21 Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie długości 2,4 m.

Odpowiedź:

tak dopuszcza, ale pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

#### **Pytania 13**

Pakiet 23 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie długości 21 cm.

Odpowiedź:

tak dopuszcza ale pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

#### **Pytania 14**

Pakiet 23 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie szerokości 8.8 cm i długości 21 cm

Odpowiedź:

tak dopuszcza

#### **Pytania 15**

Pakiet 23 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie szerokości 11.5 cm i długości 39 cm

Odpowiedź:

tak dopuszcza

#### **Pytania 16**

Pakiet 23 Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 21-27 cm, o szerokości 11.5 cm i długości 39,5 cm

Odpowiedź:

tak dopuszcza

#### **Pytania 17**

Pakiet 23 Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie szerokości 14.5 cm i długości 50 cm

Odpowiedź:

Tak dopuszcza



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukołi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

### **Pytania 18**

Pakiet 23 Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie szerokości 14.5 cm i długości 69 cm

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

### **Pytania 19**

Pakiet 23 Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 35-44 cm, o szerokości 17.5 cm i długości 55 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

### **Pytania 20**

Pakiet 23 Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm, o szerokości 17.5 cm i długości 65 cm

Odpowiedź:

Tak dopuszcza.

### **Pytania 21**

Pakiet 23 Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie szerokości 22 cm i długości 78 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

### **Pytania 22**

Pakiet 25 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie długości 1m

Odpowiedź:

Tak dopuszcza.

### **Pytania 23**

Pakiet 25 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie długości 2,5m

Odpowiedź:

Tak dopuszcza.

### **Pytania 24**

Pakiet 25 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie długości kabla 1 m i 3 m

Odpowiedź:

Tak dopuszcza

### **Pytania 25**

Pakiet 31

Megasoft – Prosimy o dopuszczenie terminu dostawy do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia – informujemy, iż jest to produkt wielorazowego użytku z terminem ważności 24 m-ce od daty produkcji.



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Kryterium oceny ofert.

#### **Pytania 26**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 22 poz. 2 i 4 (cewnik 5F i zestaw naprawczy do niego) i utworzy osobny pakiet? Pozwoli to Zamawiającemu otrzymać więcej ofert na asortyment objęty pytaniem i uzyskać wyższą konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytania 27**

Pakiet 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, ssak uszny o dł. 160 lub 200 mm i średnicy ssaka 2,7 mm zamiast 2,5mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

tak dopuszcza, ale pozostałe parametry zgodne z siwz.

#### **Pytania 28**

Pakiet 9, poz. 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wziernik uszny o średnicy 4,5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

tak dopuszcza ale pozostałe parametry zgodne z siwz

#### **Pytania 29**

Pakiet 9, poz. 12:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, tacka metalowa wym. 300x175x30mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

tak dopuszcza ale pozostałe parametry zgodne z siwz

#### **Pytania 30**

Pakiet 9, poz. 13:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pinceta uszna o dł. 110 mm i 120 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

tak dopuszcza ale pozostałe parametry zgodne z siwz

#### **Pytania 31**

Pakiet 20 poz. 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki naczyniowe o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

tak dopuszcza ale pozostałe parametry zgodne z siwz



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

### **Pytania 32**

Pakiet 20 poz. 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki naczyniowe o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

tak dopuszcza ale pozostałe parametry zgodne z siwz

### **Pytania 33**

Pakiet 20, poz. 7, 8, 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki chirurgiczne o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

tak dopuszcza ale pozostałe parametry zgodne z siwz.

### **Pytania 34**

Pakiet 18 pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla EKG.

Odpowiedź:

pakiet 18 poz. 1: M1671A

### **Pytania 35**

Pakiet 18 pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla EKG.

Odpowiedź:

pakiet 18 poz.2: M1675A

### **Pytania 36**

Pakiet 18 pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla połączeniowego SpO2.

Odpowiedź:

pakiet 18 poz.6: M1943NL

### **Pytania 37**

Pakiet 21 pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika do pulsoksymetru typu Novamatrix, Jednorazowego użytku dla dzieci o wadze 3-20 kg bezklejowy, zapinany na rzep ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

### **Pytania 38**

Pakiet 21 pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika do pulsoksymetru typu Novamatrix, Jednorazowego użytku dla dzieci o wadze 10-50 kg bezklejowy, zapinany na rzep ?

Odpowiedź:



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukończy cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Zgodnie z SIWZ.

### **Pytania 39**

Pakiet 21 pozycja 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika do pulsoksymetru typu Novamatrix - Czujnik saturacji jednorazowy dla dzieci 1-20 kg klejowy ?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

### **Pytania 40**

Pakiet 21 pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera – kabel 2,4 m Novamatrix ?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

### **Pytania 41**

Pakiet 25 pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF adaptera SpO2.

Odpowiedź:

pakiet 25 poz. 2: M1943AL

### **Pytania 42**

Pakiet 23 pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu jednożyłowego niemowlęcego ,obwód 5-11 cm ;długość 20 cm; szerokość 6 cm ;dwuwarstwowy ?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

### **Pytania 43**

Pakiet 23 pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu jednożyłowego dziecięcy ,obwód 10-15 cm ;długość 27 cm; szerokość 8 cm ;dwuwarstwowy ?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

### **Pytania 44**

Pakiet 23 pozycja 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu jednożyłowego pediatryczny, obwód 14-26 cm ;długość 38 cm; szerokość 11 cm ;dwuwarstwowy ?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

### **Pytania 45**

Pakiet 23 pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu jednożyłowego dla dorosłych mały, obwód 21-28 cm ;długość 41,5 cm; szerokość 12 cm ;dwuwarstwowy ?



ul. Pomorska 251

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10

☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50

☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”







SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Odpowiedź:  
Tak, dopuszcza.

#### **Pytania 46**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony.

#### **Pytania 47**

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Przedstawione w Formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym - Załączniku Nr 1 ilości produktów są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę ich pełnej realizacji, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia. W przypadku przekroczenia ilości określonego produktu podanego w SIWZ i konieczności dodatkowego zamówienia Wykonawca nie będzie podwyższał ceny.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis bez zmian.

#### **Pytania 48**

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji nie dostarczenia produktu w terminie o którym mowa w § 3. ust. 6. oraz bezwzględnej konieczności zastosowania, dokona zakupu u innego Sprzedawcy, a Wykonawca zostanie obciążony różnicą kwotową, w przypadku ceny wyższej, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytania 49**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Rozpatrzenie reklamacji będzie odbywało się w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenie jej do Wykonawcy w formie faxu lub drogą e-mail.

UZASADNIENIE:

Rozpatrzenie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni roboczych jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytania 50**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68

ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80

ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukołi cierpienie”





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

„W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych, Zamawiającemu zostanie dostarczony towar wolny od wad lub uzupełniony brak w terminie ..... dni robocze (min. 2 dzień – max 5 dni rob.), licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji Załącznika nr 8 do SIWZ.

### Pytania 51

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać wierzitelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytania 52


Dotyczy pakietu nr 37, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle o śr. osłonki 2,30 - 2,35 mm zamiast 2,40 mm?

Odpowiedź:

Tak, dopuszczamy pętle w rozmiarze 2,30-2,35 mm.

*W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SIWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametr, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SIWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.*

Przewodniczący  
Komisji Przetargowej  
  
mgr Tomasz Miazek



ul. Pomorska 251 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 678 93 68  
ul. Czechosłowacka 8/10 ☎ 42 675 70 00 ☎ 42 679 17 80  
ul. Sporna 36/50 ☎ 42 617 77 77 ☎ 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze leczenie ukoł cierpienie”

