

Pytania do Zamawiającego do postępowania nr ZP/69/2019 z dn. 16.08.2019r. dotyczy części nr 8 – Aparat EKG – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z częstotliwością próbkowania 1600 Hz na kanał?
2. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG który posiada następujące rodzaje badań: auto, manual, automatyczne do schowka, long?.
3. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG, który nie posiada definiowalnych etapów badań według ustalonych parametrów przy badaniu automanual?
4. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG, który posiada export badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB na nośnik typu pendrive w formie: PDF, SCP, PNG, HL7?
5. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG, który posiada automatyczny filtr izol linii?
6. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG posiadający współpracujące z oprogramowaniem z aparatami EKG innej firmy niż Cardiotech?
7. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości wykonania badania spirometrycznego przy zastosowaniu przystawki?
8. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o następujących wymiarach: 295x225x65 mm?
9. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 1,6 kg?

Zamawiający unieważnił część nr 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.