

Dot: ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH,
część 16: myjnia-dezynfektor

1. Zwracamy uwagę, że wymagane wymiary podane są jako wartości bezwzględne, co może preferować asortyment określonego dostawcy i zawęży konkurencyjność w sposób nieuzasadniony. Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach: 500 mm szer. 600 mm gł. 1042 mm wys.
Zastosowane wymiary pozwalają na bezproblemowe i ergonomiczne umieszczenie urządzenia w pomieszczeniach wszelkiego rodzaju. Zarazem są to wymiary jedynie nieznacznie odbiegające od wymagań Zamawiającego.
2. Czy Zamawiający wymaga, aby przy każdym rodzaju załadunku następował pełen cykl mycia oraz dezynfekcji? Na rynku występują myjnie- dezynfektory, które umożliwiają stosowanie koszy załadowniczych na większą liczbę naczyń, zarazem jednak w takim wypadku nie przeprowadzają one procesu mycia, a jedynie sam proces dezynfekcji. Rozwiązanie takie nie gwarantuje pewnego i prawidłowego procesu mycia. Co więcej, musi być ono uprzednio wykonywane przez personel, co wymaga dodatkowego czasu pracy oraz stanowi ryzyko nieprawidłowego mycia w drodze błędu ludzkiego, a zatem nie osiągnięcie celu dezynfekcji.
3. Czy Zamawiający wymaga by pełen proces mycia oraz dezynfekcji wynosił od 5 do 7 minut oraz wszelkie komunikaty alarmowe/ usterkowe zostały wyświetlane za pomocą wyświetlacza diodowego?
4. Czy Zamawiający wymaga by urządzenia było wyposażone w jeden, uniwersalny, skuteczny i zwalidowany fabrycznie program mycia i dezynfekcji. Konieczność wyboru programu przez użytkownika stwarza ryzyko niewłaściwego doboru, a w konsekwencji nie w pełni skutecznej pracy urządzenia.
5. Prosimy o dopuszczenie myjni o mocy całkowitej 3250 W. Rozwiązanie takie jest efektywniejsze i zużywa mniej prądu na cykl co przekłada się na oszczędności dla placówki.
6. Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w standardowy kosz załadowniczy 2 baseny oraz 2 kaczki na cykl.
7. Prosimy o wykreślenie pkt 5-7 (wymiały komory roboczej). Pojemność myjni-dezynfektorów określana jest za pomocą dopuszczalnej liczby naczyń na cykl. Pojemność określana wymiarami ma znaczenie tylko w przypadku myjni narzędziowych lub sterylizatorów, które przeznaczone są do zróżnicowanych przyrządów. W wypadku myjni-dezynfektorów, taki paramert nie ma żadnego przełożenia na wydajność urządzenia lub jego pracę a służy jedynie arbitralnemu zawężaniu dopuszczanego asortymentu

Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.