

Dotyczy : Postępowania na dostawę sprzętu medycznego,
znak postępowania: ZP/69/2019

dotyczy części 16 „Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów „

Ad pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby myjnia dezynfektor posiadała ochronę przed wilgocią zgodnie z zaleceniami dla tego typu urządzeń IC X 4?

Ad pkt II 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę myjni o następujących wymiarach:
Szerokość- 500 mm, głębokość 450 mm, wysokość 1730 mm?

Ad pkt II – 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę myjni z załadunkiem frontowym poprzez uchylne drzwi.?

Ad pkt II -5-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę myjni dezynfektora o wymiarach komory szerokość 430 mm, wysokość 560 mm, głębokość 366 mm ?

Ad pkt II -9-15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę myjni dezynfektora o następujących parametrach techniczno podłączeniowych?

Moc maksymalna 4,6 kW

Podłączenie ciepłej i zimnej wody ½ ”

Ciśnienie wody od 1-6 bar

Natężenie przepływu 18 l./min.

Odpływ fi 100 mm

Ad pkt II -17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę myjni z powszechnym i standardowym załadunkiem 1 basen i 1 kaczka lub 3 kaczki lub inne naczynia sanitarne, miski, nerki, słoje itp?

Ad pkt II 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę myjni, w której wiadra są myte bez wielofunkcyjnego uchwytu?

Ad. Pkt II – 19

Czy Zamawiający pisząc stojak do suszenia miał na myśli regał na suche baseny i kaczki, np. wiszący 650 x 350 x 700 mm?

Czy Zamawiający wymaga , aby myjnia dezynfektor posiadała system 13 dysz myjących w tym dyszę rotacyjną, teleskopową do dokładnego mycia wnętrza basenów?

Czy Zamawiający wymaga , aby myjnia dezynfektor posiadała system mechanicznego suszenia poprzez nawiew co zapewnia , że wyjmowane naczynia pozostają suche i bez skroplin?

Czy Zamawiający wymaga , aby myjnia dezynfektor posiadała minimum 2 czujniki do kontroli procesów mycia i dezynfekcji , umieszczone na spodzie komory?

Odpowiedź: Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.