

dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Numer referencyjny: ZP/69/2019

Respirator przenośny – 5 szt. Część nr: 22

II. Parametry techniczne urządzenia

Pkt 6 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator pneumatyczny z płynną regulacją objętości oddechowej w zakresie od 360 do 1500 ml ?

- NIE zgodnie z SIWZ

Pkt 7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator pneumatyczny z współczynnikiem I:E od ok. 1:1,5 (przy 40 odd/min) do ok. 1:2,5 (przy 8 odd/min) ?

Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

Pkt 10 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator pneumatyczny ze stałym przepływem gazu 36 l/min dla oddechów wymuszonych natomiast z automatyczną regulacją do 140 l/min dla oddechów spontanicznych ?

- NIE zgodnie z SIWZ

Pkt 11 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator pneumatyczny z ciśnieniem w trybie CPAP regulowanym w zakresie 0-20 cm H₂O przy przepływie 36 l/min?

Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

Pkt 12 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator pneumatyczny ze stężeniem tlenu w mieszaninie oddechowej 65% i 100% ?

- NIE zgodnie z SIWZ

Pkt 14 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator pneumatyczny ze stałym przepływem gazu 36 l/min dla oddechów wymuszonych natomiast z automatyczną regulacją do 140 l/min dla oddechów spontanicznych i zakresem ciśnienia szczytowego od 15 do 75 cm H₂O ?

- NIE zgodnie z SIWZ

Pkt 17 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator pneumatyczny o niskim zużyciu tlenu do sterowania pracą respiratora poniżej 4 l/min?

- NIE zgodnie z SIWZ

Pkt 19 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator pneumatyczny z temp. pracy od -5 do 40°C ?

- NIE zgodnie z SIWZ

Pkt 20 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator pneumatyczny z temp. przechowywania od -20 do 60°C ?

- NIE zgodnie z SIWZ

Pkt 21 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator pneumatyczny z wilgotnością względną pracy / przechowywania 15-95% ?

- NIE zgodnie z SIWZ

Pkt 24 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator pneumatyczny z alarmami obsługiwanymi pneumatycznie (nie ma żadnych akumulatorów elektrycznych)

- ALARM: odłączenie układu wspomagania pacjenta
 - Alarm automatycznie zanika, gdy warunek który go wywołuje zostanie usunięty
 - Przycisk jednoczesnego wyciszenia / resetowania alarmu
- ALARM: niskie ciśnienie tlenu na wlocie (poniżej 2 bar)
- Wyjście zdalnie sygnalizowanego alarmu ?

Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

Pkt 26 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator pneumatyczny o wadze 3 kg?

Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

Pkt 27 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator pneumatyczny przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci o masie od 23 kg?

- NIE zgodnie z SIWZ