

Dotyczy: **Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**
znak sprawy: **ZP/ 69 /2019**

Część 12 – Zestawienie parametrów technicznych (Załącznik nr 1)

Wymagania ogólne

Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie produktów posiadających status „środka ochrony indywidualnej”.

Informujemy, iż wg obowiązujących przepisów sposób kwalifikacji tego typu wyrobów (mających zastosowania u pacjenta) zależy od wyboru producenta – dopuszcza się kwalifikację zarówno jako wyrób medyczny jak i jako środek ochrony indywidualnej. Ostateczny status produktu zależy od informacji podanych przez producenta w instrukcji, na etykiecie oraz materiałach marketingowych.

W przypadku wieszaka (pkt. 19, 20) prosimy o odstąpienie od wymogu - informujemy, iż wieszaki nie spełniają definicji wyrobu medycznego.

Czy w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących osłon osobistych Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane produkty ochronne były zgodnie z Wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej?

Zamawiający dopuszcza

Pkt. 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu ochrony przed wilgocią – ten parametr nie dotyczy wyszczególnionego asortymentu do ochrony przed promieniowaniem RTG

Zamawiający wyraża zgodę

Parametry techniczne urządzenia

Fartuchy ochronne RTG

Prosimy o dopuszczenie fartuchów typu chirurgicznego, zapinanych na rzepy ochronnych w rozmiarach XL i L

Zamawiający dopuszcza

Pkt. 4 i 8

Prosimy o dopuszczenie materiału ochronnego wykonanego z gumy ołowianej, tak jak materiał Lead Vinyl, tylko o innej nazwie własnej.

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z siwz

Ochrona tarczycy

Prosimy o dopuszczenie osłony tarczycy, chroniącej obszar szyi i tarczycy, ze stójką i śliniakiem o długości 12 cm, oraz o odstąpienie od oznaczenia „typ AT” – jest to oznaczenie indywidualne producenta.

Zamawiający dopuszcza

Gogle

Prosimy o dopuszczenie okularów typu gogle, z możliwością regulacji długości zauszników i kąta ramy, z przezroczystą oprawką, wykończoną na niebiesko, ekwiwalent ołowiu 0,75 mm, waga 80 g

Zamawiający dopuszcza

Warunki gwarancji i serwisu

Pkt. 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania dostępności części zamiennych – wyposażenie ochrony osobistej nie posiada części zamiennych.

Zamawiający wyraża zgodę

Pkt. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu przeglądów – wyposażenie ochrony osobistej nie wymaga przeglądów

Zamawiający wyraża zgodę

Pkt. 9

Prosimy o odstąpienie od wymogu paszportu technicznego. Wymóg ten jest stosowany wobec sprzętu i urządzeń medycznych, wymagających konserwacji, napraw i przeglądów i nie dotyczy wyposażenia ochrony osobistej.

Zamawiający wyraża zgodę