

Dotyczy:

Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Numer sprawy:

ZP/69/2019

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 9 aparatu do hemodializy z możliwością wykonywania zabiegu hemodiafiltracji o szerokości 520 mm (pozostałe parametry bez zmian)?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie 9 aparatu do hemodializy z możliwością wykonywania zabiegu hemodiafiltracji z zakresem płukania na gorąco temperatura/przepływ 85°C regulowanym od 600 do 700 ml/min (parametr techniczny nr 46)?

Tak, zamawiający dopuszcza z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian.