

PYTANIA DO SIWZ

Dostawa sprzętu medycznego, ZP/69/2019

Pytanie 1. Dot. LAMPY CHIRURGICZNEJ CZOŁOWEJ, 7 SZTUK – PAKIET 15

Prosimy o dopuszczenie lampy przenośnej : \

☐ temperatura barwy: 4500 ° K

Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

☐ specjalnie zaprojektowany lekki czepek z opatentowanym wsparciem z tyłu czaszki - dla zwiększenia komfortu użytkowania, konstrukcja i jakość światła idealna do procedur chirurgicznych, w tym kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych i innych, wysokospecjalistycznych procedur;

Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

☐ Zakres regulacji oświetlenia do 110mm

Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

☐ płynna regulacja intensywności natężenia światła : 0 - 30.000 lux z odległości 40cm, co jest kluczowe dla oceny mocy lampy (Nasza lampa posiada moc powyżej 150.000 lux patrząc na moc wyjściową)

Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

☐ waga czepka oraz źródła światła zakładanego na głowę - 250 gramów

Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

☐ Żywotność baterii **do** 11 godzin pracy ciągłej na bateriach.

Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

☐ Czas pełnego ładowania baterii – **do** 3,5h

Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

☐ Gwarancja producenta – 2 lata

Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

☐ **żywotność źródła światła: > 50.000 godzin**

Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian

W skład zestawu wchodzi

☐ reflektor LED

☐ bateria (2 sztuki) + ładowarka do baterii

☐ torba na ramię do przechowywania sprzętu

☐ pas biodrowy

☐ ilość ładowarek oraz baterii - zgodna z SIWZ

Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian