

**ZAPYTANIE dotyczące postępowania ZP/69/2019**

**Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**

**CZEŚĆ NR 12 – OCHRONA RTG**

**Pytanie nr 1 - dot. Załącznik nr 1 – Zestawienie parametrów technicznych, I. Wymagania ogólne**

Format tabeli w części pierwszej Załącznika odpowiada jednemu nazwanemu urządzeniu, podczas gdy w części drugiej jest kilka pozycji asortymentowych. Nie można w części *I Wymagania Ogólne* podać jednego parametru oferowanego, ponieważ niżej opisany asortyment ma / może mieć różne nazewnictwo, producentów, kraj pochodzenia itd.

W związku z tym prosimy o przeformatowanie tabeli w taki sposób, aby Wykonawca mógł jednoznacznie i bez żadnej wątpliwości podać właściwie parametry oferowane.

W tej chwili nie jesteśmy w stanie podać parametrów w następujących punktach tabeli:

| <b>L.p.</b>                | <b>Parametry i warunki techniczne</b> | <b>Parametr wymagany</b> | <b>Parametry oferowane</b>  |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| <b>I. Wymagania Ogólne</b> |                                       |                          |   |
| 1                          | Nazwa Urządzenia                      | Podać                    | Nie da się podać jednej nazwy dla wielu pozycji asortymentowych                                 |
| 2                          | Typ Urządzenia                        | Podać                    | Nie da się podać jednego typu dla wielu pozycji asortymentowych                                 |
| 3                          | Producent                             | Podać                    | Asortyment w części II może mieć różnych producentów, nie da się w tym punkcie podać jednego    |
| 4                          | Kraj pochodzenia                      | Podać                    | Asortyment w części II może mieć różny kraj pochodzenia, nie da się w tym punkcie podać jednego |

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 2 - dot. Załącznik nr 1 – Zestawienie parametrów technicznych, I. Wymagania ogólne**

Czy Zamawiający usunie z części *I Wymagania Ogólne* parametr 7 i 8?

- |   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak                 |
| 8 | Ochrona przed wilgocią lub równoważna  | IP22 lub równoważna |

Asortyment którego dotyczy CZĘŚĆ NR 12 – OCHRONA RTG nie podlega żadnemu z tych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 3 - dot. Załącznik nr 1 – III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania parametru oferowanego i dopuści wpisanie „nie dotyczy” w punkcie 5. *Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji.*

Oferowany asortyment nie wymaga żadnych przeglądów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 4 - dot. Załącznik nr 1 – III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania parametru oferowanego i dopuści wpisanie „nie dotyczy” w punkcie 6. *Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.*

Oferowany asortyment nie wymaga szkolenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 5 - dot. Załącznik nr 1 – III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania parametru oferowanego i dopuści wpisanie „nie dotyczy” w punkcie 9. *Paszport techniczny*

Oferowany asortyment nie wymaga wystawienia paszportu technicznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę