

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
nr **ZP/69/2019** na dostawę sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1. kardiostymulator zewnętrzny dwujamowy o:

- czasie trwania impulsu (A i V) 0,05-1,5ms;
- przedsionkowym czasie refrakcji (PVARP) 100-500ms, dla AAI i AAT 250-500ms;
- komorowym czasie refrakcji 250-500ms;
- maksymalnej częstości kontrolnej 238 ppm;
- komorowym okresie tłumienia (wykrywanie przesłuchu) 40ms;
- opóźnieniu P-V określanym opóźnieniem A-V - 30 ms (minimum 5 ms, gdy funkcja automatycznej rejestracji Auto Sense w przedsionku nie jest włączona, minimum 30 ms, gdy funkcja Auto Sense jest włączona); może być wydłużone, w zależności od MTR;
- wadze 445g
- wymiarach 21,2x9,6x5,1 cm

Odpowiedź: zgodnie ze zmianami w parametrach kardiostymulatora w załączniku nr 1 w części 1,2,8,12 i 16 – z dnia 06.09.2019