

Dotyczy postępowania: Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ZP/69/2019

Pytanie nr 1 – dotyczy części nr 13 - Niskotemperaturowy sterylizator plazmowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu pkt.7 warunków gwarancji i serwisu, bądź zmieni jego zapis na następujący „Liczba napraw uprawniających do wymiany wadliwego elementu/części na nowy (3 naprawy).

Zamawiający dopuści wymianę sprzętu na nowy po 3 naprawach tego samego modułu

Pytanie nr 2 – dotyczy części nr 16 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające klasyfikację zgodną z normą IEC/EN 60601-2?

Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Pytanie nr 3 – dotyczy części nr 16 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych: szer. 600mm x gł. 650mm x wys. 940mm?

Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Pytanie nr 4 – dotyczy części nr 16 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy $\leq 3700W$?

Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Pytanie nr 5 – dotyczy części nr 16 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga aby komora myjki była jednoczęściowa, wykonana jako głęboko tłoczony monolit, bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i zanieczyszczenia. Rodzaj materiału z jakim myjka ma kontakt na co dzień (wydaliny ludzkie i drobnoustroje) po procesie nie może pozostawiać po sobie śladu (przede wszystkim w formie biofilmów) i jest to niezwykle istotne ze względów epidemiologicznych.

Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Pytanie nr 6 – dotyczy części nr 16 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. trzymając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby obracania i manipulacji, z automatycznym opróżnianiem w

momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory? Baseny są naczyniami najbardziej krytycznymi jeśli chodzi o przenoszenie zakażeń i ważne jest aby personel miał z nimi jak najmniejszy kontakt mając na uwadze bezpieczeństwo personelu przed kontaminacją, jak również bezpieczeństwo epidemiologiczne. Jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zachowania bezpieczeństwa procesu.

Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Pytanie nr 7 – dotyczy części nr 16 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra, pojemniki na dobową zbiórkę moczu itp.?

Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Pytanie nr 8 – dotyczy części nr 16 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga, aby wybór programu oraz zamykanie/otwieranie drzwi komory odbywało się za pomocą przycisków nożnych? Jest to parametr gwarantujący wygodę użytkownika.

Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Pytanie nr 9 – dotyczy części nr 16 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wykonane było w całości ze stali nierdzewnej (obudowa, pokrywa, komora, dysze) nie gorszej niż AISI304?

Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Pytanie nr 10 – dotyczy części nr 16 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności na jeden cykl: 1 baseny + 2 kaczki lub miska/wiadro? Czy Zamawiający opisując basen ma na myśli basen z pokrywą, jako integralną część basenu, która również powinna być poddana dezynfekcji, i na którą również powinien się znajdować stelaż?

Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Pytanie nr 11 – dotyczy części nr 16 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało co najmniej dwa programy myjące (standardowy i intensywny) z zachowaniem parametru A0 dla każdego z cykli. Stosowanie programu intensywnego jest uzasadnione dla pól krytycznych i krytycznych wyrobów medycznych jako, że mogą być skontaminowane przez drobnoustroje wysoce odporne, takie jak m.in. wirus HBV, clostridium difficile i z tego powodu powinny zostać poddane intensywnej dezynfekcji termicznej?

Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Pytanie nr 12 – dotyczy części nr 16 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w obrotowy kosz umożliwiające automatyczne opróżnianie basenu? Jest to parametr gwarantujący wysoką jakość higieny oraz wygodę użytkowania.

Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Pytanie nr 13 – dotyczy części nr 16 – Myjnia dezynfektor

Myjnie ładowane od góry oprócz dezynfekcji pełnią również funkcję zlewu. Czy w związku z tym zamawiający wymaga aby myjnia posiadała dedykowaną wbudowaną dyszę umożliwiającą opłukanie komory po wylaniu do niej nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp. bez konieczności uruchamiania cyklu. Jest to bardzo ważna funkcja, gdyż nieczystości nie zalegają w urządzeniu.

Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Pytanie nr 14 – dotyczy części nr 16 – Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu pkt.7 warunków gwarancji i serwisu, bądź zmieni jego zapis na następujący „Liczba napraw uprawniających do wymiany wadliwego elementu/części na nowy (3 naprawy).

Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu podjęcia naprawy do 72h?

Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 , gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.