

**Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi**

**Znak sprawy: ZP/69/2019**

:

***Umowa i SIWZ***

**Pyt.1** (Dot. załącznika nr 5 do SIWZ – umowy, § 2, pk. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu

z:

*W razie trzykrotnej naprawy tego samego sprzętu niezależnie od rodzaju części która uległa awarii Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad.*

na:

*W razie trzykrotnej naprawy tego samego elementu (podzespołu) Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad.*

**Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian**

***Część 2***

***Kardiomonitor – 6 szt.***

**Pyt.2** Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości kardiomonitor, który przeszedł pozytywnie test na oblewanie urządzenia wodą przez 30 sekund zgodny z normą EN60601-1 oraz EN60601-2-49, co jest wystarczające dla urządzeń pracujących w środowisku szpitalnym?

**Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian**

**Pyt. 3** Czy Zamawiający wymaga jednoczesnej obserwacji 6 odprowadzeń I, II, III, aVL, aVR, aVF przy użyciu kabla 3-żyłowego?

**Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian**

**Pyt. 4** Czy Zamawiający oczekuje w przyszłości ewentualnej rozbudowy o dedykowane urządzenie do nadzoru kardiomonitorów (centrala monitorująca) z kolorowym i dotykowym ekranem LCD o przekątnej min 23” ?

**Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian**

**Pyt. 5** Czy Zamawiający wymaga funkcji zapobieganiu fałszywym alarmom poziomu saturacji – SatSecond, która jest ważnym elementem przy monitorowaniu pacjentów?

**Tak, z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian**

**Pyt. 6** Czy Zamawiający oczekuje funkcji zmiany czułości świecenia diody w czujniku SPO<sub>2</sub> do wyboru przez użytkownika?

NIE zgodnie z SIWZ

**Pyt. 7** Czy Zamawiający oczekuje licznika bezdechu w pomiarze RESP z możliwością zerowania w dowolnym momencie przez użytkownika?

NIE zgodnie z SIWZ

**Pyt. 8** Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia kardiomonitorów z modułem IBP, temperatury, kapnometrii oraz gazów anestetycznych czy jest to ewentualna forma przyszłościowej rozbudowy monitora (w punkcie Wyposażenie pkt. 57,58,59, uwzględniono jedynie: kabel EKG 3 żyłowy, czujnik SpO<sub>2</sub> oraz mankiet NIBP)

NIE zgodnie z SIWZ