

Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, sprawa ZP/69/2019

#### Pytanie 1

W pakiecie 12 ochrona RTG w dziale „I wymagania ogólne” pkt. 6 jest wymóg że oferowany asortyment ma być wyrobem medycznym.

Ochrony RTG nie są wyrobem medycznym. Podlegają pod regulacje Rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej PPE 2016/425 (poprzednio obowiązująca dyrektywa 89/686/EWG)

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie ochron RTG nie będących wyrobami medycznymi a spełniające regulacje Rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej PPE 2016/425 . Osłony RTG posiadają dokumenty CE, są dopuszczone do stosowania w placówkach zdrowia na terytorium Polski oraz są bezpieczne w użyciu dla personelu medycznego.

**Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 2

W pakiecie 12 ochrona RTG w dziale „I wymagania ogólne” pkt. 7 i 8 postawione wymogi dotyczą urządzeń elektrycznych. Fartuchy ochronne RTG nie są wyrobami elektrycznymi – nie podłącza się ich do prądu.

Czy zatem Zamawiający odstąpi od wymogów wskazanych w pkt. 7 i 8 dla fartuchów ochronnych RTG.

**Zamawiający wyraża zgodę**

#### Pytanie 3

W pakiecie 12 ochrona RTG w dziale „III Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu” pkt. 2,3,5,6,7,8,9 dotyczą urządzeń. Fartuchy ochronne RTG nie są urządzeniami – w/w wymagania dotyczące serwisu i nie mają zastosowania.

Czy zatem Zamawiający odstąpi od wymogów wskazanych w pkt. 2,3,5,6,7,8,9 dla fartuchów ochronnych RTG.

**Zamawiający wyraża zgodę**

#### Pytanie 4

W pakiecie 12 ochrona RTG w dziale „II Parametry techniczne urządzenia” brak jest ilości dla pozycji „fartuch ochronny RTG LL” i „wieszak”

Prosimy o podanie zamawianych ilości w w/w pozycjach.

**Załącznik nr 1- Zamawiający dokonał zmiany w części 1,2,8,12 i 16 – z dnia 06.09.2019**