

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Sprawa nr ZP/69/2019

Dotyczy Pakietu 16_ Parametry techniczne urządzenia:

1. Dot. pkt. 1: Prosimy o doprecyzowanie czy podane w p. 1-3 SIWZ wymiary są wymiarami minimalnymi czy też maksymalnymi?
2. Dot. pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wysokości 1630 mm?
3. Dot. pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię ładowaną od frontu, co jest rozwiązaniem znacznie bardziej ergonomicznym niż załadunek od góry?
4. Dot. pkt. 5, 6, 7: Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonej w komorę pozwalającą na swobodne umieszczenie w niej wymaganych w p. 17 przedmiotów? Podanie dokładnych wymiarów, bez żadnej tolerancji, jednoznacznie wskazuje na konkretne urządzenie, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu urządzenia.
5. Dot. pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o mocy całkowitej 5,05kW, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Wyższa moc nie wpływa na zużycie energii przez urządzenie ale pozwala na skrócenie czasu trwania procesu mycia i dezynfekcji.
6. Dot. pkt. 19: Prosimy o doprecyzowanie do suszenia jakich przedmiotów ma służyć stojak opisany w p. 19 SIWZ.
7. Dot. pkt. 19: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga stojaka będącego elementem konstrukcyjnym myjni czy też stojaka zewnętrznego?
8. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych?
9. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia spełniała wymagania prawne obowiązujące w Polsce, a zwłaszcza aby jej konstrukcja była zgodna z wymogami normy PN-EN ISO 15883-1/3?
10. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia pozwalała na eliminację sporów bakteryjnych *Clostridium Difficile*, co byłoby potwierdzone certyfikatem niezależnego, akredytowanego laboratorium?
11. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w system min. 13 dysz myjących, z czego min. 7 to dysze rotacyjne (obrotowe)? Takie rozwiązanie gwarantuje osiągnięcie najlepszych rezultatów mycia i dezynfekcji.
12. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w automatyczne otwieranie drzwi komory co znacznie podnosi komfort obsługi urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający unieważnił część nr 16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.