

Dotyczy:

Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Numer sprawy:

ZP/69/2019

Pytanie numer 1 dot. Część 2 – kardiomonitoring

Zamawiający w specyfikacji nie umieścił minimalnych zakresów lecz konkretne wartości. Czy zamawiający dopuszcza kardiomonitoring o parametrach wyższych niż te wpisane w specyfikacji?

Tak, zamawiający dopuszcza z pozostawieniem pozostałych parametrów SIWZ bez zmian