



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**  
**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**  
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251  
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790  
✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 2019-11-04

### WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

*postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa materiałów szewnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07/10/2019 pod nr 2019/S 193-468299*

Nr sprawy: **ZP/81/2019**

### Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Dotyczy **Pakiet nr 3**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elektrody nasierdziejowej o parametrach:*

- powlekana polietylenem,
- igła sercowa okrągło-tnąca - 18 mm - 1/3 koła,
- igła przezskórna 88 mm (65 mm część odłamylwalna i 23 mm część-styk do stymulatora),
- długość użytkowa: 52,5cm,
- opcja fiksacji dostępna w jednym kolorze – niebieskim,
- 12 szetek w opakowaniu?

*Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.*

**Odp. Dopuszczamy. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

2. Dotyczy **zapisów SIWZ**

*Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?*

**Odp. Zamawiający w Części XIII.2. SIWZ w sposób wyczerpujący określił sposób złożenia ww. oświadczenia.**

3. Dotyczy **Pakiet 1**

*Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Nie.**

4. Dotyczy **Pakiet 1, poz. 4**

*Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

5. Dotyczy **Pakiet 4, poz. 12**

*Czy Zamawiający wydzieli pozycję 12 (szew jedwabny) do osobnego pakietu?*

**Odp. Nie.**

6. Dotyczy **Pakietu nr 4, poz. 11-14**

*Czy Zamawiający wydzieli pozycje 11-14 do osobnego pakietu?*

**Odp. Nie.**

7. Dotyczy **Pakiet 4, poz. 13**

*Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 57 mm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Tak.**

8. Dotyczy **Pakiet 5, poz. 11-18**

*Czy Zamawiający dopuści szew bez dodatku glikolu polietylenowego, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Nie.**

9. Dotyczy **Pakiet 6**

*Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, wykonany z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekany kopolimerem glikolidu i l-laktydu (30/70) (50%) oraz stearynianem wapnia (50%), o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie całkowitej absorpcji 60-70 dni?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

10. Dotyczy **Pakiet 7**

*Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, wykonany z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekany kopolimerem glikolidu i l-laktydu (30/70) (50%) oraz stearynianem wapnia (50%), o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie całkowitej absorpcji 60-70 dni?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

11. Dotyczy **Pakiet 9, poz. 1-3**

*Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-3 do osobnego pakietu?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

12. Dotyczy **Pakiet 9, poz. 4-7**

*Czy Zamawiający szwy monofilamentowe, wchłaniające, z polidioksanonu, o czasie wchłaniania 180-210 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

13. Dotyczy **Pakiet 9, 12, 14, 30**

*Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

14. Dotyczy **Pakiet 10, poz. 1-3**

*Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-3 do osobnego pakietu?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

15. Dotyczy **Pakiet 10, poz. 15**

*Czy Zamawiający wydzieli pozycje 15 do osobnego pakietu?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

16. Dotyczy **Pakiet 10, poz. 15**

*Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku glikolu polietylenowego, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

17. Dotyczy **Pakiet 11**

*Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, wykonany z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekany kopolimerem glikolidu i l-laktydu (30/70) (50%) oraz stearynianem wapnia (50%), o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie całkowitej absorpcji 60-70 dni?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

18. Dotyczy **Pakiet 12, poz. 1-8**

*Czy Zamawiający szwy monofilamentowe, wchłaniające, z polidioksanonu, o czasie wchłaniania 180-210 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

19. Dotyczy **Pakiet 12, poz. 9**

*Czy Zamawiający wydzieli pozycje 9 do osobnego pakietu lub dopuści szwy monofilamentowe, wchłaniające, z polidioksanonu, o czasie wchłaniania 180-210 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% ?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

20. Dotyczy **Pakiet 12, poz. 9**

*Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

21. Dotyczy **Pakiet 13, poz. 5**

*Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5 do osobnego pakietu?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

22. Dotyczy **Pakiet 14**

*Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, wykonany z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekany kopolimerem glikolidu i l-laktydu (30/70) (50%) oraz stearynianem wapnia (50%), o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie całkowitej absorpcji 60-70 dni?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

23. Dotyczy **Pakiet 19**

*Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego, powlekany polikaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie całkowitej absorpcji ok. 42 dni?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

24. Dotyczy **Pakiet 20**

*Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, wykonany z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekany kopolimerem glikolidu i l-laktydu (30/70) (50%) oraz stearynianem wapnia (50%), o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie całkowitej absorpcji 60-70 dni?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

25. Dotyczy **Pakiet 21**

*Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, wykonany z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekany kopolimerem glikolidu i l-laktydu (30/70) (50%) oraz stearynianem wapnia (50%), o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie całkowitej absorpcji 60-70 dni?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

26. Dotyczy **Pakiet 22**

*Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Nie dopuszcza.**

27. Dotyczy **Pakiet 23**

*Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, wykonany z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekany kopolimerem glikolidu i l-laktydu (30/70) (50%) oraz stearynianem wapnia (50%), o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie całkowitej absorpcji 60-70 dni?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

28. Dotyczy **Pakiet 25, poz. 11**

*Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, bez katalogowego określenia „kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

29. Dotyczy **Pakiet 25, poz. 22**

*Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 11 mm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Tak dopuszcza. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

30. Dotyczy **Pakiet 26, poz. 18, 25**

*Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, o dwóch powierzchniach zaostzonego wysmukłego ostrza z zakończeniem micro-point, bez katalogowego określenia „mikrograwerowana”, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

31. Dotyczy **Pakiet 30**

*Czy Zamawiający dopuści szwy monofilamentowe, wchłaniające, z polidioksanonu, o czasie wchłaniania 180-210 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% ?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

32. Dotyczy **Pakiet 31, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści nici niewchłaniałne, plecione, poliestrowe, powlekane silikonem, białe?

**Odp. Nie dopuszcza.**

33. Dotyczy **Pakiet 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 elektrod nasierdziowych z prostą igłą transtorakalną typu kaniula o długości 82mm oraz igłą dosercową zakrzywioną z zakończeniem typu lancet point o długości 21mm, obie igły odcinane, fiksacje typu „zig-zag”, „wąs” i „haczyk”, podpięcie do stymulatora poprzez adaptery?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

34. Dotyczy **Pakietu nr 4, Pozycji nr 11-14**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 4, Pozycji nr 11-14. Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

35. Dotyczy **Pakietu nr 4, Pozycji nr 13**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 13 igłą okrągło-tnącą o długości 50mm oraz nić o długości 1x75cm, z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo-cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Dopuszczamy. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

36. Dotyczy **Pakietu nr 5, Pozycji nr 9, 11,12,14-18**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 5, Pozycji nr 9, 11,12,14-18 oraz dopuszczenie w/w wymienionych pozycjach nici polipropylenowej, niewchłaniałnej, pakowanej na prosto w celu zmniejszenia pamięci skrętu włókna po wyjęciu z opakowania. Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

37. Dotyczy **Pakietu nr 5, Pozycji nr 9**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 9 igłą o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

38. Dotyczy **Pakietu nr 5, Pozycji nr 11,12,14**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycjach nr 11,12,14 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

39. Dotyczy **Pakietu nr 5, Pozycji nr 16**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycji nr 16 igłą o długości 2x26mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

40. Dotyczy **Pakietu nr 5, Pozycji nr 17,18**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycjach nr 17,18 igłą o długości 2x36mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

41. Dotyczy **Pakietu nr 6, Pozycji nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 1 szew wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany kaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach, czasie wchłaniania 60-90dni?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

42. Dotyczy **Pakietu nr 14**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 szew powlekany kaprolaktonem i stearynianem wapnia w proporcji 30/70 o podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

43. Dotyczy **Pakietu nr 14, Pozycji nr 1,2,4**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, Pozycjach nr 1, 2, 4 nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

44. Dotyczy **Pakietu nr 14, Pozycja nr 3**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, Pozycja nr 3 nić o długości 75cm oraz igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

45. Dotyczy **Pakietu nr 15, Pozycji nr 1,2**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, Pozycjach nr 1, 2 igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

46. Dotyczy **Pakietu nr 28**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 28 szew wykonany z poliglekapronu o podtrzymywaniu tkankowym 55% po 7dniach oraz 25% po 14 dniach i czasie wchłaniania 90-120 dni, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

47. Dotyczy **Pakietu nr 28, Pozycja nr 1**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 28, Pozycja nr 1 igłę kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Tak dopuszcza. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

48. Dotyczy **Pakietu nr 33, Pozycja nr 1-3**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 33, Pozycjach nr 1-3 igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

49. Dotyczy **Pakietu nr 34, Pozycja nr 1-4**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 34, Pozycjach nr 1-4 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

50. Dotyczy **Pakietu nr 35, Pozycja nr 2**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 35, Pozycji nr 2 igłę o długości 25mm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

51. Dotyczy **Pakietu nr 35, Pozycja nr 3-6**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 35, Pozycjach nr 3-6 nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

52. Dotyczy **Pakiet 1 poz.1-4, 6-7.**

*Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu plecionego, wykonanego z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktidu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekanego mieszką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczan wapnia, wchłanianie 56-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach od wszczepienia. Około 140% wstępnej minimalnej wartości siły węzła USP.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

53. Dotyczy **Pakiet 1 poz. 1**

*Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły 37 mm, pozostałe parametry bez zmian.*

**Odp. Dopuszczamy, ale szew musi być antybakteryjny. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

54. Dotyczy **Pakiet 1 poz. 2**

*Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły 37 mm, pozostałe parametry bez zmian.*

**Odp. Dopuszczamy, ale szew musi być antybakteryjny. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

55. Dotyczy **Pakiet 1 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły 37 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Dopuszczamy, ale szew musi być antybakteryjny. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

56. Dotyczy **Pakiet 1 poz. 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Dopuszczamy, ale szew musi być antybakteryjny. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

57. Dotyczy **Pakiet 1 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici monofilamentowych, wytwarzanych z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. Wytrzymałość na rozciąganie 75% po 2 tygodniach, 40% po trzech tygodniach. Wchłanianie 90-110 dni.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

58. Dotyczy **Pakiet 4, poz. 13**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły 55 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Dopuszczamy. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

59. Dotyczy **Pakiet 5 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły 2x8 mm, długość nici 60 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Dopuszczamy. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

60. Dotyczy **Pakiet 5 poz. 9**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie długości nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

61. Dotyczy **Pakiet 5 poz. 10**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie długości nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

62. Dotyczy **Pakiet 5 poz. 11**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie długości nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

63. Dotyczy **Pakiet 5 poz. 14**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie długości nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

64. Dotyczy **Pakiet 5 poz. 13**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie długości nici 90 cm.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

65. Dotyczy **Pakiet 9**

„ Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu monofilamentowego, poliglikolanowe, jednowłóknowe wchłaniające, wytwarzane z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu, 80% wytrzymałości po jednym tygodniu, 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech tygodniach, 50% po czterech tygodniach, 25% po sześciu tygodniach, wchłaniający do 180 dni”

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

66. Dotyczy **Pakiet 11**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu plecionego, wykonanego z syntetycznego poliesteru złożonego z glikolidu i laktynu ( pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekanego mieszką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczan wapnia, wchłanianie 56-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach od wszczepienia. Około 140% wstępnej minimalnej wartości siły węzła USP.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

67. Dotyczy **Pakiet 20**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu plecionego, wykonanego z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekanego mieszkanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczan wapnia, wchłanianie 56-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach od wszczepienia. Około 140% wstępnej minimalnej wartości siły węzła USP.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

68. Dotyczy **Pakiet 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów plecionych wykonanych z kwasu poliglikolowego, powlekanego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach, ok.20% po 28 dniach od zaimplantowania. Całkowita absorpcja 60-90 dni?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

69. Dotyczy **Pakiet 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

70. Dotyczy **Pakiet 7, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 6 x 45cm z podwojeniem zamawianych ilości saszetek?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

71. Dotyczy **Pakiet 7, pozycja 6, 7, 10, 14**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

72. Dotyczy **Pakiet 7, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej o standardowej grubości?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

73. Dotyczy **Pakiet 7, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej o długości 40mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

74. Dotyczy **Pakiet 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści we wszystkich pozycjach polipropylen z dodatkiem polietylenu pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Dopuszczamy. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

75. Dotyczy **Pakiet 5 poz. 1**

Zamawiający w pakiecie 5 poz. 1 i poz. 2 dopuści igłę dł. 8mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Dopuszczamy. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

76. Dotyczy **Pakiet 5 poz.3**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 3 dopuści igłę dł. 8mm i nić dł. 60cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Dopuszczamy. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

77. Dotyczy **Pakiet 5 poz.4**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 4 dopuści nić dł. 75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

78. Dotyczy **Pakiet 5, pozycja 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 5 dopuści dł. igły 10mm lub igłę pojedynczą 12mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

79. Dotyczy **Pakiet 5, pozycja 9**

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 9 wymaga igły czarnej i dopuszcza brak oznaczenia katalogowego oksydowana czarna, czy też dopuszcza igłę nie oksydowaną na kolor czarny?

**Odp. Zamawiający wymaga igły czarnej i dopuszcza brak oznaczenia katalogowego oksydowana czarna. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

80. Dotyczy **Pakiet 5, poz. 13**

*Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 13 dopuści dł. Nici 90cm i grubość nici 3/0, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

81. Dotyczy **Pakiet 5**

*Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści igły CV Pass: Najnowsza generacja igieł dla chirurgii sercowo – naczyniowej posiadająca nowatorski, połkwadratowy kształt o zaokrąglonych krawędziach. Kształt ten zapewnia igłom CV Pass wyjątkową odporność na zginanie i łamanie, optymalną zdolność penetracji, nawet po wielokrotnym wkłuciu, zdolność do atraumatycznego pasażu przez tkanki, doskonałą stabilność w imadle, doskonałą widoczność w polu operacyjnym w przypadku igieł CV Pass Easyblack.*

**Odp. Dopuszczamy. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

82. Dotyczy **Wzór umowy**

*W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

83. Dotyczy **Wzór umowy**

*Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. b, c:*

1. *Strony ustalają odszkodowanie w postaci kar umownych naliczonych w stosunku do ceny przedstawionej*

*w ofercie, z następujących tytułów:*

b) *za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru*

c) *za zwłokę w wykonaniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

84. Dotyczy **Pakiet 1**

*Czy Zamawiający wymaga nici antybakteryjnych z IRGACARE MP (triklosan) o udowodnionym działaniu antybakteryjnym ( metaanalizy)?*

**Odp. Dopuszczamy. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

85. Dotyczy **Pakiet 22 poz. 5**

*Czy Zamawiający dopuści nić o grubości 5/0, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

86. Dotyczy **Pakiet 22**

*Czy Zamawiający wymaga nici antybakteryjnych z IRGACARE MP (triklosan) o udowodnionym działaniu antybakteryjnym ( metaanalizy)?*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

87. Dotyczy **Pakiet nr 17 poz. 1**

*Czy Zamawiający dopuści nić o długości 53 cm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Tak, dopuszcza. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

#### **MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1**

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,poz.1986 t.j.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 1**, poprzez dopisanie w pozycji UWAGA tiret 1 o treści:



► **Zamawiający dopuszcza nici antybakteryjne z IRGACARE MP (triklosan)**

- 1.2. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 1**, poz. 1,2,3,4, który w zakresie poniższych kolumn uzyskuje brzmienie:

<b>PAKIET Nr 1 - Szwy wchłaniające plecione, podskórne i skórne dla Kliniki Kardiochirurgii</b>				
Lp.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar wg USP (grubość nitki)	Opis parametrów igły	Długość nitki
a	b	c	d	e
1	poliglaktynowy powlekany szew antybakteryjny, pleciony, wchłaniający. Podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, czas wchłaniania 56-70 dni.	2	igła okrągło-tnąca <b>36-37mm</b> , 1/2 koła	90cm
2	poliglaktynowy powlekany szew antybakteryjny, pleciony, wchłaniający. Podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, czas wchłaniania 56-70 dni.	1	igła okrągło-tnąca <b>36-37mm</b> , 1/2 koła	90cm
3	poliglaktynowy powlekany szew antybakteryjny, pleciony, wchłaniający. Podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, czas wchłaniania 56-70 dni.	0	igła okrągło-tnąca <b>36-37mm</b> , 1/2 koła	90cm
4	poliglaktynowy powlekany szew antybakteryjny, pleciony, wchłaniający. Podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości, czas wchłaniania 56-70 dni.	2-0	igła odwrótnie tnąca 30mm, 3/8 koła	<b>70cm-75cm</b>

- 1.3. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 3**, poz. 1, który w zakresie poniższych kolumn uzyskuje brzmienie:

**PAKIET Nr 3 - Elektrody do czasowej stymulacji serca dla Kliniki Kardiochirurgii**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar wg USP	Opis parametrów igły	Długość nitki	Szacunkowa ilość szaszetek z 1 elektrodą na 12 m-cy	Ilość szaszetek w opakowaniu
a	b	c	d	e	f	g
1	<p>Elektroda nasierdziowa powlekana polifluoroetylenem w kolorze niebieskim, do czasowej stymulacji oraz odczytu przedsionków. Zamawiający dopuszcza elektrody nasierdziowe, dla których igła sercowa o długości 22mm ma kształt 1/2 koła a igła przeskórna – pełna, łamana, prosta (brak możliwości dostania się krwi do przewodu – dodatkowy atut) ma długość 63mm i po odłamaniu staje się wejściem do stymulatora. Średnica przewodu: 0.2mm; Długość użytkowa: 60cm; DOWOLNY WYBÓR SPOSOBU FIKSACJI W TRAKCIE TRWANIA KONTRAKTU, PONIEWAŻ ZAMAWIAJĄCY MA DO WYBORU KSZTAŁT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PROSTY</li> <li>- ZIG-ZAG</li> <li>- „WASY”</li> <li>- PĘTELKĘ</li> <li>LUB HACZYK</li> </ul> <p>Każda opcja fiksacji dostępna w dwóch kolorach do wyboru: białym i niebieskim.</p> <p><b>Zamawiający dopuszcza elektrody nasierdziowe o parametrach:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- powlekana polietylenem,</li> <li>- igła sercowa okrągło-tnąca - 18 mm - 1/3 koła,</li> <li>- igła przeskórna 88 mm (65 mm część odłamalna i 23 mm część-styk do stymulatora),</li> <li>- długość użytkowa: 52,5cm,</li> <li>- opcja fiksacji dostępna w jednym kolorze – niebieskim,</li> </ul> <p>Pozostałe parametry zgodne.</p>	2-0 lub 3-0	zestaw dwuigłowy: igła okrągło-tnąca 25-26 mm 1/2 koła, oraz igła 60-70mm prosta, przelamywana odwrótnie tnąca	60-70cm	1400	<b>12-25</b>

- 1.4. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 4**, poz.13, który w zakresie poniższych kolumn uzyskuje brzmienie:

**PAKIET Nr 4 - Szwy niewchłaniające, plecione, powlekane silikonem dla Kliniki Kardiochirurgii**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar wg USP	Opis parametrów igły	Długość nitki
a	b	c	d	e
13	Szew niewchłaniający, poliesterowy, pleciony, zielony lub niebieski. <b>Zamawiający dopuszcza igłę okrągło-tnącą o długości 50mm oraz nić o długości 1x75cm, z przeliczeniem wymaganych ilości, pozostałe parametry bez zmian.</b>	5	igła <b>55-60mm</b> 1/2 koła, odwrótnie tnąca	75cm

- 1.5. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 5**, poprzez dopisanie w pozycji UWAGA tiret 1 i 2 o treści:

- **Zamawiający dopuszcza we wszystkich pozycjach polipropylen z dodatkiem polietylenu.**  
 ► **Zamawiający w pakiecie 5 dopuszcza igły CV Pass Easyblack posiadające połkwadratowy kształt o zaokrąglonych krawędziach.**

- 1.6. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 5**, poz.1,2,3,9 który w zakresie poniższych kolumn uzyskuje brzmienie:

<b>PAKIET Nr 5 - Szwy niewchłaniające, syntetyczne, naczyniowe dla Kliniki Kardiologii</b>				
Lp.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar wg USP	Opis parametrów igły	Długość nitki
a	b	c	d	e
1	polipropylen monofilamentowy, niebieski, niewchłaniający	8-0	igła <b>8-9mm</b> podwójna 3/8 koła okrągła	<b>60-75cm</b>
2	polipropylen monofilamentowy, niebieski, niewchłaniający	7-0	igła <b>8-9mm</b> podwójna 3/8 koła okrągła przyostrzona	60cm
3	polipropylen monofilamentowy, niebieski, niewchłaniający	6-0	igła <b>8-9mm</b> podwójna 3/8 koła okrągła przyostrzona	<b>60-75cm</b>
9	polipropylen monofilamentowy, niebieski, niewchłaniający Zamawiający dopuszcza igły bez nomenklatury katalogowej czarna oksydowana. <b>Zamawiający wymaga igły czarnej i dopuszcza brak oznaczenia katalogowej oksydowana czarna.</b>	5-0	igła 17mm podwójna 1/2 koła okrągła, czarna oksydowana	75cm

- 1.7. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 17**, poz. 1, który w zakresie poniższych kolumn uzyskuje brzmienie:

**PAKIET Nr 17 - Szwy endoskopowe- dla Bloku Operacyjnego Chirurgii**

L.p.	Grubość nitki	Długość igły( mm)	Krzywizna igły	Rodzaj igły	Długość nitki cm
a	b	c	d	e	f
1	0				<b>50-53</b>

- 1.8. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 22**, poprzez dopisanie w pozycji UWAGA tiret 1 o treści:

► **Zamawiający wymaga nici antybakteryjnych z IRGACARE MP (triklosan)**

- 1.9. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 25**, poz. 22, który w zakresie poniższych kolumn uzyskuje brzmienie:

**PAKIET Nr 25 - NICI NIEWCHŁANIAJĄCE PLECIONE - dla Bloku Operacyjnego Chirurgii**

L.p.	Grubość nitki	Długość igły( mm)	Krzywizna igły	Rodzaj igły	Długość nitki cm	Szacunkowa ilość nitek/saszetek na 12 m-cy
a	b	c	d	e	f	g
22	6/0	<b>10-11</b>	1/2	okrągła	75	36

- 1.10. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 28**, poz. 1, poprzez dopisanie w pozycji UWAGA tiret 1 o treści:

► **Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 1 igłę kosmetyczną.**

2. Na podstawie art. 12a Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nowym terminem składania ofert jest **2019-11-20**, godzina **10<sup>00</sup>**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, godzina **13<sup>00</sup>** natomiast miejsce składania nie ulega zmianie.

Nowym terminem związania ofertą jest **2020-01-18**.

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Miazek